TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-VK002	**Versión:** 01	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	ALVARO ANDRES VELANDIA ESPECIALISTA CLINICO	**Revisó:** **Cargo**	Martha L. Arévalo Director Técnico	**Aprobó:** **Cargo:**	Nelson Suarez Gerente de Ventas

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR – ANACONDA FENESTRADA
MARCA	ANACONDA
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0010071
FECHA VENCIMIENTO	16/07/2023
FABRICANTE	VASCUTEK LIMITED
PAIS DE ORIGEN	REINO UNIDO
ESTERILIZACION	ÓXIDO DE ETILENO
T° DE ALMACENAMIENTO	0 - 30°C
VIDA UTIL	CINCO (5) AÑOS
PRESENTACIÓN	CAJA X UNIDAD
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	INJERTO DE POLIÉSTER GRADO QUIRÚRGICO MONTADO EN UNA ESTRUCTURA AUTOEXPANSIBLE DE ANILLOS DE NITINOL QUE SE INSERTA EN LA VASCULATURA DE LA AORTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE ENTREGA TIPO CATÉTER.
INDICACIONES DE USO	EL SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR ANACONDA FENESTRADA ES UN DISPOSITIVO HECHO A MEDIDA, ESTÁ INDICADO PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS YUXTARENALES CON FENESTRACIONES PARA PRESERVAR LA PERFUSIÓN RENAL Y/O VISCERAL.
PRECAUCIONES DE MANEJO	PRODUCTO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

DESCRIPCIÓN	
Nombre Comercial	SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR - ANACONDA FENESTRADA
Producto	SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR – ANACONDA FENESTRADA
Marca	ANACONDA
Modelo	ONE-LOK - ANACONDA
Referencia	INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DE CUERPO BIFURCADO FENESTRADO.
Uso o destino	EL SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR ANACONDA FENESTRADA ES UN DISPOSITIVO HECHO A MEDIDA, ESTÁ INDICADO PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS YUXTARENALES CON FENESTRACIONES PARA PRESERVAR LA PERFUSIÓN RENAL Y/O VISCERAL.
Principio de funcionamiento	INJERTO DE POLIÉSTER GRADO QUIRÚRGICO MONTADO EN UNA ESTRUCTURA AUTOEXPANSIBLE DE ANILLOS DE NITINOL QUE SE INSERTA EN LA VASCULATURA DE LA AORTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE ENTREGA TIPO CATÉTER.

FOTO



ANACONDA FENESTRADA

Fecha elaboración: martes, 5 de marzo de 2019