TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTISGC-32	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE
MARCA	TERUMO
REFERENCIAS	1RA*CA35265CM, 1RA*FA14181CM, 1RA*FA14301CM, 1RA*FA18181CM, 1RA*FA18301CM, 1RA*CA35185CM
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2022DM-0026249
FECHA VENCIMIENTO	12/12/2032
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	Japón
VIDA UTIL	VEINTICUATRO (24) MESES
PRESENTACIÓN	Empaque individual, caja x 10
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	GUÍA HIBRIDA QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRABAJO CON UN MISMO PRODUCTO, CRUZA LA LESIÓN Y PROPORCIONA SOPORTE DURANTE LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS, AL NO HABER INTERCAMBIO DE GUÍA, SE REDUCE EL RIESGO DE COMPLICACIONES, DISMINUYE EL TIEMPO DE PROCEDIMIENTO Y DE FLUOROSCOPIO.
INDICACIONES DE USO	ESTÁ INDICADO PARA PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA EN SISTEMA PERIFÉRICO, CATETERISMO, EMBOLIZACION, ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (CON O SIN AGUJA DE INTERCAMBIO) EXCEPTO SISTEMA CORONARIO, DURANTE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO O INTERVENCIÓN.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO RE ESTERILIZAR NI REUTILIZAR. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS. UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO ANTES DE LA FECHA DE CADUCIDAD INDICADA EN EL ENVASE. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER UTILIZADO POR UN MÉDICO FAMILIARIZADO Y ENTRENADO. ANTES DE SU USO CONFIRME QUE EL ENVASE UNITARIO NO ESTÉ MANCHADOS O DAÑADOS.
MATERIALES Y PROPIEDADES	NÚCLEO DEL ALAMBRE: NIQUEL – TITANIO PRIMER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO: POLIURETANO SEGUNDO MATERIAL DE RECUBRIMIENTO METIL-VINILETER Y ANHÍDRIDO MALEICO COPOLIMERO RECUBRIMIENTO PTFE: MATERIAL PTFE MARCADOR DE LA PUNTA: ORO TUBO HOLDER: POLIETILENO CLIP HOLDER: POLIPROPILENO INSERTO GUÍA: POLIETILENO CENTRO DEL HOLDER: POLIPROPILENO

FOTO


Fecha elaboración: viernes, 13 de enero de 2023