INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	**AZUR CX DETACHABLE: SISTEMA DE COIL PARA EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA LIBERACION CONTROLADA**
MARCA	TERUMO
REFERENCIAS	**Azur CX:** 45-750407, 45-750511, 45-750609, 45-750617, 45-750812, 45-750824, 45-751019, 45-751324, 45-751632, 45-752039, 45-780413, 45-780516, 45-780620, 45-780724, 45-780828, 45-780928, 45-781032, 45-781434, 45-781639, 45-781836, 45-782040 **Detachment controller**: 45-4001
REGISTRO SANITARIO	INVIMA2012DM-0008564
FECHA VENCIMIENTO	23/03/2022
FABRICANTE	TERUMO EUROPE N.V
PAIS DE ORIGEN	BELGICA
ESTERILIZACION	E BEAM
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	VEINTICUATRO (24) MESES
PRESENTACIÓN	**Azur CX** (Liberacion Controlada): Unidad por caja **Sistema de liberación:** Controller (5 unidades por caja)
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	**AZUR CX**: EL SISTEMA DE COIL DE EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA AZUR CX CONSISTE EN UN IMPLANTE DE COIL CONECTADO A UNA GUÍA COMO SISTEMA DE ENTREGA QUE PERMITE UBICAR Y REUBICAR EL COIL EN EL VASO OBJETIVO. EL SISTEMA AZUR FUNCIONA CON EL CONTROL DE LIBERACIÓN (DETACHMENT CONTROLLER) QUE ES REQUERIDO PARA LIBERAR EL COIL DE LA GUÍA DEL SISTEMA DE ENTREGA. EL CONTROLADOR SE PROPORCIONA POR SEPARADO. LOS SISTEMAS DE AZUR CX Y AZUR HYDROCOIL ESTÁN DISPONIBLE EN DIVERSAS MEDIDAS DE CALIBRE (0,018" Y 0,035") DIÁMETROS Y LONGITUDES. EL COIL DEBE SER ENTREGADO A TRAVÉS DE UN CATÉTER REFORZADO DE DOBLE TRENZADO CON EL DIÁMETRO INTERIOR ESPECIFICADO.
INDICACIONES DE USO	EL SISTEMA DE EMBOLIZACIÓN AZUR (COIL) EN SUS CUATRO VERSIONES ES INDICADO PARA REDUCIR O BLOQUEAR LA TASA DE FLUJO DE SANGRE EN VASOS DE LA VASCULATURA PERIFÉRICA. ESTA DISEÑADO PARA SER USADO EN EL MANEJO RADIOLÓGICO INTERVENCIONISTA DE: MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS, FISTULAS ARTERIOVENOSAS, ANEURISMAS, Y OTRAS LESIONES DE LA VASCULATURA PERIFÉRICA. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER USADO POR MÉDICOS ENTRENADOS EN EL USO DE AZUR PARA PROCEDIMIENTOS DE EMBOLIZACIÓN PRESCRITOS POR UN REPRESENTANTE DE TERUMO O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE TERUMO.
PRECAUCIONES DE MANEJO	UNA VEZ EL COIL ENTRA EN CONTACTO CON LA SANGRE TIENE UN TIEMPO DE REPOSICIÓN DE 20 MINUTOS. SI EL COIL NO PUEDE SER APROPIADAMENTE POSICIONADO Y LIBERADO EN EL TIEMPO ESPECIFICADO, REMUEVA SIMULTÁNEAMENTE EL DISPOSITIVO Y EL CATÉTER. EL USO DE AZUR ESTÁ CONTRAINDICADO SI CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: - CUANDO LA UBICACIÓN SUPRASELECTIVE DEL COIL NO SEA POSIBLE. - CUANDO LAS ARTERIAS FINALES IRRIGAN DIRECTAMENTE A LOS NERVIOS - CUANDO LAS ARTERIAS SUPLEN LA LESION A SER TRATADA NO SON LO SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA ACEPTAR EL COIL O SISTEMA DE EMBOLIZACIÓN.

	- CUANDO EL PUENTE ARTERIOVENOSO ES MÁS GRANDE QUE EL COIL. - EN LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD ATEROMATOSA SEVERA. - EN LA PRESENCIA DE VASO ESPASMO -
MATERIALES Y PROPIEDADES	COIL DE PLATINO Y POLÍMERO HIDROGEL INTERNO.