FICHA TENICA

BALON ANDRA-BALLON COMPLIANCE



REF: ABXL 30/60-800	
Registro sanitario	INVIMA 2017DM-0016657 (Importador: Colmediks SAS) Vigencia hasta 8 agosto 2027
Expediente	20113908
Riesgo	IIb
Descripción	Cateter balón COMPLACIENTE de PEBAX, ofrece resistencia a las torceduras y empuje, garantizando el tiempo en la operación. Innovadora tecnología de plegado automático y diseño OTW Un solo balón que asiste en la expansión de los stent Grafts 2 Marcas radiopacas localizadas dentro del balón que permite una ubicación mas precisa. Largo del catéter 1000 mm Shaft Diametro 2.56 mm Guia 0.035 inch Introductor 12 fr
Indicaciones de uso	Dispositivo diseñado para corrección de Endoleaks, diámetro máximo 46mm BALLOON COMPLIANCE Inflation Volume (mL): 7 | 16 | 35 | 55* Balloon Diameter (mm): 20 | 30 | 40 | 46

Esterilización	Los productos son estériles y no pirógenos, vienen en empaques no abiertos que se diseñan para mantener la esterilidad a menos que se haya abierto o dañado.
Presentación	Individual
Precauciones de uso	No utilizar si se encuentra abierto o dañado Usar una sola vez, no reesterilizar. El procedimiento debe ser realizado por personal capacitado.