	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA 20 DEL COMPONNETE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGURO	Código: Versión: Fecha: FORMATO NO CONTROLADO Página:

SERVICIO:	**CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE**	**NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:**		**CENTRO CUIDADO TRANSITORIO VILLA KENNEDY**
COMPONENTE:	**COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**	**FECHA DE REVISIÓN:**	**28/02/2025**	**CONVENIO No. 8 2 2 5 AÑO: 2024**

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO	OBSERVACIONES
Una báscula electrónica industrial, material: acero inoxidable. capacidad mínima, 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15cm de altura. El equipo deberá contar con certificado de calibración vigente	1	1	Mantenimiento del equipo realizado el 29/2023/11 Mantenimiento de Pesa Patrón realizado el 05/2024/02
Un tallímetro en material resistente, liviano y no deformable, con capacidad de 200 centímetros y sensibilidad de un milímetro. Si es tallímetro se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso de metros de modistería, cintas métricas de papel o plástico, adheridos a la pared. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	1	1	Calibración: No se ha realizado calibración dado que se compró en el mes de junio del 2024. (No ha cumplido el año).
Una cinta métrica con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150 cm.	1	1	Sin evidencias visibles de deterioro

Firma del Nutricionista		Firma del Coordinador(a)	
Nombres y Apellidos	MARY STEPHANI DUQUE OCAMPO	Nombres y Apellidos	CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO
Cargo	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	Cargo	COORDINADORA