
	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA 20 DEL COMPONNETE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGURO	Código: Versión: Fecha: FORMATO NO CONTROLADO Página:

SERVICIO:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO		**NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA**: QUIROGA	
COMPONENTE:	COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	**FECHA DE REVISIÓN:**	**28/02/2025**	**CONVENIO No. 8 2 2 6 AÑO: 2024**

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO	OBSERVACIONES
Una báscula electrónica industrial, material: acero inoxidable. capacidad mínima, 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15cm de altura. El equipo deberá contar con certificado de calibración vigente	1	1	Mantenimiento del equipo realizado el 28/04/2024
Un tallímetro en material resistente, liviano y no deformable, con capacidad de 200 centímetros y sensibilidad de un milímetro. Si es tallímetro se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso de metros de modistería, cintas métricas de papel o plástico, adheridos a la pared. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	1	1	Calibración del equipo realizado el 01/06/2024
Una cinta métrica con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150 cm..	1	1	Sin evidencias visibles de deterioro

Firma del Nutricionista		Firma del Coordinador(a)	
Nombres y Apellidos	LYNA MARCELA OLARTE ARIAS	Nombres y Apellidos	CAMILA GARCIA ROJAS
Cargo	NUTRICIONISTA	Cargo	COORDINADORA