JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Sasaima - Cundinamarca, 16 de octubre de 2024.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Hogar San José
Sasaima

Durante el día 13 de Octubre del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar San José, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.

EQUIPOS:

	ÁREAS				
	ENFERMERÍA	**NUTRICIÓN**	**MEDICAMENTOS**	**TERAPIA FÍSICA**	**DESECHOS**
EQUIPOS	14	2	3	11	2
	TOTAL EQUIPOS: 32				

REPORTES:

ÁREA	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Enfermería	EQUIPO DE ORGANO	RIESTER	S/M	S/S	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	GMD 30-NEGRO	N/A	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	Gmd	Gmd30-Rosa	N/A	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	ADVANCE	NEGRO	S/S	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712020	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712019	
	OXIMETRO DE PULSO	VALCRI	PC-60B6	XBU041RB208889	
	TENSIOMETRO ANEROIDE	KAWE	A3	5505143	
	TENSIOMETRO ANEROIDE	LORD	121275	S/S	

	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	
	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	BBG	Lgostic 300	2080102	
	BASCULA ELECTRONICA	T3803	300 KG	S/S	
	MONITOR DE TRANSPORTE	EDAN	X8	261586-M24402270120	NUEVO
	TENSIOMETRO DIGITAL	DUPREE	KD-558	NO VISIBLE	
Nutrición	GRMERA DIGITAL	BADECOL	EK8810H	S/S	
	DINAMOMETRO DIGITAL	GENERICO	50kg	N/A	
Medicamentos	TERMOHIGROMETRO	Digital T&H	HTC-2	21015845073	
	NEVERA	HYUNDAI	HYRF67S	340-62322201-8730-10A0225	
	TERMOHIGROMETRO	S/M	S/M	20240545	
Terapia Física	ULTRASONIDO	HTM	SONID COMPACT	42262	
	BICICLETA DE REMO	EL PUNTO	S/M	S/S	
	BICICLETA DE REMO	EL PUNTO	S/M	S/S	
	BICICLETA ELIPTICA	EL PUNTO	S/M	115502000	
	LAMPARA CUELO DE CISNE	NACIONAL	S/M	S/S	
	NEBULIZADOR	YUWELL	407A	YU21100499	NUEVO
	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00098	
	BAÑO DE PARAFIA	Thera Band	24050	98 06281	
	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00066	
	ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	EMS	11-151	
	HIDROCOLECTOR	NACIONAL	S/M	S/S	
Desechos	BASCULA ELETRONICA	BBG	LM33	2080477	
	BASCULA ELECTRICA	ELECTRONIC SCALE	S/M	89165956	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:
















JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451






















Sasaima, Cund.: Cra 4 # 6-21 / CEL: 323 2311557 / CORREO: johanin 18@hotmail.com

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación digital, que será entregada al Hogar, el cual será almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

JOHANNA R

Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS
SEDE SASAIMA

AÑO	MES	SERVICIO				
		ENFERMERIA	TERAPIA FISICA	HOGAR HERMANAS	NUTRICION	MEDICAMENTOS
2025	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					

CALLE 8 # 11-01 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 3232311557 CORREO: johanin18@hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2353

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	**MODELO:**	300 KG
MARCA:	T3803	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2332

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	**MODELO:**	LM33
MARCA:	BBG	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	2080477	**UBICACIÓN:**	DESECHO

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2352

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	**MODELO:**	Lgostic 300
MARCA:	BBG	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	2080102	**UBICACIÓN:**	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2333

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	GRAMERA DIGITAL	**MODELO:**	EK8810H
MARCA:	BADECOL	**INVENTARIO:**	EQM084
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de pantalla y galgas. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2345

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2024

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	**MODELO:**	WT-1
MARCA:	WALFRONT	**INVENTARIO:**	S/I
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA	X	VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se evidencia estado de bateria y pruebas de temperatura, verificacion de estado de sonda . Equipo apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com