



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
GRUPO CONTRATOS

No. GS-2025 - 010503 - / RASES - GRUCO 29.25

Bogotá D.C., 09 MAYO 2025

Señores
SURGIPLAST LTDA.

ASUNTO: RESPUESTA DE OBSERVACIONES AL PROYECTO PLIEGO PROCESO PN RASES No.1 SA 021 2025

En atención a las observaciones realizadas al proyecto pliego del proceso **PN RASES No.1 SA 021 2025** que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1"**, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, emite respuesta a la misma en concordancia con la comunicación oficial GS-2025-202324-MEBOG emitida por el estructurador del proceso, así:

OBSERVACIÓN No. 1

GRUPO 1: SUMINISTRO DE CLIP MANUAL PARA LIGADURA

ÍTEM 1: HEMOCLIP ENDOSCÓPICO DE POLÍMERO EXTRAGRANDE (XL)

OBSERVACION N° 1 OBSERVACIÓN A INFORMACIÓN PRECIO TECHO:

Precio techo

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la información de precio techo por **"precio techo mínimo de \$117.600 por cartucho"**, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso. Gracias.

ÍTEM 3: HEMOCLIP ENDOSCÓPICO DE POLÍMERO MEDIANO (M)

OBSERVACION N° 2 OBSERVACIÓN A INFORMACIÓN PRECIO TECHO:

Precio techo

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la información de precio techo por **"precio techo mínimo de \$85.020 por cartucho"**, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso.

RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 1 Y 2

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 **NO ACEPTA LA OBSERVACION** para el GRUPO 1: SUMINISTRO DE CLIP MANUAL PARA LIGADURA ÍTEM 1: HEMOCLIP ENDOSCÓPICO DE POLÍMERO EXTRAGRANDE (XL) e ÍTEM 3: HEMOCLIP ENDOSCÓPICO DE POLÍMERO MEDIANO (M) en donde se estableció el precio techo entre el promedio del valor SECOP II y el valor precio de mercado siendo estos ajustados a la realidad del mercado, por lo tanto, no se modifica el ANEXO INFORMATIVO PRECIO TECHO del Pliego de Condiciones.

**ÍTEM 1: CARRO DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL PARA SALAS DE CIRUGÍA
GRUPO 2: SUMINISTRO DE MOBILIARIO**

OBSERVACION N° 3 OBSERVACIÓN A ESPECIFICACION TÉCNICA:

Medida fondo 48 cm

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la especificación de medidas de fondo requeridas por “fondo máximo 70 cm”, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso.

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN NO. 3

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 **ACEPTA LA OBSERVACIÓN** y amplía la medida de máximo 70cm sugerida por el oferente en el fondo del carro de transporte, toda vez que no afecta las características en la funcionalidad para lo que la Entidad lo requiere y así mismo, garantiza una mayor pluralidad de oferentes y mantiene la transparencia en el proceso, por lo tanto, se modifica la especificación técnica del ítem 1 CARRO DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL PARA SALAS DE CIRUGIA del GRUPO 2: SUMINISTRO DE MOBILIARIO en el pliego de condiciones, de la siguiente manera

ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARRO DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL PARA SALAS DE CIRUGIA	CARRO DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL MOVIBLE CON RUEDAS DE DOS NIVELES ABIERTO, LAVABALE TERMOESTABLE POLIMERO O MATERAIL RESISTENTE A LA CORROSIÓN: ALTO 90CM, ANCHO 100CM, FONDO MAXIMO DE 70CM CON PASAMANOS O MANIJAS	UNIDAD

ÍTEM 2: MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO ABIERTO

OBSERVACION N° 4 OBSERVACIÓN A ESPECIFICACION TÉCNICA:

Material en acero inoxidable (opcional – recubierta en plástico):

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la especificación de fabricación en material de acero inoxidable (opcional – recubierta en plástico) por “opcional fabricado en polímero que no se corroerá durante su vida útil”, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso.

RESPUESTA OBSERVACIÓN NO. 4

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ACEPTA LA OBSERVACIÓN e indica que el plástico es un tipo de polímero en sí y al generalizar la molécula se puede obtener gran diversidad de aplicaciones gracias a sus características, como la versatilidad y resistencia en el uso de mobiliario hospitalario y dar seguridad en la función que la Entidad lo requiere y así mismo, garantiza una mayor pluralidad de oferentes y mantiene la transparencia en el proceso, por lo tanto, se modifica la especificación técnica del ítem 2 MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO ABIERTO del GRUPO 2: SUMINISTRO DE MOBILIARIO en el pliego de condiciones, de la siguiente manera:

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
2	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO ABIERTO O CERRADO	ESTANTE PARA EL ALMACENAMIENTO ABIERTO DE INSTRUMENTAL PARA EL AREA ESTERIL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN ACERO INOXIDABLE (OPCIONAL FABRICADO EN POLIMERO) MEDIDAS MINIMO DE 1,75MT ALTO, 90CM ANCHO, 61CM DE FONDO CON RUEDAS DE 5 PULGADAS TRABAJO PESADO CON FRENO, CON 5 ENTREPAÑOS O NIVELES AJUSTABLES NIVELES EN ACERO, AJUSTABLE, MOVIBLE, LAVABLE	UNIDAD

OBSERVACION N° 5:

Medidas 2mts de alto:

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la especificación de medidas 2mts de alto, por "medidas mínimas de 1,75 mts de alto", esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso.

RESPUESTA OBSERVACIÓN NO. 5

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ACEPTA LA OBSERVACIÓN y disminuye la medida mínima a 1,75 mts sugerida por el oferente en el alto del mobiliario toda vez que se encuentra del rango de la medida del área que la Entidad requiere así mismo, garantiza una mayor pluralidad de oferentes y mantiene la transparencia en el proceso, por lo tanto, se modifica la especificación técnica del ítem 1 CARRO DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL PARA SALAS DE CIRUGIA del GRUPO 2: SUMINISTRO DE MOBILIARIO en el pliego de condiciones, de la siguiente manera

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
2	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO ABIERTO O CERRADO	ESTANTE PARA EL ALMACENAMIENTO ABIERTO DE INSTRUMENTAL PARA EL AREA ESTERIL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN ACERO INOXIDABLE (OPCIONAL FABRICADO EN POLIMERO) MEDIDAS MINIMO DE 1,75MT ALTO, 90CM ANCHO, 61CM DE FONDO CON RUEDAS DE 5 PULGADAS TRABAJO PESADO CON FRENO, CON 5 ENTREPAÑOS O NIVELES AJUSTABLES NIVELES EN ACERO, AJUSTABLE, MOVIBLE, LAVABLE	UNIDAD

JKP

GRUPO 3: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO

ÍTEM 3: PINZA DISECTORA CURVA 5MM MERYLAND DESECHABLE

OBSERVACION N° 6 OBSERVACIÓN A INFORMACIÓN ESOECIFICACIÓN TÉCNICA:

Descartable ó desechable:

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la información de condición de al pinza descartable o desechable por **"pinza disectora de uso limitado hasta 10 veces"**, cuyo precio es similar al requerido y es un instrumental que permite hasta 10 usos no solo uno, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso. Gracias.

ÍTEM 4: PINZA GRASPER 5MM DESECHABLE

OBSERVACION N° 7 OBSERVACIÓN A INFORMACIÓN ESOECIFICACIÓN TÉCNICA:

Descartable ó desechable:

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la información de condición de al pinza descartable o desechable por **"pinza GRASPER de uso limitado hasta 10 veces"**, cuyo precio es similar al requerido y es un instrumental que permite hasta 10 usos no solo uno, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso. Gracias.

OBSERVACION N° 8 ÍTEM 4: TIJERA 5MM desechable

OBSERVACIÓN A INFORMACIÓN ESOECIFICACIÓN TÉCNICA:

Descartable ó desechable:

Amablemente se solicita a la Entidad, favor modificar la información de condición de al pinza descartable o desechable por **"Tijera de uso limitado hasta 10 veces"**, cuyo precio es similar al requerido y es un instrumental que permite hasta 10 usos no solo uno, esto con el fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes para este proceso.

RESPUESTA OBSERVACIÓN NO. 6, 7 y 8

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN considerando que la condición sugerida por el oferente "uso limitado hasta 10 veces" hace referencia a ser reusable o reutilizable, sin tener afectación en la función que desempeña la pinza en los tipos de procedimientos al que se le haga uso, por lo que se admitirán los dispositivos que sean desechables o reusables siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas, por lo tanto, se modifica la especificación técnica del ítem 3 PINZA DISECTORA CURVA 5MM MERYLAND DESECHABLE e ítem 4: PINZA GRASPER 5MM DESECHABLE y del GRUPO 3: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO en el pliego de condiciones, de la siguiente manera:

3	PINZA DISECTORA CURVA 5MM MERYLAND DESECHABLE O REUSABLE	PINZA DISECTORA CURVA MERYLAND ROTACION 360°, LONGITUD 350-360 mm, MANGO ERGONOMICO SIN RACHET, CONEXION MONOPOLAR 5 mm DESECHABLE O REUSABLE	UNIDAD
4	PINZA GRASPER 5MM DESECHABLE O REUSABLE	PINZA GRASPER 5MM CON MANGO CREMALLERA ESTERIL ROTACION 360°, LONGITUD 350-360 mm, MANGO ERGONOMICO CON RACHET, CONEXION MONOPOLAR 5 mm DESECHABLE O REUSABLE	UNIDAD
5	TIJERA 5MM DESECHABLE O REUSABLE	TIJERA PARA LAPAROSCOPIA, ROTACION 360°, LONGITUD 350 - 360 mm, MANGO ERGONOMICO, CON CONEXION MONOPOLAR DESECHABLE O REUSABLE	UNIDAD

Atentamente,

Teniente Coronel **CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1

Elaborado por: Subintendente KEILA KARINA MUÑOZ PACHECO
Analista de Contratos

Revisado por: Capitán ISAAC AMADO CODINA GALLARDO
Jefe Grupo Contratos RASES No.1

Aprobó: Mayor JHON EDISON LIZCANO GODOY
Jefe Área Logística y Financiera RASES No.1

Vc.Bo: PS18 MILTON RICARDO CASAS IREGUI
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos RASES No. 1

Kana Naura

Carrera 68 B Bis No. 44-58 Edificio Brigadier General Edgar Yesid Duarte Valero
Disan.rases1-ct@policia.gov.co
www.policia.gov.co

