Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN					Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
ITEM	CODIGO DEL SISTEMA	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN
1	NUEVO - SIN CODIGO	ACEITE PARA INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA 200.532	3	UNIDAD												
2	MQ1223	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 58 % A 60 %. DISEÑO HERMÉTICO E INDICADOR DE FUGA , CON DOSIFICACIÓN ESTANDARIZADA DE AGENTE ESTERILIZANTE. PRESENTACIÓN DE UNIDAD COMPACTA CON ESPECIFICACIÓN DE NÚMERO DE CICLOS POSIBLES	2	UNIDAD					CUMPLE	Se identifica apoyo tecnológico referencia 10104 - 002 - Doble puerta, Selladora y autolectora						
3	NUEVO - SIN CODIGO	ALOJAMIENTO DE SILICONA PARA CESTAS DE INSTRUMENTAL	2	BOLSA												
4	NUEVO - SIN CODIGO	ANILLOS EN O DE REPUESTO PARA TROCARES	2	BOLSA												
5	NUEVO - SIN CODIGO	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON ESTERIL	420	PAQUETE X 3 UNIDADES	CUMPLE	Ficha técnica no identificada en evaluación de subsanación inicial FT, el proveedor almacena ficha técnica en subcarpeta										
6	NUEVO - SIN CODIGO	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON ESTERIL	680	PAQUETE X 5 UNIDADES												
7	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 2MT * 9 CM	100	UNIDAD												
8	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 30CM X 55CM	150	UNIDAD												
9	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 40CM *70 CM	50	UNIDAD												
10	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 8CM * 20 CM	100	UNIDAD												
11	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA S	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No se identifica material de algodón del puño					CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
12	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA M	350	UNIDAD	NO CUMPLE	No se identifica material de elaboración del puño					CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
13	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA L	350	UNIDAD	NO CUMPLE	No se identifica material de elaboración del puño					CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
14	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA XL	100	UNIDAD	NO CUMPLE	No se identifica material de elaboración del puño					CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
15	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA S	50	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
16	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA M	50	UNIDAD							CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
17	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA L	150	UNIDAD							CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
18	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA XL	100	UNIDAD							CUMPLE	Garantizar el tallaje ofertado				
19	MQ1277	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 100 MM X 230 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	2200	CAJA												
20	NUEVO - SIN CODIGO	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130MM * 250 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	23	UNIDAD							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud				

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 1 ALFA TRADING S.A.S 830.041.488-7		Proponente 2 STERINOVA SAS 901.130.790-6		Proponente 3 INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S 830501223-7		Proponente 4 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA 830.061.856-1		Proponente 5 LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S. 900.240.177 - 9		Proponente 6 M&M EQUIPOS MEDICOS S A S 830.146.016-6	
21	MQ0940	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130MM * 280 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	20	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud			CUMPLE	
22	NUEVO - SIN CODIGO	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135MM * 280 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	25	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
23	MQ0089	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135MM * 283 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	50	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
24	MQ0823	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190MM * 360 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	50	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
25	MQ0939	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 200MM * 330 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	40	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud				
26	MQ1322	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 57 MM X 100 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	300	CAJA							CUMPLE		CUMPLE			
27	MQ0087	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 70 MM X 260 MM cm CON INDICADOR PARA VAPOR	350	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	
28	MQ0088	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	2000	CAJA							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	
29	NUEVO - SIN CODIGO	BOQUILLA DESCHABLE	6	UNIDAD												
30	MQ0104	CABLE MONOPOLAR PARA ELECTRODOS DE LAPAROSCOPIA CONEXIÓN PARA UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA	3	UNIDAD												
31	NUEVO - SIN CODIGO	CAUCHOS PARA CESTAS DE LENTES DE LAPAROSCOPIA	1	BOLSA												
32	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO DE LIMPIEZA CORTO	20	UNIDAD							CUMPLE					
33	MQ1616	CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO	8	UNIDAD							CUMPLE					
34	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO FIBROBRONCOSCOPIO	2	UNIDAD							CUMPLE					
35	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO GRANDE CON MANGO	10	UNIDAD							CUMPLE					
36	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO MEDIANO	20	UNIDAD							CUMPLE					
37	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CAMISAS LAPAROSCOPIA	12	UNIDAD							CUMPLE					
38	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLOS PARA FIBROBRONCOSCOPIO 9 MM	10	UNIDAD												
39	MQ1739	CINTA DE COLORES EN ROLLO PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL	6	UNIDAD											CUMPLE	
40	MQ0892	CINTA CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VAPOR CON CAMBIO DE COLORIMETRIA, LIBRE DE PLOMO , FUERTE ADHESIVO.	100	ROLLO							CUMPLE					
41	MQ0893	CINTA DE IMPRESION PARA SELLADORA HAWO	1	UNIDAD					NO CUMPLE	La referencia no es compatible con la impresora Hawo	CUMPLE					

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 1 ALFA TRADING S.A.S 830.041.488-7		Proponente 2 STERINOVA SAS 901.130.790-6		Proponente 3 INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S 830501223-7		Proponente 4 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA 830.061.856-1		Proponente 5 LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S. 900.240.177 - 9		Proponente 6 M&M EQUIPOS MEDICOS S A S 830.146.016-6	
42	MQ0894	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA GAS PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO,	1	CAJA			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
43	MQ0189	CINTA PARA IMPRESORA DE MAQUINA DE ETIQUETADO (VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PEROXIDO DE HIDROGENO)	5	UNIDAD							CUMPLE	Garantizar compatibilidad con el apoyo tecnológico			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
44	MQ0217	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN NO ESTÉRIL 45 X 45 CM	25000	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE					
45	MQ0910	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM	10000	PAQUETE X 5 UNIDADES	CUMPLE						CUMPLE					
46	MQ1399	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM	2500	PAQUETE X 2 UNIDADES	CUMPLE											
47	MQ0234	DESINFECTANTE ALTO NIVEL CON ORTOFTALALDEHIDO GALON 3750 CC - 5000 CC	10	GALÓN						$ -					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
48	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL BAJO EN ESPUMA MULTIENZIMATICO (MINIMO LIPASA, PROTEASA,AMILASA) BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA	10	GALON					CUMPLE		CUMPLE				NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
49	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL BAJO EN ESPUMA MULTIENZIMATICO	23	LITRO					CUMPLE				CUMPLE	Registra poca espuma y compatibilidad con termodesinfectoras	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
50	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL POLIENZIMATICO LITRO	46	FRASCO												
51	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 1000 ML	10	FRASCO					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación			NO CUMPLE	No se identifica registro sanitario, contiene fragancia		
52	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 500 ML	15	FRASCO					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
53	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 750 ML	15	FRASCO					CUMPLE	Garantizar presentación en espuma EUFAR	NO CUMPLE	No se identifica la unidad de medida solicitada. La ficha técnica refiere composición "liquida" para dilución. EUFAR			CUMPLE	No se cuenta con experiencia del producto
54	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE POLIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO BAJO EN ESPUMA BIODEGRADABLE COMPATIBLE CON TERMODESINFECTORA MARCA MATACHANA Y STEELCO GALÓN CON DOSIFICADOR	5	UNIDAD					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	Garantizar dosificador				
55	MQ0931	ELECTRODO DE HOOK COMPATIBLE CON ELCABLE MONOPOLAR MMSX 340MM(PAJUNK)	40	UNIDAD												
56	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 101CM X 101 200gr CADA PUEGO	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					NO CUMPLE	Las medidas y el gramaje no corresponden.				
57	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 121CM X 121	90	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					NO CUMPLE	Las medidas no corresponden.				
58	MQ1478	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 121CM X 121	120	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					NO CUMPLE	Las medidas no corresponden.				
59	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 100CM X 100CM	150	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					CUMPLE					
60	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 114CM X 114	90	UNIDAD							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden.				
61	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 120CM X 120CM	250	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
62	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 50CM X 50CM	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					CUMPLE					

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

	DESCRIPCIÓN				Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
63	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 75CM X 75CM	90	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
64	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 91CM X 91CM	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					NO CUMPLE	Las medidas no corresponden.				
65	NUEVO - SIN CODIGO	GASA TEJIDA 100 % ALGODÓN PRECORTADA ESTERIL SIN ELEMENTO RADIOPACO 7.5*7.5 SOBRE POR 2 UNIDES	10000	PAQUETE	CUMPLE											
66	MQ0322	HISOPOS PARA LUMINOMETRO ATP	200	UNIDAD											CUMPLE	
67	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO CORTO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR	1000	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				CUMPLE	
68	MQ0999	INDICADOR QUIMICO LARGO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS	3000	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	
69	MQ1157	INDICADOR LARGO QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO POR CAMBIO DE COLOR	1	UNIDAD					CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico ejm (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
70	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO PARA ETO POR CAMBIO DE COLOR MULTIPARAMETRO QUE MIDA DOS A MÁS VARIABLES	250	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	
71	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO PLASTIFICADO PARA VAPOR TIPO 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS 121°-134°	4000	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	
72	MQ0336	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AMPOLLA LECTURA SUPER RÁPIDA MÁXIMA 24 MINUTOS PARA 45° - 55° GRADOS	1	CAJA			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos				
73	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RÁPIDA PARA AUTOCLAVES RAPIDOS 132°-135° LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	50	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos para identificación de autolectora digitales con software de trazabilidad digital para monitoreo en el tiempo			CUMPLE	Garantizar apoyo tecnológico
74	MQ1535	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RÁPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	200	UNIDAD							NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos para identificación de autolectora digitales con software de trazabilidad digital para monitoreo en el tiempo			CUMPLE	Garantizar apoyo tecnológico
75	MQ1536	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE VAPOR PREVACIO, LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	8	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación		$ -	NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos para identificación de autolectora digitales con software de trazabilidad digital para monitoreo en el tiempo			CUMPLE	Garantizar apoyo tecnológico
76	MQ1720	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 121° a 135°	5500	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación							CUMPLE	
77	MQ0344	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 132° - 135°	8000	UNIDAD			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				CUMPLE	
78	MQ1213	KIT DE CEPILLOS DE LIMPIEZA CON CERDAS DE NYLON ANTIMICROBIANAS PARA REAMER DE HUESO (7MM)"	3	UNIDAD												
79	NUEVO - SIN CODIGO	KIT DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE INSERTOS DE LAPAROSCOPIA	3	UNIDAD												

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
80	MQ1207	KIT-CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO	8	UNIDAD												
81	NUEVO - SIN CODIGO	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL E INHIBIDOR DE OXIDO NO GRASOSO, NO TOXICO, SIN COMPONENTE DE SILICONA,	4	GALÓN							CUMPLE					
82	MQ0394	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL E INHIBIDOR DE OXIDO NO GRASOSO, NO TOXICO, SIN COMPONENTE DE SILICONA, GALON	7	UNIDAD							CUMPLE					
83	MQ0409	MARCADOR QUIRURGICO ESTERIL VIOLETA DE PIEL	15	UNIDAD					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación					CUMPLE	
84	NUEVO - SIN CODIGO	PAÑO DESECHABLE ABSORBENTE PARA ABSORBER AGUA DE EQUIPOS DE INSTRUMENTAL	100	UNIDAD												
85	MQ1269	PAPEL TERMICO PARA EQUIPO PEROXIDO DE HIDROGENO	2	ROLLO					CUMPLE	Compatible con el apoyo tecnológico						
86	MQ1085	**PAQUETE DE CATETER ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS** 1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 2 CAMPOS DE PIEL CON CITA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM 1 CAMPO DE OJO FENESTRADO 76X76 CM +/- 1 CM 1 SÁBANA SENCILLA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM 1 BOLSA PARA SUTURAS POLIETILENO 1 INDICADOR QUIMICO 1 CUBIERTA PARA MESA 1X1 MT +/- 1 CM	500	PAQUETE	NO CUMPLE	Las medidas solicitadas para la cubierta de mesa no cumplen con los criterios registrados en la presente convocatoria Medida ofertada 1,20 mts x1,20 mts					CUMPLE					
87	NUEVO - SIN CODIGO	**PAQUETE DE OFTALMOLOGIA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS** 3 TOALLA PARA SECADO MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO DE 3 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 1 SÁBANA SENCILLA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM 1 CAMPO OJO CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 2 CUBIERTA DE MESA	140	UNIDAD	CUMPLE	Ficha técnica no identificada en evaluación de subsanación inicial FT, el proveedor almacena ficha técnica en subcarpeta					CUMPLE					
88	MQ0480	**PAQUETE DE PARTO ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS** 1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO DE 1 PAR POLAINAS GINECOLÓGICAS	300	PAQUETE							CUMPLE					
89	MQ0649	PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO	500	UNIDAD							CUMPLE					
90	NUEVO - SIN CODIGO	PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO CON INDICADOR DE FALLA TEMPRANA	200	UNIDAD							CUMPLE				CUMPLE	
91	MQ1537	PAQUETE PREENSAMBLADO DESAFÍO CON INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5, INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 +MINUTOS	150	UNIDAD							NO CUMPLE	No se identifica el cumplimiento de los criterios del apoyo tecnológico (doble sistema de degradación en cámara y externo) no se cuenta con información técnica de apoyos tecnológicos para identificación de autolectora digitales con software de trazabilidad digital para monitoreo en el tiempo			CUMPLE	Garantizar apoyo tecnológico
92	MQ1351	**PAQUETE QUIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTERIL CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"** 6 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 5 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS Y CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO DE 1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA 4 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 1 SÁBANA SENCILLA LAMINADA CON CINTA ADHESIVA 2 X 150 CM +/- 1 CM 1 SÁBANA SENCILLA CON CINTA ADHESIVA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM 1 BOLSA PARA SUTURA 1 CAMPO QUIRÚRGICO IMPERMEABLE Y REFORZADO 1 CUBIERTA DE MESA IMPERMEABLE Y REFORZADA 1 CUBIERTA DE MESA	150	PAQUETE	NO CUMPLE	La medida solicitada de la sabana sencilla no se ajustan a los criterios solicitados 2 x 1.50 +/- 1CM					CUMPLE					
93	MQ1704	**PAQUETE QUIRURGICO PARA CESAREA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"** 3 TOALLAS PARA SECADO MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO DE	100	PAQUETE							CUMPLE					

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-83 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
94	MQ0481	PAQUETE QUIRURGICO PARA LAPAROTOMIA O GENERAL ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS* 3 TOALLAS PARA SECADO DE MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS 1 INDICADOR QUÍMICO OE 1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA 2 CAMPOS DE PIEL SIN CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 4 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 2 SÁBANAS SENCILLAS SIN CINTAS ADHESIVAS 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM 1 CAMPO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA GENERAL CON FENESTRACIÓN Y REFUERZO ABSORBENTE 2 CUBIERTAS DE MESA	1000	PAQUETE	NO CUMPLE	Las medidas de la sabana no corresponden a la solicitud (210x150).					CUMPLE					
95	NUEVO - SIN CODIGO	PAR GUANTES EN NITRILO EXTRALARGOS- TEXTURIZADOS PARA PROCESOS DE LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO TALLAS S,M Y L	2500	PAR	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación										
96	MQ1394	PINZA DE BIOPSIA BRONQUIAL ,MANDÍBULAS DE COCODRILO, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD												
97	MQ0944	PUEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 100CM X 100CM	1500	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE				CUMPLE	
98	MQ0946	PUEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 120CM X 120CM	3000	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE					
99	MQ0945	PUEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 75CM X 75CM	2000	UNIDAD	CUMPLE	El gramaje cumple a partir de 50gr, en caso de ser adjudicado el oferente deberá garantizar la entrega de material de empaque con gramaje de mínimo 50 gr. No se aceptará un gramaje inferior (35gr a 49.9 gr)					CUMPLE				CUMPLE	
100	MQ0248	PUEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 50CM X 50CM	2000	UNIDAD							CUMPLE				CUMPLE	
101	MQ1129	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200MM X 5MM X 100MT	2	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	La medida de fuelle no se identifica.
102	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350MM X 6,5MM X 100MT	6	ROLLO							NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
103	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380MM X 6,5MM X 100MT	9	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	Las medidas del fuelle no corresponden	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	La medida de fuelle no se identifica.
104	MQ0247	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300MM X 6,5MM X 100MT	2	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	La medida de fuelle no se identifica.
105	MQ0938	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICOCON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 1000MM X 5MM X 100MT	2	ROLLO							CUMPLE				NO CUMPLE	La medida de fuelle no se identifica.
106	MQ1119	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICOCON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250MM X 6,5MM X 100MT	5	ROLLO							CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	La medida de fuelle no se identifica.
107	MQ0449	ROLLO PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 50CM X 100MT AZUL/VERDE ROLLO"	20	ROLLO	NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación					CUMPLE				CUMPLE	
108	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 100MM X 70 MTS	3	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bomb
109	MQ1268	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 150MM X 70 MTS	3	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bomb
110	MQ1204	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 200MM X 70 MTS	4	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bomb

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
111	MQ1237	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 250MM X 70 MTS	2	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bowk
112	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 300MM X 70 MTS	4	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico			NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bowk
113	MQ1203	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 350MM X 70 MTS	2	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
114	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 400MM X 70 MTS	3	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico			NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bowk
115	MQ1231	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 500MM X 70 MTS	1	ROLLO					CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico				
116	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 75MM X 70 MTS	5	ROLLO					CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica fecha de vencimiento y lote impreso,gramaje no corresponde, no se suministra información criterios solicitados de apoyo tecnológico			NO CUMPLE	No se identifica información impresa, gramaje, suministro de apoyo tecnológico compatible con sellado de bowk
117	MQ1233	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200 MM X 200MT	2	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
118	MQ1123	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300 MM* 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
119	MQ1127	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I Y ETO 70GR/M2 DE 125 MM* 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
120	MQ1122	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 150 MM X 200MT	10	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
121	MQ1126	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 75 MM* 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
122	MQ1121	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 100 MM X 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
123	MQ1084	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350 MM* 200MT	3	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			NO CUMPLE	Las medidas no corresponden a la solicitud	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
124	MQ1124	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380 MM* 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				NO CUMPLE	La medida no corresponde a la solicitud
125	MQ1285	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250 MM* 200MT	5	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE				NO CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
126	MQ1125	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 50 MM X 200MT	10	ROLLO			NO CUMPLE	No aporta ficha técnica en la subsanación			CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	Garantizar gramaje 70 con apoyo tecnológico
127	MQ1131	ROLLO PLANO (PAPEL GRADO MEDICO Y FILM PARA ESTERILIZACIÓN) 5 CM* 150M 60- 70 g/m2	5	ROLLO							CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación		
128	MQ1137	SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	UNIDAD							CUMPLE					
129	MQ0574	SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE VAPOR Y OXIDO ETILENO , CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	UNIDAD							CUMPLE					
130	NUEVO - SIN CODIGO	SOLUCIÓN REVITAUZANTE, EUMINADOR DE OXIDO DE CAMARAS DE AUTOCLAVES NO CORROSIVO PARA AUTOCLAVE CON ATOMIZADOR INCORPORADO 650ML	7	UNIDAD					NO CUMPLE	La unidad de medida no corresponde a la solicitud (750 ml)	NO CUMPLE	La ficha técnica refleja detergente de instrumental, la presentación no corresponde a la solicitud(galón)				

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

	DESCRIPCIÓN				Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6	
					ALFA TRADING S.A.S		STERINOVA SAS		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.		M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	
					830.041.488-7		901.130.790-6		830501223-7		830.061.856-1		900.240.177 - 9		830.146.016-6	
131	NUEVO - SIN CODIGO	SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE, REVITALIZANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ELIMINADOR DE OXIDO NO CORROSIVO CON ATOMIZADOR INCORPORADO	7	UNIDAD					NO CUMPLE	No se evidencia registro INVIMA , se identifica certificado el cual registra componentes que no corresponde a la solicitud , lo anterior, dado que contiene principios que actúan como detergentes. En ficha técnica no se identifica en la foto y en la información suministrada presentación con atomizador.	CUMPLE					
132	MQ1512	TAPETE ANTIBACTERIAL CON SUPERFICVIE ADHESIVA PARA ADHERENCIA DE PARTICULAS , MULTILAMINADO 45*115 cm +/- 2CM	4	UNIDAD												
133	MQ1715	TAPON PARA CISTOSCOPIOS WOLF	3	BOLSA												
134	NUEVO - SIN CODIGO	TAPON PARA PINZA LIGACLIP MARCA WOLF 8389.911	3	BOLSA												
135	NUEVO - SIN CODIGO	TAPON PARA PORTAAGUJAS MARCA WOLF 8393.941	3	BOLSA												
136	NUEVO - SIN CODIGO	TAPONES DE ESTANQUEIDAD PARA TROCARES 3,4-5,1 MM COMPATIBLES CON MARCA WOLF	3	BOLSA												
137	MQ0652	TIRA INDICADORA PARA CONTROL DE CONCENTRACION DE GLUTARALDEHIDO Y /O ORTOFTALDEHIDO COMPATIBLE CON EL DESINFECTANTE	400	UNIDAD					NO CUMPLE	No se identifica oferta de ítem 47 para garantizar compatibilidad						
138	MQ1311	TIRA QUIMICA DE CONTROL DE EFECTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LAVADO DE INSTRUMENTAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA COMPATIBLE CON TERMODESINFECTORA MATACHANNA Y STEELCO	1	UNIDAD							CUMPLE				CUMPLE	
139	MQ0656	TIRAS INDICADOR QUIMICO A VAPOR POR UNIDAD TIPO 4 LARGAS	8000	UNIDAD							CUMPLE				CUMPLE	
140	NUEVO - SIN CODIGO	TORUNDA DE 100 % ALGODÓN ESTERIL *3	40	UNIDAD												
141	MQ1165	TORUNDA EN ESFERA PRECORTADA ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN CON ELEMENTO RADIOPACO	100	PAQUETE * 5												
142	NUEVO - SIN CODIGO	VÁLVULA DE ASPIRACIÓN DESECHABLE MAJ-209, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD												
143	MQ1395	VÁLVULA DE BIOPSIA, DE UN SOLO USO MAJ-210, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD												
144	NUEVO - SIN CODIGO	VALVULA DE SUCCION SEMIDESCARTABLE MAJ 207	6	UNIDAD												

OBSERVACIONES

EVALUADORES

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EVALUADOR TÉCNICO	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO Profesional en Instrumentación Quirúrgica	
SUPERVISOR	ANDREA SANDOVAL CASTRO Director Hospitalario	
DIRECTOR DE ÁREA	ANDREA SANDOVAL CASTRO Director Hospitalario	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN					**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
ITEM	**CODIGO DEL SISTEMA**	**NOMBRE / DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**
1	NUEVO - SIN CODIGO	ACEITE PARA INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA 200.532	3	UNIDAD										
2	MQ1223	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 58 % A 60 %. DISEÑO HERMÉTICO E INDICADOR DE FUGA , CON DOSIFICACIÓN ESTANDARIZADA DE AGENTE ESTERILIZANTE. PRESENTACIÓN DE UNIDAD COMPACTA CON ESPECIFICACIÓN DE NÚMERO DE CICLOS POSIBLES	2	UNIDAD										
3	NUEVO - SIN CODIGO	ALOJAMIENTO DE SILICONA PARA CESTAS DE INSTRUMENTAL	2	BOLSA			CUMPLE							
4	NUEVO - SIN CODIGO	ANILLOS EN O DE REPUESTO PARA TROCARES	2	BOLSA			CUMPLE							
5	NUEVO - SIN CODIGO	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON ESTERIL	420	PAQUETE X 3 UNIDADES										
6	NUEVO - SIN CODIGO	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON ESTERIL	680	PAQUETE X 5 UNIDADES										
7	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 2MT * 9 CM	100	UNIDAD										
8	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 30CM X 55CM	150	UNIDAD										
9	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 40CM *70 CM	50	UNIDAD										
10	NUEVO - SIN CODIGO	APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 8CM * 20 CM	100	UNIDAD					CUMPLE					
11	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA S	200	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica no identifica versatilidad de tallas Talla única				
12	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA M	350	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)				

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 7 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		Proponente 8 MEDITEC S A 860.038.579-7		Proponente 9 MEDICOX LTDA 830.142.523-0		Proponente 10 SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		Proponente 11 TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
13	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA L	350	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)			CUMPLE	
14	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA XL	100	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)			CUMPLE	
15	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA S	50	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)				
16	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA M	50	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación			NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)				
17	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA L	150	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)				
18	NUEVO - SIN CODIGO	BATAS QUIRURGICA NO ESTERIL EN SMS CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN TALLA XL	100	UNIDAD					NO CUMPLE	La ficha técnica refiere puño resortado en SMS (Distribuciones ALSARO SAS)				
19	MQ1277	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 100 MM X 230 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	2200	CAJA										
20	NUEVO - SIN CODIGO	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130MM * 250 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	23	UNIDAD										
21	MQ0940	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130MM * 280 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	20	CAJA										
22	NUEVO - SIN CODIGO	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135MM * 280 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	25	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE			
23	MQ0089	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135MM * 283 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	50	CAJA										
24	MQ0823	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190MM * 360 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	50	CAJA	CUMPLE									

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
25	MQ0939	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 200MM * 330 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	40	CAJA	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
26	MQ1322	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 57 MM X 100 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	300	CAJA	CUMPLE						NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
27	MQ0087	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 70 MM X 260 MM cm CON INDICADOR PARA VAPOR	350	CAJA										
28	MQ0088	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MM CON INDICADOR PARA VAPOR	2000	CAJA	CUMPLE									
29	NUEVO - SIN CODIGO	BOQUILLA DESCHABLE	6	UNIDAD									CUMPLE	
30	MQ0104	CABLE MONOPOLAR PARA ELECTRODOS DE LAPAROSCOPIA CONEXIÓN PARA UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA	3	UNIDAD									CUMPLE	Garantizar compatibilidad
31	NUEVO - SIN CODIGO	CAUCHOS PARA CESTAS DE LENTES DE LAPAROSCOPIA	1	BOLSA			CUMPLE							
32	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO DE LIMPIEZA CORTO	20	UNIDAD										
33	MQ1616	CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO	8	UNIDAD	CUMPLE									
34	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO FIBROBRONCOSCOPIO	2	UNIDAD										
35	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO GRANDE CON MANGO	10	UNIDAD	CUMPLE									
36	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO MEDIANO	20	UNIDAD							CUMPLE			

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-83 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		**Proponente 8** MEDITEC S A 860.038.579-7		**Proponente 9** MEDICOX LTDA 830.142.523-0		**Proponente 10** SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		**Proponente 11** TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
37	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CAMISAS LAPAROSCOPIA	12	UNIDAD										
38	NUEVO - SIN CODIGO	CEPILLOS PARA FIBROBRONCOSCOPIO 9 MM	10	UNIDAD										
39	MQ1739	CINTA DE COLORES EN ROLLO PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL	6	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación					NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
40	MQ0892	CINTA CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VAPOR CON CAMBIO DE COLORIMETRIA, LIBRE DE PLOMO , FUERTE ADHESIVO.	100	ROLLO	CUMPLE						NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
41	MQ0893	CINTA DE IMPRESION PARA SELLADORA HAWO	1	UNIDAD										
42	MQ0894	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA GAS PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO,	1	CAJA							NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
43	MQ0189	CINTA PARA IMPRESORA DE MAQUINA DE ETIQUETADO (VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PEROXIDO DE HIDROGENO)	5	UNIDAD										
44	MQ0217	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN NO ESTÉRIL 45 X 45 CM	25000	UNIDAD	CUMPLE				CUMPLE					
45	MQ0910	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM	10000	PAQUETE X 5 UNIDADES	CUMPLE								CUMPLE	
46	MQ1399	COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM	2500	PAQUETE X 2 UNIDADES	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
47	MQ0234	DESINFECTANTE ALTO NIVEL CON ORTOFTALALDEHIDO GALON 3750 CC - 5000 CC	10	GALÓN										
48	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL BAJO EN ESPUMA MULTIENZIMATICO (MINIMO LIPASA, PROTEASA,AMILASA) BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA	10	GALON										

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 7 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		Proponente 8 MEDITEC S A 860.038.579-7		Proponente 9 MEDICOX LTDA 830.142.523-0		Proponente 10 SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		Proponente 11 TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
49	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL BAJO EN ESPUMA MULTIENZIMATICO	23	LITRO										
50	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL POLIENZIMATICO LITRO	46	FRASCO										
51	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 1000 ML	10	FRASCO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
52	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 500 ML	15	FRASCO										
53	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE PARA PRELAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA 750 ML	15	FRASCO										
54	NUEVO - SIN CODIGO	DETERGENTE POLIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO BAJO EN ESPUMA BIODEGRADABLE COMPATIBLE CON TERMODESINFECTORA MARCA MATACHANA Y STEELCO GALÓN CON DOSIFICADOR	5	UNIDAD										
55	MQ0931	ELECTRODO DE HOOK COMPATIBLE CON ELCABLE MONOPOLAR MM5X 340MM(PAJUNK)	40	UNIDAD									CUMPLE	Garantizar compatibilidad
56	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 101CM X 101 200gr CADA PLIEGO	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación	NO CUMPLE	No se identifica ficha tpecnica de subsanación
57	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 121CM X 121	90	UNIDAD										
58	MQ1478	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 121CM X 121	120	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
59	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 100CM X 100CM	150	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación					NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación	NO CUMPLE	No se ajustan a las medidas, la evaluación realizada debe ajustarse a la descripción solicitada
60	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 114CM X 114	90	UNIDAD					CUMPLE	No se identifica registro INVIMA (catalogado como dispositivo médico)				

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		**Proponente 8** MEDITEC S A 860.038.579-7		**Proponente 9** MEDICOX LTDA 830.142.523-0		**Proponente 10** SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		**Proponente 11** TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
61	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 120CM X 120CM	250	UNIDAD					CUMPLE	No se identifica registro INVIMA (catalogado como dispositivo médico)			NO CUMPLE	No se ajustan a las medidas, la evaluación realizada debe ajustarse a la descripción solicitada
62	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 50CM X 50CM	200	UNIDAD									NO CUMPLE	No se ajustan a las medidas, la evaluación realizada debe ajustarse a la descripción solicitada
63	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 75CM X 75CM	90	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación					NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación	NO CUMPLE	No se ajustan a las medidas, la evaluación realizada debe ajustarse a la descripción solicitada
64	NUEVO - SIN CODIGO	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 91CM X 91CM	200	UNIDAD	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación	NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación	CUMPLE	
65	NUEVO - SIN CODIGO	GASA TEJIDA 100 % ALGODÓN PRECORTADA ESTERIL SIN ELEMENTO RADIOPACO 7.5*7.5 SOBRE POR 2 UNIDES	10000	PAQUETE										
66	MQ0322	HISOPOS PARA LUMINOMETRO ATP	200	UNIDAD	CUMPLE	Suministro de apoyo tecnológico								
67	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO CORTO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR	1000	UNIDAD	CUMPLE									
68	MQ0999	INDICADOR QUIMICO LARGO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS	3000	UNIDAD	CUMPLE									
69	MQ1157	INDICADOR LARGO QUIMICO PARA PEROXIDO DE HDROGENO POR CAMBIO DE COLOR	1	UNIDAD							NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
70	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO PARA ETO POR CAMBIO DE COLOR MULTIPARAMETRO QUE MIDA DOS A MÁS VARIABLES	250	UNIDAD	CUMPLE						NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
71	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR QUIMICO PLASTIFICADO PARA VAPOR TIPO 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS 121°-134°	4000	UNIDAD	CUMPLE						CUMPLE			

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**MEDITEC S A**		**MEDICOX LTDA**		**SURGICON CIA S.A.S**		**TECNICA ELECTRO MEDICA S A**	
					17068260-3		**860.038.579-7**		**830.142.523-0**		**860.519.267-9**		**830.004.892-2**	
72	MQ0336	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AMPOLLA LECTURA SUPER RÁPIDA MÁXIMA 24 MINUTOS PARA 45° - 55° GRADOS	1	CAJA	NO CUMPLE	No suministra integralidad de apoyo tecnológico.								
73	NUEVO - SIN CODIGO	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RÁPIDA PARA AUTOCLAVES RAPIDOS 132°-135° LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	50	UNIDAD	CUMPLE									
74	MQ1535	INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RÁPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	200	UNIDAD	CUMPLE	24 minutos referencia 1491								
75	MQ1536	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE VAPOR PREVACIO, LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS	8	UNIDAD	CUMPLE									
76	MQ1720	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 121° a 135°	5500	UNIDAD	CUMPLE									
77	MQ0344	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 132° - 135°	8000	UNIDAD										
78	MQ1213	KIT DE CEPILLOS DE LIMPIEZA CON CERDAS DE NYLON ANTIMICROBIANAS PARA REAMER DE HUESO (7MM)"	3	UNIDAD										
79	NUEVO - SIN CODIGO	KIT DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE INSERTOS DE LAPAROSCOPIA	3	UNIDAD			CUMPLE							
80	MQ1207	KIT-CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO	8	UNIDAD									NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación
81	NUEVO - SIN CODIGO	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL E INHIBIDOR DE OXIDO NO GRASOSO, NO TOXICO, SIN COMPONENTE DE SILICONA,	4	GALON										
82	MQ0394	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL E INHIBIDOR DE OXIDO NO GRASOSO, NO TOXICO, SIN COMPONENTE DE SILICONA, GALON	7	UNIDAD										
83	MQ0409	MARCADOR QUIRURGICO ESTERIL VIOLETA DE PIEL	15	UNIDAD					CUMPLE		CUMPLE			

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		**Proponente 8** MEDITEC S A 860.038.579-7		**Proponente 9** MEDICOX LTDA 830.142.523-0		**Proponente 10** SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		**Proponente 11** TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
84	NUEVO - SIN CODIGO	PAÑO DESECHABLE ABSORBENTE PARA ABSORBER AGUA DE EQUIPOS DE INSTRUMENTAL	100	UNIDAD										
85	MQ1269	PAPEL TERMICO PARA EQUIPO PEROXIDO DE HIDROGENO	2	ROLLO										
86	MQ1085	**PAQUETE DE CATETER ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS** 1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 2 CAMPOS DE PIEL CON CITA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM 1 CAMPO DE OJO FENESTRADO 76X76 CM +/- 1 CM	500	PAQUETE										
87	NUEVO - SIN CODIGO	**PAQUETE DE OFTALMOLOGIA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS** 3 TOALLA PARA SECADO MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO OE 3 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 1 SÁBANA SENCILLA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM 1 CAMPO OJO CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 2 CUBIERTA DE MESA	140	UNIDAD					NO CUMPLE	Las cantidades no corresponden a la solicitud				
88	MQ0480	**PAQUETE DE PARTO ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS** 1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO OE 1 PAR POLAINAS GINECOLÓGICAS 2 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM 1 CAMPO DE PIEL SIN CINTA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM 1 CAMPO PARA BEBE SIN CINTAS ADHESIVAS 100X100 CM +/- 1 CM 1 BOLSA PARA PLACENTA 1 CLAMP UMBILICAL 2 CUBIERTA DE MESA	300	PAQUETE					NO CUMPLE	Las cantidades no corresponden a la solicitud				
89	MQ0649	PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO	500	UNIDAD										
90	NUEVO - SIN CODIGO	PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO CON INDICADOR DE FALLA TEMPRANA	200	UNIDAD	CUMPLE									
91	MQ1537	PAQUETE PREENSAMBLADO DESAFÍO CON INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5, INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 +MINUTOS	150	UNIDAD	CUMPLE									
92	MQ1351	**PAQUETE QUIRURGICO ORTOPEDIA ESTERIL CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"** 6 TOALLA PARA SECADO DE MANOS 5 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS Y CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO OE	150	PAQUETE										

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
93	MQ1704	**PAQUETE QUIRURGICO PARA CESAREA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"** 3 TOALLAS PARA SECADO MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA 1 INDICADOR QUÍMICO OE 1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA	100	PAQUETE										
94	MQ0481	**PAQUETE QUIRÚRGICO PARA LAPAROTOMÍA O GENERAL ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"** 3 TOALLAS PARA SECADO DE MANOS 3 BATAS QUIRÚRGICAS 1 INDICADOR QUÍMICO OE 1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA	1000	PAQUETE					NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de subsanación				
95	NUEVO - SIN CODIGO	PAR GUANTES EN NITRILO EXTRALARGOS- TEXTURIZADOS PARA PROCESOS DE LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO TALLAS S,M Y L	2500	PAR										
96	MQ1394	PINZA DE BIOPSIA BRONQUIAL ,MANDÍBULAS DE COCODRILO, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD										
97	MQ0944	PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 100CM X 100CM	1500	UNIDAD										
98	MQ0946	PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 120CM X 120CM	3000	UNIDAD										
99	MQ0945	PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 75CM X 75CM	2000	UNIDAD										
100	MQ0248	PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 50CM X 50CM	2000	UNIDAD										
101	MQ1129	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200MM X 5MM X 100MT	2	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
102	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350MM X 6,5MM X 100MT	6	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
103	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380MM X 6,5MM X 100MT	9	ROLLO										
104	MQ0247	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300MM X 6,5MM X 100MT	2	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
105	MQ0938	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICOCON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 1000MM X 5MM X 100MT	2	ROLLO										
106	MQ1119	ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICOCON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250MM X 6,5MM X 100MT	5	ROLLO										
107	MQ0449	ROLLO PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 50CM X 100MT AZUL/VERDE ROLLO"	20	ROLLO										
108	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 100MM X 70 MTS	3	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
109	MQ1268	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 150MM X 70 MTS	3	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
110	MQ1204	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 200MM X 70 MTS	4	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
111	MQ1237	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 250MM X 70 MTS	2	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
112	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 300MM X 70 MTS	4	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
113	MQ1203	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 350MM X 70 MTS	2	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
114	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 400MM X 70 MTS	3	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
115	MQ1231	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 500MM X 70 MTS	1	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
116	NUEVO - SIN CODIGO	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 75MM X 70 MTS	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17068260-3		**Proponente 8** MEDITEC S A 860.038.579-7		**Proponente 9** MEDICOX LTDA 830.142.523-0		**Proponente 10** SURGICON CIA S.A.S 860.519.267-9		**Proponente 11** TECNICA ELECTRO MEDICA S A 830.004.892-2	
117	MQ1233	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200 MM X 200MT	2	ROLLO										
118	MQ1123	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300 MM* 200MT	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
119	MQ1127	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I Y ETO 70GR/M2 DE 125 MM* 200MT	5	ROLLO										
120	MQ1122	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 150 MM X 200MT	10	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
121	MQ1126	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 75 MM* 200MT	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
122	MQ1121	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 100 MM X 200MT	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
123	MQ1084	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350 MM* 200MT	3	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
124	MQ1124	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380 MM* 200MT	5	ROLLO										
125	MQ1285	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250 MM* 200MT	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
126	MQ1125	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 50 MM X 200MT	10	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación								
127	MQ1131	ROLLO PLANO (PAPEL GRADO MEDICO Y FILM PARA ESTERILIZACIÒN) 5 CM* 150M 60- 70 g/m2	5	ROLLO	NO CUMPLE	No suministra ficha técnica de subsanación					NO CUMPLE	No suministro fichas técnicas de subsanación		
128	MQ1137	SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	UNIDAD										

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			**Proponente 7**		**Proponente 8**		**Proponente 9**		**Proponente 10**		**Proponente 11**	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
129	MQ0574	SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE VAPOR Y OXIDO ETILENO , CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	UNIDAD										
130	NUEVO - SIN CODIGO	SOLUCIÓN REVITALIZANTE, ELIMINADOR DE OXIDO DE CAMARAS DE AUTOCLAVES NO CORROSIVO PARA AUTOCLAVE CON ATOMIZADOR INCORPORADO 650ML	7	UNIDAD										
131	NUEVO - SIN CODIGO	SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE, REVITALIZANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ELIMINADOR DE OXIDO NO CORROSIVO CON ATOMIZADOR INCORPORADO	7	UNIDAD										
132	MQ1512	TAPETE ANTIBACTERIAL CON SUPERFICVIE ADHESIVA PARA ADHERENCIA DE PARTICULAS , MULTILAMINADO 45*115 cm +/- 2CM	4	UNIDAD										
133	MQ1715	TAPON PARA CISTOSCOPIOS WOLF	3	BOLSA			CUMPLE							
134	NUEVO - SIN CODIGO	TAPON PARA PINZA LIGACLIP MARCA WOLF 8389.911	3	BOLSA			CUMPLE							
135	NUEVO - SIN CODIGO	TAPON PARA PORTAAGUJAS MARCA WOLF 8393.941	3	BOLSA			CUMPLE							
136	NUEVO - SIN CODIGO	TAPONES DE ESTANQUEIDAD PARA TROCARES 3,4-5,1 MM COMPATIBLES CON MARCA WOLF	3	BOLSA			CUMPLE							
137	MQ0652	TIRA INDICADORA PARA CONTROL DE CONCENTRACION DE GLUTARALDEHIDO Y /0 ORTOFTALDEHIDO COMPATIBLE CON EL DESINFECTANTE	400	UNIDAD										
138	MQ1311	TIRA QUIMICA DE CONTROL DE EFECTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LAVADO DE INSTRUMENTAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA COMPATIBLE CON TERMODESINFECTORA MATACHANNA Y STEELCO	1	UNIDAD										
139	MQ0656	TIRAS INDICADOR QUIMICO A VAPOR POR UNIDAD TIPO 4 LARGAS	8000	UNIDAD										
140	NUEVO - SIN CODIGO	TORUNDA DE 100 % ALGODÓN ESTERIL *3	40	UNIDAD	CUMPLE									

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	IC-032-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

		DESCRIPCIÓN			Proponente 7		Proponente 8		Proponente 9		Proponente 10		Proponente 11	
					RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		MEDITEC S A		MEDICOX LTDA		SURGICON CIA S.A.S		TECNICA ELECTRO MEDICA S A	
					17068260-3		860.038.579-7		830.142.523-0		860.519.267-9		830.004.892-2	
141	MQ1165	TORUNDA EN ESFERA PRECORTADA ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN CON ELEMENTO RADIOPACO	100	PAQUETE * 5										
142	NUEVO - SIN CODIGO	VÁLVULA DE ASPIRACIÓN DESECHABLE MAJ-209, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD										
143	MQ1395	VÁLVULA DE BIOPSIA, DE UN SOLO USO MAJ-210, COMPATIBLE CON EQUIPO OLYMPUS	6	UNIDAD										
144	NUEVO - SIN CODIGO	VALVULA DE SUCCION SEMIDESCARTABLE MAJ 207	6	UNIDAD										

OBSERVACIONES

EVALUADORES

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EVALUADOR TÉCNICO	**MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO** Profesional en Instrumentación Quirúrgica	
SUPERVISOR	**ANDREA SANDOVAL CASTRO** Director Hospitalario	
DIRECTOR DE ÁREA	**ANDREA SANDOVAL CASTRO** Director Hospitalario	