MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
GRUPO DE CONTRANTOS

PN HOCEN SA 006 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA Y CLINICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.

ADENDA No. 1

El Hospital Central de la Policía Nacional en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente adenda siendo esté el documento por medio del cual la Entidad Estatal puede modificar el pliego de condiciones del proceso de contratación **PN HOCEN SA 006 2025**, por tal motivo y de conformidad con las observaciones presentadas y respuestas emitida, la Entidad modifica los estudios previos para contratos del proceso, quedando así:

ESTUDIO PREVIO

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

4.3.1 EVALUACIÓN FINANCIERA

Verificación Capacidad Financiera y Organizacional (Cumple o No Cumple)

El oferente deberá presentar los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el Titulo1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 5, artículos 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 de conformidad con el Decreto 1041 de 2022, los indicadores que deben estar contenidos en el (RUP) registro único de proponentes corresponden a la vigencia fiscal 2023, así:

A. Indicadores de capacidad financiera:

Índice de liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre los activos corrientes sobre el pasivo corriente cuyo resultado deberá ser igual o superior a **1.15**

Índice de Endeudamiento: (Pasivo Total/Activo Total) x 100, este indicador tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. El índice de endeudamiento para el presente proceso de contratación debe ser igual o inferior al **0.76%.**

Razón de cobertura de intereses: (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses) con este indicador muestra la capacidad de una empresa para cubrir sus cargos por intereses. La Razón de Cobertura de Intereses para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual a **1,88** .

Así mismo, cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple.

B. Indicadores de capacidad organizacional:

Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Operacional/Patrimonio) este indicador muestra la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio. La rentabilidad del patrimonio para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0.04**

Rentabilidad del activo: (Utilidad Operacional/Activo Total) este indicador mide los beneficios y utilidades generadas por los activos de la empresa. La rentabilidad del activo para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0,01**

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	INDICE DE LIQUIDEZ	RAZON DE ENDEUDAMIENTO	COBERTURA DE INTERESES
>= 0.04	>= 0,01	>= 1,15	<= 0.76	>= 1,88

NOTA: Para establecer los indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional se tuvo en cuenta el oficio No GS-2025- sin número -DISAN de fecha 16/05/2025 mediante el cual se remite el resultado del análisis del sector.

ANEXO Y FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

GRUPO	ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA
GRUPO 5 CATETER CENTRAL	1	CATÉTER CENTRAL PEDIATRICO 4,0 FR A 5,0 FR DE 5 CM A 8 CM BILLUMEN	CATETER CENTRAL BILLUMEN PEDIATRICO	UNIDAD
			CATÉTER RADIOPACO 22 G DE POLIURETANO	
			AGUJA INTRODUCTORA 20G A 21 G - PUNTA BISELADA	
			DILATADOR	
			GUÍA DE 0,018 HASTA 0,023 X 40 CM A 45 CM EN J CON SISTEMA DE AVANCE	
			RESISTENTE A ACODAMIENTOS	
			CLAMP DE FIJACIÓN - JERINGA DE 3 ML A 5 ML	
			EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, REGISTRO INVIMA, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CÓDIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS	
			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO	
	2	CATÉTER CENTRAL ADULTO BILUMEN 7,0 FR Y/O 7,5 FR X 20CM.	CATÉTER CENTRAL BILLUMEN 7,0 FR Y/O 7,5 FR X 20 CM	UNIDAD
			CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO	
			AGUJA INTRODUCTORA 16 G A 18 G - LONGITUD DE 60 MM A 70 MM - PUNTA BISELADA	
			DILATADOR 10 CM A 15 CM DE LONGITUD	
			GUÍA MATERIAL NITINOL 0,030 A 0,044 CON PUNTA EN J - SISTEMA DE AVANCE	
			RESISTENTE AL ACODAMIENTO	
			ALAS DE FIJACION	
			EXTREMO PROXIMAL CONEXION LUER-LOCK, CON CLAMP.	
			JERINGA DE 5 ml a 10 ml - BISTURÍ CON PROTECCIÓN Y/O DE SEGURIDAD	
			ALAS DE FIJACIÓN, LIBRE DE LATEX Y FTALATOS O DEHP	
			EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, REGISTRO INVIMA, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CODIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS	
			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	

GRUPO	ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA
GRUPO 8 CATETER VENOSO PERIFERICO	1	CATETER PERIFERICO No 16 G	MEDIDAS. 16 G	UNIDAD
			CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	
			AGUJA CON BISEL ESMERILADO	
			CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO	
			FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.	
			CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO	
			PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO	
			TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO	
			EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	
			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	
	2	CATETER PERIFERICO No 18 G	MEDIDAS. 18 G	UNIDAD
			CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	
			AGUJA CON BISEL ESMERILADO	
			CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO	
			FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.	
			CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO	
			PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO	
			TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO	
			EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	
			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	
	3	CATETER PERIFERICO No 20 G	MEDIDAS. 20 G	UNIDAD
			CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	
			AGUJA CON BISEL ESMERILADO	
			CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO	
			FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.	
			CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO	
			PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO	
			TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO	
			EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	
			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	
	4	CATETER PERIFERICO No 22 G	MEDIDAS. 22 G	UNIDAD
			CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	
			AGUJA CON BISEL ESMERILADO	
			CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO	
			FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.	
			CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO	
			PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO	
			TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO	
			EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	

			EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	
	5	CATETER PERIFERICO No 24 G	MEDIDAS. 24 G CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK AGUJA CON BISEL ESMERILADO CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	UNIDAD
	6	CATETER PERIFERICO No 26 G Y/O 24 G NEONATAL	MEDIDAS 26 G Y/O 24 G NEONATAL CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK AGUJA CON BISEL ESMERILADO CATETER SILICONADO Y/O POLIURETANO (PUR) - RADIOPACO - RESISTENCIA A TORCEDURAS Y ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATETER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTDEL PRODUCTO	UNIDAD

NRO	CONDICIONES TECNICAS
8	El oferente (futuro contratista) deberá garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos. NOTA: Para los Grupos 23 ítems 34 la fecha de vencimiento de los insumos de la presente contratación será no menor a dieciocho (18) meses y Grupo 27 la fecha de vencimiento de los insumos de la presente contratación será no menor a quince (15) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

FICHA TECNICA

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO					
EQUIPO MEDICO ACCESORIOS Y SUMINISTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS PRODUCTOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS					CLASIFICACION UNSPSC
UNIDAD DE MEDIDA					
UNIDAD					
GRUPO	**ITEM**	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION DEL INSUMO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	
GRUPO 27 SET DE FISTULAS	1	SET DE FISTULA PEQUEÑO	EMPAQUE INDIVIDUAL - ADHESIVO DE PASTA LAMINADO DE PIEZA UNICA- CON BOLSA DE RECOLECCION CON ANILLO INFLABLE Y VALVULA DE AIRE- CON BOMBA DE INFLADO EMPAQUE INDIVIDUAL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 15 MESES, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	26111700 41104100 41112200 42131500 42131600 42131700 42132200 42142400 42142500 42142600 42142700 42181500 42181700 42182200 42203400 42221500 42221600 42221700 42221800 42221900 42222000 42222200 42231700 42261600 42293500 42293900 42295100 42295400 42311500 42311700 42312100 42312300 42312400 42312500 42312600 47131500 51102700 42312600 42312100
	2	SET DE FISTULA MEDIANO	EMPAQUE INDIVIDUAL - ADHESIVO DE PASTA LAMINADO DE PIEZA UNICA- CON BOLSA DE RECOLECCION CON ANILLO INFLABLE Y VALVULA DE AIRE- CON BOMBA DE INFLADO EMPAQUE INDIVIDUAL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 15 MESES, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	
	3	SET DE FISTULA GRANDE	EMPAQUE INDIVIDUAL - ADHESIVO DE PASTA LAMINADO DE PIEZA UNICA- CON BOLSA DE RECOLECCION CON ANILLO INFLABLE Y VALVULA DE AIRE- CON BOMBA DE INFLADO EMPAQUE INDIVIDUAL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 15 MESES, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO					
EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS					
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO					
PRODUCTO PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA Y ARTERIAL					
UNIDAD DE MEDIDA					
UNIDAD					
GRUPO	**ITEM**	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION DEL INSUMO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CLASIFICACION UNSPSC**
GRUPO 5 CATETER CENTRAL	1	CATÉTER CENTRAL PEDIATRICO 4,0 FR A 5,0 FR DE 5 CM A 8 CM BILLUMEN	CATETER CENTRAL BILLUMEN PEDIATRICO CATÉTER RADIOPACO 22 G DE POLIURETANO AGUJA INTRODUCTORA 20G-A 21 G - PUNTA BISELADA DILATADOR GUÍA DE 0,018 HASTA 0,023 X 40 CM A 45 CM EN J CON SISTEMA DE AVANCE RESISTENTE A ACODAMIENTOS CLAMP DE FIJACIÓN - JERINGA DE 3 ML A 5 ML EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, REGISTRO INVIMA, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CÓDIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO	UNIDAD	26111700 41104100 41112200 42131500 42131600 42131700 42132200 42142400 42142500 42142600 42142700 42181500
	2	CATÉTER CENTRAL ADULTO BILUMEN 7,0 FR Y/O 7,5 FR X 20CM.	CATÉTER CENTRAL BILLUMEN 7,0 FR Y/O 7,5 FR X 20 CM CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO AGUJA INTRODUCTORA 16 G A 18 G - LONGITUD DE 60 MM A 70 MM - PUNTA BISELADA DILATADOR 10 CM A 15 CM DE LONGITUD GUÍA MATERIAL NITINOL 0,030 A 0,044 CON PUNTA EN J - SISTEMA DE AVANCE RESISTENTE AL ACODAMIENTO ALAS DE FIJACION EXTREMO PROXIMAL CONEXION LUER-LOCK, CON CLAMP. JERINGA DE 5 ml a 10 ml - BISTURÍ CON PROTECCIÓN Y/O DE SEGURIDAD ALAS DE FIJACIÓN, LIBRE DE LATEX Y FTALATOS O DEHP EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, REGISTRO INVIMA, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CODIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	42181700 42182200 42203400 42221500 42221600 42221700 42221800 42221900 42222000 42222200 42231700 42261600 42293500 42293900 42295100 42295400 42311500 42311700 42312100 42312300 42312400 42312500 42312600 47131500 51102700 42312600 42312100

FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

GRUPO 5 CATETER CENTRAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% IVA**	**EXCENTO**	**EXCLUIDO**
1	CATÉTER CENTRAL PEDIATRICO 4,0 FR A 5.0 FR DE 5 CM A 8 CM BILLUMEN	UNIDAD			
2	CATÉTER CENTRAL ADULTO BILUMEN 7,0 FR Y/O 7,5 FR X 20CM.	UNIDAD			

Los demás términos que no son sujetos de modificación se mantienen.

Bogotá D.C. 19 MAY 2025

Atentamente

Teniente Coronel **HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA**
Directora (E) Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: IT. ROCIO AGUDELO CRUZ
HOCEN-GUCON

Revisó: TE. CAROLINA CARDONA QUICENO
HOCEN-GUCON

Revisó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
HOCEN-ARLOG

Revisó: PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA
HOCEN-ASJUR

Fecha de Elaboración: 19/05/2025
Ubicación: C:\Users\blanca.agudelo\Documents\BACKAUP\VIGENCIA 2025\PN HOCEN SA 006 2025 INSUMOS ENFERMERIA
Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 5804401 ext 1037

INFORMACION PÚBLICA