Corpoguajira	**ACTA DE REUNIÓN** **Nº 001**	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 4 **Fecha:** 24/07/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento:	Reunión por videoconferencia para la supervisión de la ejecución del Contrato PMC-001 de 2025.	
Tema/Proyecto/Asunto: Reunión de supervisión y seguimiento de la ejecución del Contrato, suscrito entre INGOBAR y CORPOGUAJIRA.		**Fecha:** 15/05/2025 **Hora de Inicio:** 08:00 **Hora de Final:** 9:00

Agenda:

- Propuesta del contratista para reposición de equipo dañado

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Oscar Duran Ospino	Profesional Especializado	CORPOGUAJIRA
Jaiker Gómez Sierra	Profesional Especializado	CORPOGUAJIRA
Nicolás González Barrios	Director Administrativo y Comercial	INGOBAR METROLOGÍA SAS
Luisa Fernanda Gonzalez	Directora Comercial	PROVEO SAS
Anderson Gonzalez	Director Técnico	PROVEO SAS
Lizeth Piñeros	Coordinadora Técnica	PROVEO SAS
Brayan Alvarado	Técnico	PROVEO SAS
Edna Rocío Aragón	Coordinadora Técnica	INGOBAR METROLOGÍA SAS

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR (N.A.)

Actividad	Responsable	% Cumplimiento	Observaciones
N.A.	N.A.	N.A.	No hay compromisos previos pactados

DESARROLLO

Se realiza la presentación de las asistentes conectadas a través de la plataforma Google meet, para dejar constancia de lo siguiente.

1. El contratista reconoce que daño el equipo Plancha de calentamiento y agitación SCHOTT durante la ejecución del contrato PMC-001-2025, al cual se le partió el vidrio templado.

2. El contratista informa que “Para las planchas SLK-6 marca Schott, es una manufactura de más de 20 años y los repuestos están descontinuados”

3. El contratista se compromete a reponer el equipo averiado con la donación de uno nuevo de características indicadas en la columna tres de la figura 1:

4. El contratista se compromete a devolver el equipo averiado, para darle de baja desde el almacén de Corpoguajira y entregar el equipo nuevo.

5. Previa entrega del equipo nuevo, el contratista se compromete a entregar un informe de funcionamiento del equipo, donde quede establecido el correcto funcionamiento del mismo.

CARACTERÍSTICAS	SCHOTT	TOPLINE LAB SH-3
Calentamiento	SI	SI
Agitación	SI	SI
Calentamiento y agitación sincrónica	NO	SI
Facilidad de acceso a puestos	NO (Equipo descontinuado)	SI
Material placa calefactante	Vitroceramica	Aluminio dionizado
Rango rpm y agitación	100-100 Rpm	100-2000 Rpm
Peso	6,2 KG	3 KG
Regulación de temperatura	199 °C	380°C
Garantía	Equipo descontinuado	SI

Figura 1. Características y comparación técnica d ellos equipos

6. El contratista entregará el equipo y la factura de compra a CORPOGUAJIRA en un plazo de máximo 15 días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

7. La entrega de los equipos se realizará en el laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA (Calle 15 No 11 – 12, Riohacha – La Guajira) y se considerará cumplida una vez que la entidad haya recibido y aceptado los equipos.

Ambas partes firman esta acta en señal de conformidad y compromiso con lo establecido en ella**.**

OSCAR MIGUEL DURAN OSPINO
Supervisor Contrato
CORPOGUAJIRA

Fecha: 2025.05.19 14:49:41 -05'00'

NICOLÁS GONZALEZ BARRIOS
Director Administrativo y Comercial
INGOBAR METROLOGIA SAS

Jaiker Gómez

JAIKER GÓMEZ SIERRA
Director Tecnico
CORPOGUAJIRA

LUISA FERNANDA GONZALEZ
Director Comercial
PROVEO SAS