REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2404245

Equipo: CABINA DE FLUJO LAMINAR		**Identificador 2014-93982**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** Cabina de flujo laminar
MARCA DEL EQUIPO ESCO	**MODELO DEL EQUIPO** AC2-4E9	**SERIE** 2014-93982
UBICACIÓN MICROBIOLOGÍA DE AGUA	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.	**PERIODICIDAD DEL SERVICIO:** Mantenimiento periódico preventivo mensual (1 mes)

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:




ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO: En servicio	**TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se realizó verificación de parámetros funcionales., se realizó verificación del estado del display - pantalla., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Inspección, verificación y limpieza de filtro de aire., Se verificó estado de panel de botones.	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó verificación de funcionamiento de lámpara UV y de iluminación
VARIABLES REVISADAS: Presión, Flujo, Tiempo, Temperatura, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Voltaje, Corriente, Resistencia, Continuidad, Potencia		

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:







OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com