REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2404353

Equipo: INCUBADORA		**Identificador 130558**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** INCUBADORA
MARCA DEL EQUIPO VENTICELL	**MODELO DEL EQUIPO** LSIS-B2V/VCIII	**SERIE** 130558
UBICACIÓN MICROBIOLOGÍA DE AGUA	**CODIGO** LSPD-G08	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo mensual (1 mes)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:



ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO: En servicio	**TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Inspección, verificación y limpieza de filtro de aire., Se verificó estado de panel de botones.	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:** Se realiza verificación de correcto funcionamiento de seguro de puerta.
VARIABLES REVISADAS: Presión, Flujo, Tiempo, Temperatura, Humedad, Concentración, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Voltaje, Corriente, Resistencia, Continuidad, Potencia		

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:







OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional.

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com