REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2440290

Equipo: MICROPIPETA		**Identificador C38312**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: MONTERÍA	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** MICROPIPETA
MARCA DEL EQUIPO LABSYSTEMS	**MODELO DEL EQUIPO** 40-200ul	**SERIE** C38312
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo.	**PERIODICIDAD DEL SERVICIO:** Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)	
ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:		



ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO: En servicio	**TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó sistema de descarte de puntas.	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizan pruebas de pipeteo con resultados aprobados.
VARIABLES REVISADAS: Volumen		

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:















OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo funcional.

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com