REPORTE SERVICIO TÉCNICO


Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2441246

Equipo: AUTOCLAVE DE MESA		**Identificador 1310539**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** AUTOCLAVE DE MESA
MARCA DEL EQUIPO TUTTNAUER	**MODELO DEL EQUIPO** 3850E	**SERIE** 1310539
UBICACIÓN MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS	**CODIGO** I1-003148 LSPD-H04	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:






Estado inicial de depósito de agua el cual imposibilita el uso del equipo



ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:	**TRABAJOS REALIZADOS:**	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:**
Fuera de servicio	Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se verificaron sistemas neumáticos., Se verificaron sistemas hidráulicos., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado de panel de botones., Se verificó funcionamiento de sistema de calentamiento.	Se realiza limpieza y desinfección del depósito de agua. Se realiza limpieza desinfección y desobstrucción de mangueras y ductos internos. Se realiza limpieza y desinfección de electroválvulas de fluidos internos. Se realiza limpieza de filtros. Se realiza limpieza y desinfección de cámara y estantes de instrumental. Se realiza destape de conductos de espiche y sangrado.


VARIABLES REVISADAS: Presión, Flujo, Tiempo, Temperatura, Concentración, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Voltaje, Corriente, Resistencia, Continuidad, Potencia	

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:































OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO	FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.
Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo funcional	Elmer Pérez H Ing. Soporte Técnico Cédula: 1103100380	**Firmado por: Maireth Gómez Negrete,** **Documento: 50939542**

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com