REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2481742


Equipo: AUTOCLAVE DE MESA	**Identificador AUT-LSPM-MBA1**
Formulario	
REPORTE DE MANTENIMIENTO	

CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** Autoclave de Mesa
MARCA DEL EQUIPO GEMMY STUDY	**MODELO DEL EQUIPO** SA-252F	**SERIE** N/A
UBICACIÓN MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS	**CODIGO** I1-001254 LSPD-G11	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:







ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO: En servicio	**TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se verificaron sistemas hidráulicos., Se verificaron sistemas neumáticos., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado funcional de perilla reguladora., Se verificó estado de panel de botones., Se verificó funcionamiento de sistema de calentamiento., Se verificó estado de valvulas y/o electrovalvulas de regulación., Se verificó estado de sistemas neumáticos e hidráulicos.	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:** Se realizó limpieza y desinfección de depósito y conductos de agua.

VARIABLES REVISADAS:

Volumen, Presión, Flujo, Tiempo, Temperatura, Concentración, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Potencia, Continuidad, Resistencia, Corriente, Voltaje

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:





















OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO	FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.
Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo funcional.	 Elmer Pérez H Ing. Soporte Técnico Cédula: 1103100380	 **Firmado por: Maireth Gómez Negrete, Documento: 50939542**

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com



Firmado por: Maireth Gómez Negrete, Documento: 50939542