REPORTE SERVICIO TÉCNICO


Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2481872


Equipo: BALANZA ANALITICA		**Identificador BLA-LSPM-MBA2**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Monteria5	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** BALANZA ANALÍTICA
MARCA DEL EQUIPO PRECISA	**MODELO DEL EQUIPO** XB220A	**SERIE** 310
UBICACIÓN MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS	**CODIGO** I1-003146 LSPD-H08	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:











ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:

En servicio


TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., se realizó verificación del estado del display - pantalla., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado de panel de botones., Se realizó contraste de medida con masas patron., Se verificó estado de plataforma.

VARIABLES REVISADAS:

Masa, Corriente, Continuidad, Resistencia, Voltaje

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:





OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO	FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.
Se realizó mantenimiento preventivo Equipo funcional.	 Elmer Pérez H Ing. Soporte Técnico Cédula: 1103100380	 **Firmado por: Maireth Gómez Negrete,** **Documento: 50939542**

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com