REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	


REPORTE #2491282

Equipo: BALANZA DIGITAL		**Identificador I1-003416**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** Balanza Digital
MARCA DEL EQUIPO PRECISA	**MODELO DEL EQUIPO** XB 220A	**SERIE** I1-003416 H8
UBICACIÓN Microbiología de alimentos	**CODIGO** I1-003416 LSPD-H08	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:










ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:	**TRABAJOS REALIZADOS:**	**VARIABLES REVISADAS:**
En servicio	Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., se realizó verificación del estado del display - pantalla., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado de panel de botones., Se verificó estado de plataforma., Se realizó contraste de medida con masas patron.	Masa, Voltaje

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:











OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional.

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com