

REPORTE SERVICIO TÉCNICO



Digimedical SAS

Teléfono: (57)312 710 1889

Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4

Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com

Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente

Nombre del cliente:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL

Número de identificación:

800103935-6

Dirección

Carrera 15 N° 22-151

Teléfono

304 2401765

REPORTE #2489469

Equipo: MICROPIPETA

Identificador 03Y0157

Formulario

REPORTE DE MANTENIMIENTO

CIUDAD:

Montería

FECHA:

07/04/2025

NOMBRE DEL EQUIPO

MICROPIPETA

MARCA DEL EQUIPO

BRAND

MODELO DEL EQUIPO

TRANSFERPETTE

SERIE

03Y0157

UBICACIÓN

PLAGUICIDAS


SERVICIO SOLICITADO:

Mantenimiento preventivo.

PERIODICIDAD DEL SERVICIO:

Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:



ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:

En servicio

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó sistema de descarte de puntas.

VARIABLES REVISADAS:

Volumen, Masa

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:



OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional.

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com