

REPORTE SERVICIO TÉCNICO



Digimedical SAS

Teléfono: (57)312 710 1889

Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4

Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com

Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba


Informaciones del cliente

Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	Número de identificación: 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2443645

Equipo: CENTRÍFUGA		Identificador NA	
		Movimiento Asociado al Cliente	
Formulario			
REPORTE DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD: Montería	FECHA: 07/04/2025	NOMBRE DEL EQUIPO CENTRIFUGA	
MARCA DEL EQUIPO IEC	MODELO DEL EQUIPO HN - SII	SERIE N/A	
UBICACIÓN Esterilización	CODIGO I1-005072 LSPD-L04	SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo.	
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)			

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:



ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:
En servicio

TRABAJOS REALIZADOS:
Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado funcional de perilla reguladora., Se verificó estado de panel de botones.

VARIABLES REVISADAS:
Tiempo, Intensidad, Frecuencia, Velocidad, Voltaje, Corriente, Continuidad, Potencia

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:



<p>OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO</p> <p>Se realizó mantenimiento preventivo Equipo funcional</p>	<p>FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.</p> <div data-bbox="651 159 896 280"> </div> <hr/> <p>Elmer Pérez H Ing. Soporte Técnico Cédula: 1103100380</p>	<p>FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.</p> <div data-bbox="1114 125 1401 259"> </div> <hr/> <p>Firmado por: Maireth Gómez Negrete, Documento: 50939542</p>
<p>Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41 www.digimedicalsas.com</p>		