ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Código: FOR-PSS-656
		Versión: 0
	FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Fecha: Memo I2022044356-26/12/2022
		Página: 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Detalle	Caracteristicas
NOMBRE DEL EQUIPO	BÁSCULA DIGITAL
MARCA	ABALFER
MODELO	POLARIS
SERIE	15051044

DATOS DEL PROVEEDOR

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	ABALFER - BOGOTÁ
FECHA DE AQUISICIÓN	JUNIO DE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVIHOY
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	1. Mantenga su balanza bien nivelada y en una superficie estable. 2. Ponga su balanza en un lugar alejado de fuentes de calor / frío y humedad. 3. Tenga atención al estado de la batería de la balanza. 4. Realice mantenimiento y calibración periódica.
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	1. Realizar inspecciones regulares,el polvo, el hielo o los escombros pueden causar diversos grados de perturbación durante el pesaje. 2. Comprobar la calibración de la balanza. 3.
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	Los métodos de calibración son los siguientes: transferencia, sustitución, comparación directa, equilibrio, relación y escalamiento. Los laboratorios suelen combinarlos con el método en que el patrón efectúa la magnitud o el mensurado, ya sea con uno primario, secundario, reproducción, puntos fijos y simulación. La periodicidad de calibración depende del uso de la báscula y del manejo adecuado. El proceso de calibración debe realizarse periódicamente, ya que los instrumentos y equipos pueden experimentar desgaste, envejecimiento o desajustes con el tiempo. Los laboratorios de calibración, certificados y acreditados, son los encargados de realizar este proceso utilizando estándares de referencia bien trazados y asegurando que los equipos de medición cumplan con las especificaciones requeridas.
GARANTIA	Fecha de Inicio: Fecha de Terminanción:

CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO

MEDICIÓN A REALIZAR	Toma de peso por bipedestación, peso diferencia - sedestación
RANGO DE USO	Rango normal
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	Cada vez que se realice toma de datos antropométricos
PATRON A UTILIZAR	Pesa patrón de 20 Kg

Scanned with CamScanner