CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001001 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CISMEDICAL S.A.S.
OBJETO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL.**
VALOR	**CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($114.167.583) INCLUIDO IVA (exceptuando aquellos aeropuertos que por Ley están exentos de IVA).**
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de DICIEMBRE de 2024, previa suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
CDP	92424 del 20 de mayo de 2024
RP	240024 de 14 de agosto de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	14 de septiembre 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**EDWARD FABIAN DUQUE OVIEDO**

En la ciudad de Bogotá, el 13 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios de Mantenimiento y Calibración objeto del presente contrato: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL**, : La señora **CINDY JOHANA HERRERA LOZANO** identificado con cédula de ciudadanía

No 1.018.439.851de Bogotá, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, obrando como representante legal de la Empresa **CISMEDICAL S.A.S. con Nit. No 901.420.024-7** y **EDWARD FABIAN DUQUE OVIEDO** identificado con cédula de ciudadanía No **9.730.310** expedida en Armenia, como supervisor general designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y el control del contrato **No 24001001 H3 DE 2024.**

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2024

SUSPENSIONES:

NO APLICA

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

NO APLICA

PRÓRROGAS:

NO APLICA

ADICIONES EN VALOR:

NO APLICA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

15 DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos en casa uno de los 15 aeropuertos que cuentan con servicios médicos aeroportuarios, y adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

1. Se entregan los manuales y procedimientos que se utilizaron desde el inicio del servicio

2. Se actualizaron las hojas de vida digital con 4 fotos reales de los equipos a través de sistema que integra el reporte de mantenimiento y certificado de calibración que se puede desplegar en pantalla con aplicativo de inventario y se pueda usar en celular, tablets y pc identificando los equipos biomédicos con stiker con código QR de impresión térmica.
3. Se realizo la limpieza, eliminación de elementos extraños o nocivos en la estructura de los dispositivos aparatos de monitoreo y soporte vital, equipo de diagnóstico, etc.
4. Se realizo la desinfección de cada equipo intervenido.
5. Se revisión física de equipos y accesorios intervenidos.
6. Se realizo verificación de parámetros, a través de analizadores y/o simuladores certificados.
7. Se realizo el dictamen y el estado final del equipo posterior a las tareas de ajuste y verificación realizadas.
8. Se realizaron las pruebas de operatividad: inspecciones visuales e integrales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por instituciones y organismos dedicados a la reglamentación y calidad de los equipos médicos para verificar la eficiencia y seguridad de estos. Lubricación: ayuda a reducir la fricción y el desgaste en las diferentes partes y piezas de los equipos médicos.
9. Se realizaron las pruebas de funcionamiento: para determinar si el funcionamiento se adecuaba a las características de rendimiento y seguridad de fabricación. Y los equipos que no cumplieron con este requisito se dieron de baja.
10. Se realizo el diagnostico final para cada equipo y dar las recomendaciones de mantenimientos posteriores y si se debe dar de baja por condiciones de obsolescencia o cambio de tecnología.
11. Se Instalaron los sticker de mantenimiento con impresión térmica
12. Se instalar sticker de inventario con código QR de impresión térmica que no se pueda borrar con líquidos de desinfección.
13. Se integro la hoja de vida con los reportes de mantenimiento y los certificados de calibración en un aplicativo.
14. El contratista dispuso de un plan de contingencia en caso de que el internet falle al momento de podamos ser objeto de visita por los entes de control para inspección y verificación de cumplimiento de los Equipos Biomédicos.
15. Se realizo la entrega en el informe final del plan de mantenimiento por aeropuerto y por equipo.
16. Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos de los servicios médicos aeroportuarios y las ambulancias en los aeropuertos administrados por la Aeronáutica Civil.

Relación de Actividades ejecutadas por aeropuerto (Consolidado de visita Técnica).

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE YOPAL.

CISYO - 001	YOPAL	DESFIBRILADOR - DEA	PRIMEDIC	HEART SAVE AEDM	73946000507	• Requiere cambio de batería interna de respaldo.

						• La carcasa está rota. • Se instala parche adulto/pediátrico con fechas de vencimiento 17-10-2027.
CISYO - 002	YOPAL	DESFIBRILADOR - DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063720	• Requiere cambio de batería interna de respaldo. • Se formatea memoria SD. • Se instala parche adulto y pediátrico con fechas de vencimiento: Adulto 16-02-2026. Pediátrico 16-02-2026.
CISYO - 003	YOPAL	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASKIR 30	2105C139	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 004	YOPAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14808530080	• Instalación de sensor de oximetría adulto. • Reemplazo de brazaletes adulto y pediátrico porque estaban rotos. • El equipo presenta desgaste normal por uso y algunos puntos con corrosión
CISYO - 005	YOPAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M13304660-053	• Equipo en óptimas condiciones. • El equipo presenta desgaste normal por uso y la carcasa presenta algunas manchas que no se pueden remover.
CISYO - 006	YOPAL	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	90000001082	• La unidad evidencia un muy alto desgaste y deterioro propios del uso lo cual esta en detrimento de la calidad de compresión de aire. • Dado el alto deterioro mecánico de la unidad se considera su baja en el futuro cercano.
CISYO - 007	YOPAL	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	21000010277	• La unidad evidencia un muy alto desgaste y deterioro propios del uso lo cual esta en detrimento de la calidad de compresión de aire. • Dado el alto deterioro mecánico de la unidad se considera su baja en el futuro cercano.
CISYO - 008	YOPAL	NEBULIZADOR	THOMAS	1110C	10793	• La unidad evidencia un muy alto desgaste y deterioro propios del uso lo cual esta en detrimento de la calidad de compresión de aire. • La bisagra de la tapa se encuentra rota. • Dado el alto deterioro mecánico de la unidad se

						considera su baja en el futuro cercano.
CISYO - 009	YOPAL	LÁMPARA	KRAMER	N/A	N/A	• La unidad presenta un alto nivel de corrosión en toda su estructura. • También se realiza revisión funcional sin detectar anormalidades en el encendido y apagado y en el sistema móvil. " • La unidad evidencia un muy alto desgaste y deterioro propios del uso lo cual esta en detrimento de la calidad de compresión de aire. • Dado el alto deterioro de la unidad se recomienda considerar su baja.
CISYO - 010	YOPAL	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	61000006389	• A pesar que el equipo se encuentra visiblemente deteriorado, aun cumple con su función.
CISYO - 011	YOPAL	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	LWA	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 012	YOPAL	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 013	YOPAL	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	N/A	• El conector del transductor se encuentra fisurado, es necesario hacer el cambio de la parte.
CISYO - 014	YOPAL	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	N/A	5259	• El equipo presenta manchas en el oftalmoscopio. • Requiere cambio de bombillo. • Se recomienda cambio de cabeza de oftalmoscopio. • Se realiza cambio de baterías ref. 72300, lote: 24-092, Vencimiento: Oct-2026.
CISYO - 015	YOPAL	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	N/A	5251	• El equipo presenta manchas en el oftalmoscopio. • Requiere cambio de bombillo. • Se encuentra corrosión interna lo cual ocasiona que el equipo presente un recalentamiento. • Se recomienda considerar cambio de equipo.
CISYO - 016	YOPAL	REGULADOR DE OXIGENO	A-CARE	VST SERIES	20150709999	• Se recomienda no usar hasta que se cambie el manómetro ya que esta evidencia un posible golpe que comprometió su base. • Dicho manómetro esta visiblemente torcido.

CISYO - 017	YOPAL	REGULADOR DE OXIGENO	VICTOR MEDICAL	EMS-25Y-CGA870	JH1159191	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 018	YOPAL	KIT REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJO	RESPONSIVE RESPIRATORY	120-1115 / 120-1260	2115717 / 2115012	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 019	YOPAL	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	R915CGA870	4574	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 020	YOPAL	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	R915CGA870	24580	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 021	YOPAL	REGULADOR DE OXIGENO	A-CARE	VST-305	20150708941	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 022	YOPAL	BASCULA DE PISO	SPORT FITNESS	N/A	N/A	• Tener presente que la báscula no está catalogada como grado médico.
CISYO - 023	YOPAL	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO	ALPK2	N/A	206408	• Es necesario el cambio de la pera con válvula ya que estas se encuentran muy deterioradas provocando fugas. • Se deja manómetro PRESTIGE serie 372447 mientras se realiza proceso de calibración Onac del manómetro de la institución.
CISYO - 024	YOPAL	TENSIÓMETRO DE ANEROIDES	ALPK2	N/A	143265	• Se deja en calidad de préstamo manómetro nuevo marca prestige serie 372457 mientras se realiza calibración Onac de la unidad de la institución.
CISYO - 025	YOPAL	TERMOHIGROMETRO	N/A	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones. • La carcasa está bastante deteriorada debido a su uso.
CISYO - 026	YOPAL	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones. • Le hace falta la tapa de la batería.
CISYO - 027	YOPAL	ASPIRADOR KIT RECIPIENTE PEDAL	AMBU	A000239000	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 028	YOPAL	LINTERNA	LDL	HS-401F	160682696	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 029	YOPAL	DESFIBRILADOR - DEA	SCHILLER	FRED PA1	127990030944	• Tiene el 63% de autonomía en la batería. • Se realiza actualización del software a la versión v05b17_l05. • Se formatea la memoria SD a 0%. • El equipo presenta una fisura en la tapa frontal y en la pestaña que ajusta los electrodos. • Se instala 1 parche adulto y 1

						parche pediátrico con las siguientes fechas de vencimiento: Parche adulto 28-oct-2026, Parche pediátrico 10-10-2026.
CISYO - 030	YOPAL	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M209086900	• Equipo en óptimas condiciones. • Se revisa y se hace respectivo mantenimiento al mecanismo de arrastre del papel de la impresora (rodillo). • Cable de paciente presenta deterioro por uso, esto no impide el buen funcionamiento de la unidad.
CISYO - 031	YOPAL	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M20408360061	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 032	YOPAL	GLUCOMETRO	BIOTECH	VIVACHECK ECO	302S00039BD	• Equipo en óptimas condiciones. • Las tiras se encuentran vencidas.
CISYO - 033	YOPAL	OXIMETRO	VALCRY	PC-60E	XCS051RG822834	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 034	YOPAL	OXIMETRO	RIESTER	RI-FOX N	9013930	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 035	YOPAL	GLUCOMETRO	I SENS	NIPRO PREMIER GM01IAB	F062040L0687	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 036	YOPAL	GLUCOMETRO	TRUE LIFE	OK-01	TL12NJ032646	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 037	YOPAL	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 038	YOPAL	FONENDOSCOPIO	RAPPAPORT	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 039	YOPAL	TENSIOMETRO DE ANEROIDES	WELCH ALLYN	TYCOS 901092	210408135607	• Equipo en óptimas condiciones. • Se deja manómetro prestige serie 372452 mientras se realiza proceso de calibración Onac del manómetro de la institución.
CISYO - 040	YOPAL	KIT TENSIOMETRO / FONENDOSCOPIO	RAPPAPORT	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 041	YOPAL	LINTERNA	LDL	HS-401F	160682696	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 042	YOPAL	TERMOMETRO DIGITAL	HANGZHOU UNIVERSAL	DIGITAL THERMOEMTER	LOT. .01442022A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 043	YOPAL	TERMOMETRO DIGITAL	PRECISION CARE	MT - 101	LOT. 201045	• Equipo en óptimas condiciones.
CISYO - 044	YOPAL	FONENDOSCOPIO	RAPPAPORT	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE PASTO.

CISPA - 001	PASTO	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58995063711	• La unidad requiere cambio de la batería interna de respaldo. • Reset a 0% de la memoria. • El parche adulto no es el original de Schiller, no se garantiza su adecuado funcionamiento al momento de la descarga.
CISPA - 002	PASTO	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58994063148	• La unidad requiere cambio de la batería interna de respaldo. • Se realiza reconfiguración de fecha y hora. • Se realiza formateo de memoria SD a 0%.
CISPA - 003	PASTO	DESFIBRILADOR	PREMEDIC	HEART SAVE AED	73946000502	• La unidad requiere cambio de la batería interna de respaldo. • Se realiza reconfiguración de fecha y hora.
CISPA - 004	PASTO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	N/A	• Los lentes internos están opacos y rayados por esta razón las aperturas no permiten un correcta visualización. • Los contactos del mango presentan sulfatación. • Este equipo ya se encuentra descontinuado por fábrica y se recomienda dar su baja.
CISPA - 005	PASTO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 006	PASTO	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	140399	• Equipo en óptimas condiciones. • Se retira la unidad del servicio para hacer calibración acreditada en el laboratorio.
CISPA - 007	PASTO	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	143617	• Equipo en óptimas condiciones. • El brazalete y la pera evidencian bastante desgaste por el uso, aunque no presentan fugas se recomienda su cambio. • Se retira el equipo para llevarlo a laboratorio de metrología acreditado ONAC.
CISPA - 008	PASTO	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	628716	• Equipo en óptimas condiciones. • Se retira el equipo para llevarlo a laboratorio de metrología para la acreditación ONAC.
CISPA - 009	PASTO	TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	206617	• Equipo en óptimas condiciones. • Se retira el equipo para llevarlo a laboratorio de metrología para la acreditación ONAC.

CISPA - 010	PASTO	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1134DC	89400001168	• Se evidencia baja presión en el equipo, se destapa la unidad y las válvulas de admisión de aire se encuentra en buen estado, sin embargo, se recomienda dar de baja a la unidad debido a que el motor tiene bastante desgaste por uso y ya no se consigue el repuesto.
CISPA - 011	PASTO	SUCCIONADOR PORTATIL	CAMI	NEW ASKIR 30	101084	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 012	PASTO	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	61000006390	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 013	PASTO	NEBULIZADOR	THOMAS	1110C	10793	• La unidad evidencia un muy alto desgaste y deterioro propios del uso lo cual esta en detrimento de la calidad de compresión de aire, sin embargo, la unidad aun alcanza a realizar su proceso de nebulización. • Dado el alto deterioro mecánico de la unidad se considera su baja en el futuro cercano.
CISPA - 014	PASTO	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	90000001087	• Adecuado estado en cuanto al proceso de nebulización. • Se recomienda hacer el cambio del kit de micro nebulización ya que se encuentra en regular estado.
CISPA - 015	PASTO	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	21000010286	• Adecuado estado en cuanto al proceso de nebulización. • Hace falta completar el kit de nebulización pues hace falta la manguera que va entre en frasco y el equipo.
CISPA - 016	PASTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123 - M14805530008	• Equipo en óptimas condiciones. • Se recomienda cambiar la pinza de oximetría ya que está en mal estado físico. • El equipo presenta desgaste normal por uso.
CISPA - 017	PASTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MK-1000	N/A	• Equipo dado de baja por el servicio.
CISPA - 018	PASTO	TERMOHIGROMETRO	N/A	HTC-2	N/A	• Equipo en óptimas condiciones. • Se retira el equipo del servicio para enviarlo al laboratorio de calibración ONAC. • La pantalla está bastante deteriorada.
CISPA - 019	PASTO	TERMOHIGROMETRO	B10	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones. • Se retira el equipo del servicio para enviarlo al laboratorio de calibración ONAC.

CISPA - 021	PASTO	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	450 K	4500017216	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 022	PASTO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 023	PASTO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 024	PASTO	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	360251	M20908690007	• Equipo en óptimas condiciones. • Se instala resma de papel nueva.
CISPA - 025	PASTO	FONENDOSCOPIO	N/A	ADULTO/PEDIATRICO	PI.F45011	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 026	PASTO	DOPLER FETAL	EDAN	560054	M20408360055	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 027	PASTO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	360101	M20708700191	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 028	PASTO	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	PORTÁTIL	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 029	PASTO	GLUCOMETRO DIGITAL	NIPRO	PREMIER	tl12nj032651	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 030	PASTO	BALANZA O BASCULA MEDICA	HEALTH O METER	402KL	N/A	• Se recomienda cambiar el tallimetro, ya que se encuentra roto y hace falta su parte móvil. • La estructura de la unidad se encuentra bastante deteriorada.
CISPA - 031	PASTO	DESFIBRILADOR	SCHILLER	PA1	127990030838	• Se recomienda tener una batería de respaldo debido a que su autonomía está por debajo del 50%. • Los parches no son los originales de Schiller por lo cual se desconoce su efectividad al momento de la descarga (se recomienda el uso de los parches originales).
CISPA - 032	PASTO	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N/A	141023114558	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 033	PASTO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	m12101040053	• Se recomienda cambio de la pinza de oximetría debido a que se encuentra en mal estado físico en la base del cable. • Se instala batería recargable. • El equipo se encuentra físicamente deteriorado.
CISPA - 034	PASTO	GRAMERA	LEXUS	FENIX	YS103004	• Equipo en óptimas condiciones. • Se recomienda cambio de la batería ya que su autonomía es nula. • Tener presente que la báscula no está catalogada como grado médico
CISPA - 035	PASTO	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	901000	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

CISPA - 036	PASTO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	29788	• Equipo en óptimas condiciones. • Se recomienda considerar su baja en el futuro cercano ya que, aunque se encuentra en buen estado funcional, su tecnología es obsoleta.
CISPA - 037	PASTO	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 038	PASTO	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	H002	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 039	PASTO	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 040	PASTO	NEGATOSCOPIO	NACIONAL	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 041	PASTO	DESFIBRILADOR	SHILLER	FREDEASY	58995063711	• Equipo repetido ver CISPA 001.
CISPA - 042	PASTO	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	210408123108	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 043	PASTO	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	901039	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 044	PASTO	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	901000	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 045	PASTO	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	901000	f4326c	• No se encuentra la unidad dentro del inventario del centro médico.
CISPA - 046	PASTO	BASCULA O BALANZA	TOTUS	TT-320	N/A	• Tener presente que la báscula no está catalogada como grado médico.
CISPA - 047	PASTO	TERMOMETRO INFRARED	MEDIDOR	MD-33520	F45191	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 048	PASTO	TERMOMETRO INFARED	MEDIDOR	MD-33520	F45192	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 049	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	120-1060C	10142021	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 050	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	HMG-8SY	CGA-870	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 051	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	CPI	N°77	FL 33312-4994	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 052	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	1815OU	10148C168	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 053	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	IN2115006	CGA 540	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 054	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	1815OU	07183C302	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPA - 055	PASTO	REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	17060145	CGA870	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE IPIALES

CISIP - 001	IPIALES	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58992052459	• La unidad requiere cambio de la batería interna de respaldo. • Los electrodos que se encuentran con el equipo son para otra referencia de desfibriladores y están próximos a vencer (es necesario reemplazar estos electrodos). • El equipo no tiene electrodos pediátricos.
CISIP - 002	IPIALES	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58995063807	• La unidad requiere cambio de la batería interna. • Electrodo pediátrico fecha de vencimiento 2025-01-04. • Electrodo adulto fecha de vencimiento 2025-06-06.
CISIP - 003	IPIALES	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58995063713	• La unidad requiere cambio de la batería interna de respaldo. • Los electrodos que se encuentran con el equipo son para otra referencia de desfibriladores y están próximos a vencer (es necesario reemplazar el electrodo adulto y adquirir uno pediátrico).
CISIP - 004	IPIALES	BASCULA CON TALLIMETRO	N/A	N/A	N/A	• Aunque la unidad es de tecnología obsoleta aun es funcional. • Se recomienda siempre verificar el cero antes de efectuar pesadas.
CISIP - 005	IPIALES	BASCULA DIGITAL	KEX	EB 9003	N/A	• Se realiza cambio de batería ya que se encontraba descargada.
CISIP - 006	IPIALES	BALANZA GRAMERA	TOTUS TUIS	TT-320	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 007	IPIALES	NEGATOSCOPIO	MQ	N/A	127565	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 008	IPIALES	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE	M121O1278042	• Se evidencia falla en la batería y teclado, sin embargo, este tipo de anormalidades también están relacionados con la tarjeta electrónica principal. • Dados los múltiples inconvenientes con el equipo se recomienda considerar su baja.
CISIP - 009	IPIALES	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	HEINE	EN 90	1703	• Se da de baja al equipo, ya que su tecnología está obsoleta. • El cable de los mangos está en muy mal estado físico. • Los lentes están demasiado opacos y con partículas de suciedad.
CISIP - 010	IPIALES	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	210408135609	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 011	IPIALES	TENSIOMETRO	RIESTER	ADULTO	131146803	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 012	IPIALES	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DE PARED	50518110351	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 013	IPIALES	TENSIOMETRO	N/A	ADULTO	AEIPTENS001	• Equipo en óptimas condiciones.

CISIP - 014	IPIALES	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	90630130721	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 015	IPIALES	TENSIOMETRO	RIESTER	PEDIATRICO	131146666	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 016	IPIALES	TENSIOMETRO	RIESTER	PEDIATRICO	151020930	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 017	IPIALES	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 018	IPIALES	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 019	IPIALES	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 021	IPIALES	FONENDOSCOPIO	N/A	ADULTO	219613	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 022	IPIALES	FONENDOSCOPIO	N/A	ADULTO	N/A	• Se evidencia que la pieza torácica está abollada impidiendo los sonidos de frecuencias bajas. • Las mangueras presentan desgaste por su uso. • Se recomienda el reemplazo del equipo.
CISIP - 023	IPIALES	FONENDOSCOPIO	N/A	PEDIATRICO	N/A	• Se evidencia que la pieza torácica está abollada impidiendo los sonidos de frecuencias bajas. • Las mangueras presentan desgaste por su uso. • Se recomienda el reemplazo del equipo.
CISIP - 024	IPIALES	SUCCIONADOR PORTATIL	ASSIST	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 025	IPIALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SENTRY	N/A	188-IK5084	• La batería no recibe carga, es necesario reemplazarla.
CISIP - 026	IPIALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	N/A	FU-54003551	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIP - 027	IPIALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC1200	CC-29123701	• La batería no sostiene carga, por lo que es necesario reemplazarla. • La carcasa se encuentra bastante deteriorada debido a su uso.
CISIP - 028	IPIALES	TERMOHIGROMETRO	N/A	HTC-2	160548	• El equipo presenta unas manchas en el display, sin embargo, esto no impide su adecuado funcionamiento. • Se retira el equipo del servicio para enviarlo al laboratorio de calibración ONAC. • La pantalla está bastante deteriorada.
CISIP - 029	IPIALES	TERMOHIGROMETRO	N/A	N/A	F 40081	• Se retira el equipo del servicio para enviarlo al laboratorio de calibración ONAC. • La pantalla está bastante deteriorada.
CISIP - 030	IPIALES	TERMOHIGROMETRO	N/A	N/A	SIEM 270	• La pantalla se encuentra bastante deteriorada, sin embargo, esto no afecta la funcionalidad del equipo. • Se retira el equipo del servicio para enviarlo al laboratorio de calibración ONAC. • La pantalla está bastante deteriorada.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE TUMACO

CISTU - 001	TUMACO	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	M250	73946000505	• Equipo en óptimas condiciones.
CISTU - 002	TUMACO	DESFIBRILADOR	SCHILLER	PA1	127090030868	• Se realiza instalación de un parche adulto y un parche pediátrico que tenían en bodega.
CISTU - 003	TUMACO	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	POCKET LED	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISTU - 004	TUMACO	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304022-M11801110002	• Se evidencia una mancha en la pantalla. • Se recomienda limpiar la cabeza del transductor cada vez que se utilice, ya que el gel se solidifica y con el tiempo se puede dañar el accesorio.
CISTU - 005	TUMACO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14808530093	• La batería tiene una autonomía del 65% y la fecha de vencimiento es del 2014 se recomienda tener una de respaldo. • El protector del led no está. • La unidad evidencia desgaste normal por uso. • El equipo registra valores erróneos tanto con paciente como con el simulador, esto debido a una falla en el módulo de presión. • El equipo se da de baja
CISTU - 006	TUMACO	LARINGOSCOPIO	SUNMED	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISTU - 007	TUMACO	LARINGOSCOPIO	SG	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISTU - 008	TUMACO	BASCULA DIGITAL PEDIATRIA	KEX GERMANY	BS-015	N/A	• Físicamente se encuentra bastante deteriorada debido al uso.
CISTU - 009	TUMACO	TENSIOMETRO ANALOGO	ALPK2	N/A	N/A	• El brazalete y la pera evidencian desgaste normal por uso.
CISTU - 010	TUMACO	NEBULIZADOR	THOMAS	1635	70000000852	• Equipo en óptimas condiciones.
CISTU - 011	TUMACO	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601	360569-M17600780003	• La batería carga y descarga correctamente sin embargo se recomienda tener una de respaldo ya que su fecha de vencimiento ya expiró. • Los electrodos están bastante deteriorados, es necesario reemplazarlos.
CISTU - 012	TUMACO	BASCULA ANALOGA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	450KL	4500017215	• Se evidencia desgaste normal por uso.

CISTU - 013	TUMACO	SUCCIONADOR	MEDI PUMP	1130	70100012891	• La presión negativa no es la adecuada. • Físicamente se encuentra bastante deteriorado y su estructura presenta bastante corrosión. • El manómetro no funciona correctamente. • El motor presenta desgaste y sobrecalentamiento. • El equipo se da de baja.
CISTU - 014	TUMACO	SUCCIONADOR	SPARMAX	N/A	071A-00028	• El motor presenta desgaste normal por uso. • Este equipo es de tecnología obsoleta, se recomienda su reemplazo en un futuro cercano.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE PUERTO ASIS

CISPU - 001	PUERTO ASIS	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	73946000504	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 002	PUERTO ASIS	DESFIBRILADOR	ZOLL	AED PLUS	X055061404	• Equipo dado de baja
CISPU - 003	PUERTO ASIS	DESFIBRILADOR	SCHILLER	PA1 PI.259363	127990030835.	• Equipo en óptimas condiciones • Se requiere batería de respaldo
CISPU - 004	PUERTO ASIS	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	CLASS I	NR	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 005	PUERTO ASIS	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	NR	F43243	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 006	PUERTO ASIS	TENSIOMETRO	RIESTER	PEDIATRICO	170120593	NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD
CISPU - 007	PUERTO ASIS	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	638564	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 008	PUERTO ASIS	TENSIOMETRO	RIESTER	ADULTO	1611024881	• Equipo funcional para la unidad. • Equipo requiere cambio de brazalete debido a que evidencia velcro roto.
CISPU - 009	PUERTO ASIS	SUCCIONADOR PORTATIL	SILIAB	NR	04-0435-07-04	• El equipo no supera las pruebas de funcionamiento • Equipo dado de baja
CISPU - 010	PUERTO ASIS	SUCCIONADOR PORTATIL	SUPRISE	DEVILBISS	132168	• El equipo no supera las pruebas de funcionamiento • Equipo dado de baja
CISPU - 011	PUERTO ASIS	MONITOR DE VITALES	EDAN	M2	M330208B0189506	• Equipo en buenas condiciones funcionales • Se recomienda su reemplazo en un futuro cercano
CISPU - 012	PUERTO ASIS	MONITOR DE VITALES	EDAN	M50	M14808530067	• Equipo en buenas condiciones funcionales • Requiere cambio de brazalete pediátrico y neonatal

CISPU - 013	PUERTO ASIS	DOPPLER	DANATECH	SONOTRAX B	STABO7607284	• Equipo en buenas condiciones funcionales • Los botones laterales e encuentran rotos, requiere cambio de carcasa
CISPU - 014	PUERTO ASIS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 015	PUERTO ASIS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 016	PUERTO ASIS	NEBULIZADOR	THOMAS	1121	60300018137	• El equipo no supera las pruebas de funcionamiento • El equipo se da de baja
CISPU - 017	PUERTO ASIS	NEBULIZADOR	THOMAS	1120	NR	• El equipo no supera las pruebas de funcionamiento • El equipo se da de baja
CISPU - 018	PUERTO ASIS	BASCULA TALLIMETRO	HEALTH O METER	402K	4020002897	• Equipo en buenas condiciones. su tecnología es obsoleta Se recomienda cambio en un futuro cercano
CISPU - 019	PUERTO ASIS	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-1	19003984	• La unidad se encuentra en mal estado físico y funcional. • La impresora presenta daño pero ya no se encuentran repuestos porque la fábrica se retiró del mercado • El equipo no puede ser usado por lo cual se recomienda considerar su baja.
CISPU - 020	PUERTO ASIS	NEGATOSCOPIO	NR	NR	200076	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 021	PUERTO ASIS	PULSO OXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M12101040055	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 022	PUERTO ASIS	SUCCIONADOR	PULMO MED	7E-A	104	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 023	PUERTO ASIS	TENSIOMETRO	FAZZINI	PARED	211693	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 024	PUERTO ASIS	TERMOHIGROME TRO	EBC	ETP101	94195	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 025	PUERTO ASIS	LAMPARA CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	4430	• Equipo dado de baja
CISPU - 026	PUERTO ASIS	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	HARVEY ELITE	F44153	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 027	PUERTO ASIS	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	HARVEY ELITE	F44154	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 028	PUERTO ASIS	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PROFESIONAL ADULT	REF 5079-135	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 029	PUERTO ASIS	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL 05259-M	117379	• Equipo dado de baja.
CISPU - 030	PUERTO ASIS	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	DIAGNOSTIC SET	REF 901026	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPU - 032	PUERTO ASIS	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	ATQ	19003984	• Equipo dado de baja

CISPU - 044	PUERTO ASIS	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	GENERICO	NR	NR	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE FLORENCIA

CISAR - 001	FLORENCIA	BASCULA TALLIMETRO	HEALTH METER	450KL	4500017214	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 002	FLORENCIA	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	PRIMEDIC	97710	73946000497	• La batería se encuentra llegando a su 50% de autonomía, por lo cual se recomienda considerar la adquisición de una batería adicional. • Se deja recomendado no encender periódicamente el equipo, ya que si se hace la batería se descarga innecesariamente. • Por especificación de fábrica se recomienda el cambio de la batería interna.
CISAR - 003	FLORENCIA	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	SCHILLER MEDICAL	FRED EASY	58995063714	• Se realiza instalación de una batería interna de respaldo, reconfiguración de fecha y hora. • Reset de memoria SD. • Se debe tener en cuenta que es importante almacenar en un sitio con temperatura y humedad controladas, ya que el exceso de temperatura y humedad puede degradar a la unidad internamente y a su batería.
CISAR - 004	FLORENCIA	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	SCHILLER MEDICAL	FRED EASY	58992052430	• Se detecta un alto deterioro en su interior y en su exterior. • En la unidad se detectan rastros de corrosión en varios puntos. • Aunque se realiza instalación de una batería interna de respaldo nueva. • Al intentar acceder a los datos de la memoria de almacenamiento no es posible descargar la información de forma adecuada. • La unidad presenta errores ocasionales con el circuito electrónico de reconocimiento de la batería lo cual puede generar alarmas de batería. • Es importante tener en cuenta que el equipo ya cumplió su vida útil, pues fue fabricado hace más de 10 años y su deterioro interno puede repercutir en la generación de errores inesperados durante su uso. Se recomienda contemplar su baja.
CISAR - 005	FLORENCIA	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	SCHILLER MEDICAL	FRED PA-1	12799030865	• Se realiza Actualización de software a la versión Soft_V05B17_L05. • Se realiza revisión de programación

						interna, reconfiguración de fecha y hora, descarga de información y pruebas de funcionamiento general. • La batería externa presenta una autonomía de 47% lo cual puede no ser suficiente al momento de atender una emergencia, por lo tanto, se recomienda contemplar la adquisición de una batería adicional. • Se recomienda al personal no prender la unidad periódicamente ya que esto la deteriora, únicamente hacer verificación del led de autotest.
CISAR - 006	FLORENCIA	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360569-M1700780002	• La unidad se encuentra en mal estado funcional ya que su impresora está deteriorada. • Es necesario cambiar la tapa y el rodillo debido a que estas piezas están rotas impidiendo el proceso de impresión. • Mientras no se pueda solucionar el mal estado de la impresora, la unidad no puede sacar los registros en papel.
CISAR - 007	FLORENCIA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M17312420011	• Se evidencia deterioro en el cable conector del transductor. • El encendido del equipo muestra en pantalla ERROR 2. • Se recomienda cambio del transductor para el correcto funcionamiento del equipo.
CISAR - 008	FLORENCIA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	#128 SERIES - #228 SERIES	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 009	FLORENCIA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	97200	05259-M	• Se evidencia que la fecha de vencimiento de la pila REF 72300 fue en junio de 2014, por tanto, la pila no es funcional debe realizarse cambio. • En la cabeza del oftalmoscopio no se encuentra el bombillo razón por la cual no pueden realizase las pruebas de funcionamiento del equipo. • En la cabeza del otoscopio se evidencia que hay corrosión en sus partes. • Se recomienda dar de baja al equipo debido a su alto desgaste físico.
CISAR - 010	FLORENCIA	EQUIPO DE SUCCIÓN	SPARMAX	N/A	N/A	• La unidad se encuentra en mal estado funcional debido a que carece de poder de succión. • Al conectar el equipo a su fuente de alimentación se puede apreciar muy poca potencia lo cual se traduce en una nula calidad de la succión. • La unidad presenta desgaste y deterioro en general. • Debido a que no es posible su óptimo uso y la parte afectada es directamente el motor.

						• Se recomienda considerar la baja de la unidad.
CISAR - 011	FLORENCIA	EQUIPO DE SUCCIÓN MAR THOMAS	MEDI - PUMP THOMAS	1130	11030015384	• Físicamente el equipo está muy deteriorado pues evidencia alto nivel de corrosión. • Las partes corroídas no se pueden cambiar ya que la unidad fue descontinuada por fábrica.
CISAR - 012	FLORENCIA	FONENDOSCOPIO	BOKANG	N/A	N/A	• Se encuentra que una de sus olivas se cae debido a que ésta entra a presión y lo que se requiere es una oliva tipo rosca, por tanto se recomienda su cambio para tener un mejor funcionamiento del equipo.
CISAR - 013	FLORENCIA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	LONG-BLACK 901039	5079-135	• Se evidencia que la membrana no corresponde al equipo. • Se encuentra recorte de radiografía como membrana. Se recomienda cambio de la misma para su correcto funcionamiento.
CISAR - 014	FLORENCIA	LARINGOSCOPIO CON FIBRA OPTICA ADULTO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Internamente el equipo presenta sulfatación en contactos, lo cual hace que tenga intermitencia en el encendido y no permita su adecuado funcionamiento. • Se recomienda dar de baja al equipo y realizar cambio del mismo.
CISAR - 015	FLORENCIA	LARINGOSCOPIO CON FIBRA OPTICA ADULTO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Internamente el equipo presenta sulfatación en contactos, lo cual hace que tenga intermitencia en el encendido y no permita su adecuado funcionamiento. • Se recomienda dar de baja al equipo y realizar cambio del mismo.
CISAR - 016	FLORENCIA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 017	FLORENCIA	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	60814	N/A	• Internamente el equipo presenta sulfatación en contactos y no se encuentra bombillo disponible para la unidad. • Por su desgaste y tiempo de servicio no se puede garantizar su correcto funcionamiento, por tanto, se recomienda dar de baja.
CISAR - 018	FLORENCIA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 019	FLORENCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MAR MINDRAY	MEC-1200	CC-29123702	• La unidad presenta fugas en la medición de presión, se realiza ajuste al sistema de presión. • La pantalla tiene bastantes rayones y manchas. • El equipo presenta desgaste normal por uso.
CISAR - 020	FLORENCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14601970070	• El led cobertor del led de alarma no se encuentra, el led de alarma no funciona. • El equipo presenta desgaste normal por uso.

						• El sensor de SPO2 pediátrico no funciona, es necesario su reemplazo.
CISAR - 021	FLORENCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G1A2002T007	• Las presiones arteriales están por fuera de los rangos estipulados por el fabricante, es necesario reemplazar la tarjeta electrónica principal. • Este equipo es de tecnología obsoleta y el repuesto se encuentra descontinuado por fabrica. • El equipo se da de baja.
CISAR - 022	FLORENCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INVASIVO	MAR MINDRAY	MEC-1200	CC-29123602	• La pantalla presenta manchas por humedad en su interior, aunque se pueden visualizar los parámetros se recomienda hacer su cambio. • La batería no recibe carga, es necesario su reemplazo. • El equipo presenta desgaste normal por uso. • Aunque el equipo funcionalmente se encuentra bien, su estado físico está bastante deteriorado, se recomienda su reemplazo a corto plazo.
CISAR - 023	FLORENCIA	NEBULIZADOR	THOMAS	1121	70700026798	• Se realiza limpieza en la medida de los posible dado el alto desgaste de su estructura.
CISAR - 024	FLORENCIA	OXIMETRO DE PULSO	DATEX-OHMEDA	TUFFAST	FCBG04879	• Se realiza inspección física evidenciando alto desgaste físico por uso. • Se encuentra carcasa del equipo y tapa para baterías rota. • Cable de sensor de saturación roto. • Sensor de saturación con manchas y roto. • Aunque el equipo funcionalmente se encuentra bien, su estado físico está bastante deteriorado, se recomienda su reemplazo a corto plazo.
CISAR - 028	FLORENCIA	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO PORTÁTIL	WELCH ALLYN	TYCOS	9062995644	• Se reemplaza brazalete por uno nuevo suministrado por el servicio.
CISAR - 029	FLORENCIA	TENSIÓMETRO ADULTO PORTÁTIL	WELCH ALLYN	TYCOS	9305062008	• Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón calibrado evidenciando que la unidad no pasa las pruebas de calibración por lo tanto el equipo se da de baja.
CISAR - 031	FLORENCIA	TENSIÓMETRO ADULTO PORTÁTIL	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	210408122809	• La aguja del manómetro se encuentra suelta y no es posible realizar su ajuste. • El equipo se da de baja.
CISAR - 034	FLORENCIA	GLUCOMETRO	TRU-LIFE	OK-1N	TL12NJ012304	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 035	FLORENCIA	GLUCOMETRO	TRU-LIFE	OK-1N	TL12NJ032635	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 037	FLORENCIA	BALANZA O BASCULA MEDICA	TOTUS	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

CISAR - 038	FLORENCIA	TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL	MEDIOR	MD-33520	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 039	FLORENCIA	TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL	MEDIOR	MD-33520	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAR - 040	FLORENCIA	FONENDOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	• Se evidencia que el equipo tiene uno de sus binaulares roto; esto no garantiza su correcto funcionamiento. • Se recomienda dar de baja al equipo por su mal estado.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE NEIVA

CISNE - 001	NEIVA	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	739460000517	• Se adjuntan electrodos originales nuevos. • La batería registra en la pantalla una autonomía de aproximadamente el 50% por lo cual se recomienda considerar contar con una batería adicional a manera de backup. • Se recomienda el cambio de la batería interna de respaldo ya que se encuentra vencida y puede desconfigurarse la fecha y la hora.
CISNE - 002	NEIVA	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	739466000501	• Se adjuntan electrodos originales nuevos. • Se recomienda el cambio de la batería interna de respaldo ya que se encuentra vencida y puede desconfigurarse la fecha y la hora.
CISNE - 003	NEIVA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED AESY	58995063809	• Se realiza la instalación de batería de respaldo nueva • Se realiza la reconfiguración de fecha y hora. • Reset de memoria SD a 0%. • Se adicionan a la unidad un electrodo adulto y un electrodo pediátrico.
CISNE - 004	NEIVA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	255398	127990030861	• Se realiza actualización de software interno de la unidad. • Se incluye un paquete de electrodos adulto y un paquete de electrodos pediátricos. • Se descarga la información interna de la memoria para dejarla libre y se efectúan desfibrilaciones de prueba en el respectivo analizador comprobando el adecuado desempeño del equipo. • La batería se encuentra al 58% de autonomía, por lo cual es importante considerar la posibilidad de adquirir una batería adicional como soporte.
CISNE - 005	NEIVA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601	310017-M15803490019	• Se recomienda el cambio de la batería ya que se encuentra vencida y su autonomía esta disminuida.
CISNE - 006	NEIVA	BASCULA	HEALTH O METER	450KL	4500017694	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 007	NEIVA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	74227	228 SERIES 128 SERIES	• El otoscopio presenta manchas por liquido en el lente el cual no se pueden retirar. • Se realiza cambio de baterías del equipo.

CISNE - 008	NEIVA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	19090 POCKED	N/A	• El otoscopio presenta en su carcasa desajuste y daño en su sistema de cierre. • El oftalmoscopio presenta sulfatación en los terminales de baterías, lo cual hace que el equipo no encienda. • Se recomienda dar de baja a este equipo por su inadecuado funcionamiento y deterioro por uso.
CISNE - 009	NEIVA	FONENDOSCOPIO	NEBENCO	DUPLEX	N/A	• Equipo en óptimas condiciones. • Presenta un leve rayón.
CISNE - 010	NEIVA	FONENDOSCOPIO	N/A	ADULTO	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 011	NEIVA	TENSIOMETRO PEDIATRICO	RIESTER	N/A	161124893	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 012	NEIVA	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	TYCOS	210408123927	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 013	NEIVA	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	TYCOS	90629081512	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 014	NEIVA	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	N/A	409187	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 016	NEIVA	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-067	O2940000080	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 017	NEIVA	SUCCIONADOR PORTATIL	ASSIST INGENIERIA	12V	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 019	NEIVA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR 8000	E7170115087	• Instalación del cable de poder. • Es necesario adquirir un brazalete adulto. • El brazalete neonatal presenta fugas en la bolsa de insuflación, es necesario reemplazarlo. • El equipo presenta desgaste normal por uso.
CISNE - 020	NEIVA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	M14808530086	• Hace falta el cobertor del LED. • Es necesario reemplazar el sensor de saturación, presenta fisuras y cuando se está haciendo la toma se evidencian perdidas en la señal. • El equipo presenta desgaste normal por uso.
CISNE - 021	NEIVA	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX	STAB07111122A	• Se detecta un considerable nivel de interferencia debido a que el transductor se encuentra en mal estado. • Dadas las circunstancias no es posible realizar un óptimo proceso de mantenimiento preventivo y no es posible tomar de forma óptima los datos con el simulador. • Aunque la unidad general presenta constante interferencia, es posible capturar la frecuencia cardíaca de forma ocasional. Por tal motivo se debe reemplazar el transductor de fetocardia.
CISNE - 022	NEIVA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 023	NEIVA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 024	NEIVA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	112324	• Equipo en óptimas condiciones.

CISNE - 026	NEIVA	NEBULIZADOR	DEVILBISS	3655DA	30X6266358	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 027	NEIVA	FONENDOSCOPIO	C.I. PRESTIGE	STETHOSCOPE	F37678	• Equipo dado de baja por el servicio.
CISNE - 028	NEIVA	FONENDOSCOPIO	FAZZINI	ADULTO	F38087	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 029	NEIVA	FONENDOSCOPIO ADULTO	NEBENCO	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 030	NEIVA	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS #1	WELCH ALLYN	5079-135	F45148	• El equipo presenta daño en auricular derecho. • Se recomienda dar de baja al equipo ya que no cumple con su finalidad.
CISNE - 031	NEIVA	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS #2	WELCH ALLYN	5079-135	F45149	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 032	NEIVA	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS #3	WELCH ALLYN	5079-135	F45150	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 033	NEIVA	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	GENERICO	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 034	NEIVA	LÁMPARA CUELLO CISNE HALÓGENA	WELCH ALLYN	44100	88858	• La unidad es funcional pero su tecnología es obsoleta por lo cual se recomienda considerar su reemplazo.
CISNE - 035	NEIVA	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	N/A	N/A	88859	• La unidad es funcional pero su tecnología es obsoleta.
CISNE - 037	NEIVA	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO (AZUL)	LORD	N/A	N/A	• Se instalan baterías nuevas.
CISNE - 038	NEIVA	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO (AZUL)	LORD	N/A	N/A	• Se instalan baterías nuevas.
CISNE - 039	NEIVA	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO (AZUL)	LORD	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 040	NEIVA	NEBULIZADOR	AIRLIAL	3655DX	143634	• (Se realiza mantenimiento a la presente unidad ya que el equipo marca DEVILBISS serie 129216 no fue encontrado).
CISNE - 041	NEIVA	NEBULIZADOR	THOMAS	MEDI PUMP 1125	113487	• Se evidencia alto deterioro en su estructura y en su compresor que repercuten en la calidad del aire comprimido. • Se recomienda considerar su reemplazo en el futuro cercano.
CISNE - 042	NEIVA	NEBULIZADOR	PULSO MED	C300D	200019	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 043	NEIVA	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	350101-M21803100251	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 044	NEIVA	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M2180300252	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 045	NEIVA	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M21803100254	• Equipo en óptimas condiciones.

CISNE - 047	NEIVA	SUCCIONADOR	AMBU	N/A	112326	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 048	NEIVA	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	TYCOS	210408123927	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 049	NEIVA	TENSIÓMETRO ADULTO	PRESTIGE	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 050	NEIVA	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO	WELCH ALLYN	TYCOS	210408124228	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 051	NEIVA	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	91000-016/B	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISNE - 055	NEIVA	TERMOMETRO MEDICO INFRARROJO #1	YI BAI MEDICAL	YM-6688	F45193	• La pantalla presenta algunos rayones. • Se deja batería de 9v de reemplazo.
CISNE - 056	NEIVA	TERMOMETRO MEDICO INFRARROJO #2	YI BAI MEDICAL	YM-6688	F45194	• La pantalla presenta manchas debido al líquido que utilizan para la limpieza, se recomienda al personal cambiarlo por un amonio cuaternario. • Se deja batería de 9v de reemplazo.
CISNE - 058	NEIVA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE POPAYAN

CISPO - 001	POPAYAN	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	7394600519	• El equipo requiere cambio de la batería interna. • El equipo tiene dos baterías recargables con fecha de vencimiento del 2019 es necesario adquirir una batería nueva • La carcasa está rota. • Los cargadores de las baterías no emiten voltaje (es necesario su reemplazo). • Se instala parche adulto/pediátrico con las siguientes fechas de vencimiento, parche adulto/pediátrico 17-oct-2027.
CISPO - 002	POPAYAN	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	729466053	• El voltaje de la batería es de 12.6V y 30% de autonomía se recomienda tener una de reemplazo. • Se instala batería externa.
CISPO - 003	POPAYAN	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED AESY	5899818391	• El voltaje de la batería es de 12.6V y 30% de autonomía se recomienda tener una de reemplazo. • Se instala batería externa.
CISPO - 004	POPAYAN	TENSIOMETRO	N/A	N/A	930501820	• Equipo en óptimas condiciones, sin embargo físicamente está bastante deteriorado.
CISPO - 005	POPAYAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	154017990	• Equipo en óptimas condiciones.

CISPO - 006	POPAYAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC -1000	AQ62B5425	• Aunque la batería sostiene carga no tiene la duración que recomienda el fabricante en en el manual de usuario (se recomienda su reemplazo). • Ninguna de las dos baterías que tienen de respaldo mide el voltaje adecuado. • La carcasa se encuentra bastante deteriorada debido al uso.
CISPO - 007	POPAYAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	33313-M14808530104	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 008	POPAYAN	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KHODEN	ECG-502	SE12377	• El equipo se encuentra en deficiente estado físico y funcional. • Al momento de verificar su funcionamiento se evidencian fallas de intermitencia en el cable de paciente. • Por otro lado, el display presenta fallas en su sistema de retroiluminación y la autonomía de la batería está por debajo de lo estipulado por el fabricante. • Se debe tener en cuenta que este equipo ya está descontinuado y sus piezas no se consiguen por lo cual se recomienda considerar su baja ya que no es posible su adecuada utilización.
CISPO - 009	POPAYAN	BASCULA	HEALT O METER	0- 120K	INV 27619	• Su estado físico no es bueno ya que el tallimetro está desalineado y mecánicamente defectuoso. • Hay partes de la estructura de la báscula que están muy deterioradas. • Esta unidad es obsoleta ya que el fabricante la descontinuo hace más de 20 años. Aunque funcionalmente está en buen estado la parte del peso se recomienda considerar su baja en el futuro cercano.
CISPO - 010	POPAYAN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	972000	N/A	• La unidad presenta una obstrucción en el oftalmoscopio que impide la adecuada visualización (es necesario su reemplazo).
CISPO - 011	POPAYAN	FONENDOSCOPIO	LORD	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 012	POPAYAN	TENSIOMETRO	LORD	Stefanny Castill ADULTO	1043858	• Equipo dado de baja por el servicio.
CISPO - 013	POPAYAN	TENSIOMETRO	LORD	N/A	N/A	• El brazalete y la pera se encuentran bastantes deteriorados (es necesario su reemplazo).
CISPO - 014	POPAYAN	TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	109864	• El brazalete y la pera se encuentran bastantes deteriorados (es necesario su reemplazo). • El manómetro se encuentra en óptimas condiciones funcionales pero físicamente está bastante deteriorado.
CISPO - 015	POPAYAN	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	41023134247	• La pera se encuentra bastante deteriorada (es necesario su reemplazo).
CISPO - 016	POPAYAN	TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	5M-134	POTH002	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 017	POPAYAN	TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	N/A	POTH002	• Equipo en óptimas condiciones.

CISPO - 018	POPAYAN	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-2	109864	• El sistema de control de presión esta mecánicamente desajustado. • Físicamente se encuentra bastante deteriorado y al ser un modelo obsoleto ya no se consiguen repuestos en el mercado. • No cuenta con serial físico • Se recomienda su reemplazo en el corto plazo.
CISPO - 019	POPAYAN	SUCCIONADOR PORTATIL	SILFAB	N8V	N/A	• El poder de succión es muy bajo dado a alto deterioro interno. • Al ser un equipo obsoleto no se consiguen los repuestos en el mercado. • Se recomienda su reemplazo en el corto plazo.
CISPO - 020	POPAYAN	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	1086	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 021	POPAYAN	NEBULIZADOR	THOMAS	1121	6637	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 022	POPAYAN	DOPPLER	EDAN	DANATECH	STAB06707260	• El parlante y el display no funcionan correctamente. • Este modelo de equipo ya es obsoleto y no se consiguen sus partes en el mercado. • Se recomienda su cambio en un futuro cercano.
CISPO - 023	POPAYAN	DOPPLER FETAL	EDAN	560054	M20408360063	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 024	POPAYAN	NEGATOSCOPIO	N/A	UN CUERPO	200074	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 025	POPAYAN	BASCULA	SOEMNLE	0- 130K	178163	• Se realiza limpieza general, revisión del sistema de control y balanceo, plataforma y ajuste a 0 evidenciando que, aunque funcionalmente la unidad está en buen estado, su estructura está bastante deteriorada. • Se recomienda considerar su baja en el futuro cercano. • Tener presente que la báscula no está catalogada como grado médico.
CISPO - 026	POPAYAN	LARINGOSCOPIO	SUN MED	5-5333-40	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 027	POPAYAN	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 028	POPAYAN	LAMPARA CUELLO CISNE	N/A	N/A	27533	• Aunque es de tecnología obsoleta la unidad se encuentra en óptimas condiciones funcionales.
CISPO - 029	POPAYAN	GLUCOMETRO DIGITAL	TRUERESULT	N/A	M08718188	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas. • El equipo no cuenta con tiras ni lancetas. • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 030	POPAYAN	GLUCOMETRO DIGITAL	MATCH II	OK-1B	DB1G16362	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas. • Las tiras y las lancetas están vencidas. • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 031	POPAYAN	GLUCOMETRO	GLUCCOQUICK 630a	630A	42111413001115D	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas.

						• El equipo no cuenta con lancetas y las tiras están vencidas • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 032	POPAYAN	GLUCOMETRO	TRU- LIFE HEATH CARE	OK-1N	DAGN046-60049	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas. • El equipo no cuenta con tiras ni lancetas. • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 033	POPAYAN	GLUCOMETRO	CARE SENS NPOP	N/A	N/A	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas. • Las tiras y lancetas están vencidas. • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 034	POPAYAN	GLUCOMETRO	OPTIUM	CE123	DAGN046-60049	• La unidad no se encuentra en óptimas condiciones físicas. • El equipo no cuenta con lancetas y las tiras están vencidas. • No se pueden realizar pruebas de funcionamiento. • Se recomienda su baja
CISPO - 035	POPAYAN	PULSO OXIMETRO	EDAN	H100B	M21803100253	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPO - 036	POPAYAN	DESFIBRILADOR	SCHILLER SEMIAUTOMATICO	FRED EASY	58995063710	• Se realiza cambio de batería interna. • El voltaje de la batería es 12.12v. • Tiene los electrodos vencidos y solo tiene adulto 02-2023 y son de otra marca.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE ARMENIA

CISME - 001	ARMENIA	DESFIBRILADOR DEA	PRIMEDIC	97610	73946000513	• Cambio de batería interna. • Al realizar test con una batería externa en optimo estado se detecta que la unidad continúa arrojando alarma de batería lo cual indica un problema interno de la unidad al momento de reconocer la batería. • Se hace necesario el envío de la unidad al laboratorio en Bogotá con el fin de revisar más detalladamente el equipo en su interior y en su circuito de alimentación eléctrica para encontrar el origen del problema.
CISME - 002	ARMENIA	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	SCHILER	PA-1	127990030867.	• Actualización de software a la versión Soft_V05B17_L05. • La batería cuenta con una autonomía del 55%, al descargar la información interna del equipo

						se aprecia que la unidad ha sido encendida en varias oportunidades lo cual consume necesariamente la batería. • Se recomienda contar con una batería adicional a manera de soporte. • Se recomienda no prender el equipo a menos que se presente una urgencia que lo amerite.
CISME - 004	ARMENIA	TENSIOMETRO	TYCOS	ADULTO	9509091671	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 006	ARMENIA	TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	370701	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 009	ARMENIA	EQUIPO DE ORGANOS	WELH ALLYN	PORTATIL	N/A	• En cuanto al oftalmoscopio se detecta que este no cuenta con el bombillo. • Se detectan algunas manchas en los lentes que no es posible de eliminar. • Es necesario la adquisición de un bombillo para el oftalmoscopio • Se requiere cambio de la batería.
CISME - 010	ARMENIA	SUCCIONADOR	THOMAS	1130	#FMT	• Se sugiere adquirir manguera estéril de paciente.
CISME - 011	ARMENIA	SUCCIONADOR	THOMAS	1634DC/GL	21100000415	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 012	ARMENIA	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	9000001092	• La unidad se encuentra en deficientes condiciones físicas y funcionales. • El nivel de compresión del aire es un poco bajo dado el desgaste mecánico del compreso. • Se evidencian fisuras en la carcasa. • Aunque el equipo genera aire comprimido, su calidad no es del todo óptima. • Dado el alto desgaste y deterioro del equipo y teniendo en cuenta que el fabricante ya no distribuye partes se recomienda considerar la baja del equipo
CISME - 013	ARMENIA	FONENDOSCOPIO	ADULTO/PEDIATRICO	PI.F45008	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 014	ARMENIA	NEBULIZADOR	THOMAS	1625	11100000328	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 016	ARMENIA	DOPPLER FETAL	304057-K11901820017	SONOTRAX II PRO	EDAN	• La antinomia de la batería está un poco disminuida. • Se recomienda considerar su reemplazo ya que tiene más de 10 años de fabricada. • Físicamente se evidencia

						cristalización de la goma que recubre al cable del transductor. Esto puede ser debido a la temperatura y humedad de almacenamiento. • Aunque la unidad en funcional se recomienda considerar el cambio del transductor en el futuro próximo
CISME - 018	ARMENIA	PULSE OXIMETER	316012-M17600490026	EDAN	H100B	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 019	ARMENIA	LARINGOSCOPIO AULTO Y PEDIATRICO	EARLAR001	GO300	WELCH ALLYN	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 020	ARMENIA	BASCULA	BD10007881	DETECTO	PB02	• La unidad se encuentra en muy mal estado físico y funciona. • Se detecta un alto nivel de corrosión en toda su estructura interna y externa. • La base de la columna está bastante inestable y el mecanismo interno de control de balanceo está sumamente deteriorado lo cual se traduce en resultados erróneos de peso. • A pesar de intentar realizar su ajuste, no es posible un óptimo desempeño dado su mal estado físico. • Se recomienda su baja
CISME - 021	ARMENIA	ELECTROCARDIOGRAFO	13104837	FX 7102	FUKUDA	• La unidad se encuentra en deficientes condiciones físicas y funcionales ya que la pantalla se encuentra rota impidiendo la visualización del trazo de ECG. • El equipo en general se encuentra muy deteriorado y en deficiente estado. • No se encuentra apto para su uso y su batería no funciona adecuadamente. • Se recomienda la baja de la unidad.
CISME - 022	ARMENIA	LAMPARA CUELLO CISNE	N/A	GS300	WELCH ALLYN	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 023	ARMENIA	LAMPARA CUELLO CISNE	N/A	GS300	WELCH ALLYN	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 024	ARMENIA	GRAMERA	Y5102992	FENIX	LEXUS	• Se recomienda el cambio de la batería ya que su autonomía es nula. • Conectada al adaptador de voltaje la unidad enciende sin problemas y proporciona valores de peso adecuado.

CISME - 025	ARMENIA	REGULADOR DE OXIGENO	10343C35	285MA-15LY	GENTEC	• Aunque el manómetro presenta desgaste, su funcionamiento es adecuado.
CISME - 026	ARMENIA	REGULADOR DE OXIGENO	108757	HP	AIR METANT	• Al realizar la respectiva comprobación funcional de la unidad se detecta un alto nivel de fugas internas y en el manómetro de flujo debido a un posible golpe sufrido por la unidad que comprometió su estructura. • No se recomienda el uso del equipo ya que es peligroso. • Considerar su baja.
CISME - 027	ARMENIA	REGULADOR DE OXIGENO	17060153	15LPM/3000PS	GMR	• La unidad se encuentra en mal estado funcional ya que presenta fugas internas. • Se realizan pruebas abriendo el cilindro a flujo cero pero la válvula de seguridad interna se activa provocando fugas internas. • Se recomienda dar de baja.
CISME - 032	ARMENIA	TERMOMETRO	N/A	DT 8380	INFRARED	• Aunque la unidad se encuentra en buen estado funcional, no se recomienda su uso ya que no es de uso clínico. Esta unidad es de uso industrial diseñada con el propósito de medir la temperatura de objetos mas no la temperatura corporal. • No usar en pacientes.
CISME - 033	ARMENIA	TERMOMETRO	YUWELL	DL-1C	1812170016	• Equipo en óptimas condiciones.
CISME - 034	ARMENIA	TERMOMETRO	20200003	NON-CONTACT	KANGYOUMEI	• La unidad se encuentra en mal estado físico y funcional. • Su estructura se encuentra rota en varios puntos lo cual repercute en un adecuado desempeño funcional. Esta falla no puede ser reparada ya que se requiere el cambio de practicante toda la carcasa lo cual puede superar el mismo precio del equipo. • El equipo no puede ser usado por lo cual se recomienda considerar su baja.
CISME - 035	ARMENIA	DESFIBRILADOR DEA	PRIMEDIC	97610	73946000495	• Se deja recomendado no encender periódicamente el equipo ya que de esta manera la batería se descarga innecesariamente. • Al descargar los datos de la memoria se puede apreciar que el equipo se ha encendido varias veces.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE IBAGUE

CISIB - 001	IBAGUE	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063717	• Se realiza instalación de batería interna de respaldo. • Se realiza cambio de batería externa. • Descarga de información, reset a 0% de memoria. • La unidad se encuentra realizando adecuadamente su auto test. • Se adjunta a la unidad un electrodo pediátrico nuevo. FV 2026/02/19
CISIB - 002	IBAGUE	DESFIBRILADOR DEA	PRIMEDIC	M250	7394600498	• Se adjuntan a la unidad parches nuevos. • La batería se encuentra llegando a su 50% de autonomía, por lo cual se sugiere considerar la adquisición de una batería adicional. • Al descargar los datos de la memoria se puede apreciar que el equipo se ha encendido varias veces. • Se deja recomendado no encender periódicamente el equipo ya que de esta manera la batería se descarga innecesariamente. • Se realiza reemplazo de batería interna.
CISIB - 003	IBAGUE	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	PA1	127990030841	• Se realiza actualización de software interno a la versión Soft_V05B17_L05. • Se adjuntan a la unidad un paquete de electrodos adulto y otro pediátrico. • Al descargar la información de la memoria, se detecta que el equipo fue abierto y encendido en varias oportunidades lo cual contribuye al desgaste de la batería. • Se realiza reset de memoria interna. • Considerar contar con una batería adicional a manera de soporte ya que la batería actual cuenta con un 50% de autonomía.
CISIB - 004	IBAGUE	TENSIOMETRO	RIESTER	N/A	161124902	• El equipo presenta bastante desgaste por uso en brazalete y manómetro.
CISIB - 005	IBAGUE	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	N/A	379790	• El equipo presenta bastante desgaste por uso en manómetro.
CISIB - 006	IBAGUE	TENSIOMETRO	ALPK2	N/A	375845	• El equipo presenta bastante desgaste por uso en manómetro

CISIB - 007	IBAGUE	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	5251	N/A	• El equipo muestra un alto grado de desgaste por uso. • Se presenta daño en la óptica del oftalmoscopio lo cual no permite su uso. • La batería tiene fecha de vencimiento de julio del 2019, su medición está al 60 % por lo cual se recomienda cambio a corto plazo.
CISIB - 008	IBAGUE	DOPPLER FETAL	SOUND MED	SD 200	10072	• Unidad visiblemente deteriorada.
CISIB - 009	IBAGUE	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	90000001083	• Aunque la unidad es funcional, no realiza el proceso de compresión de manera óptima. • Teniendo en cuenta el desgaste del equipo se recomienda considerar su cambio en un futuro cercano.
CISIB - 010	IBAGUE	NEBULIZADOR	THOMAS	1625	11100000327	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIB - 011	IBAGUE	N/A	N/A	N/A	N/A	• Equipo dado de baja por el servicio.
CISIB - 012	IBAGUE	SUCCIONADOR	PULMO MED	7E-A	103	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIB - 013	IBAGUE	SUCCIONADOR	THOMAS	1634	21100000419	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIB - 014	IBAGUE	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	N/A	N/A	• El equipo está bastante deteriorado pues la base de su columna esta desgastada mecánicamente ocasionando movimientos indeseados. • El tallimetro está roto pues hace falta la pestaña reposa cabeza. • Dada la antigüedad del equipo ya no se consiguen las piezas dañadas. • Aunque el estado del equipo no es el ideal, su estado funcional en cuanto a la lectura del peso suministrado es adecuado.
CISIB - 015	IBAGUE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC1000	AQGB5419	• La batería NO recibe carga. • El sensor de saturación se encuentra en mal estado por el uso. • Se debe reemplazar la batería y el sensor. • Se recomienda cambio del equipo a corto plazo debido a su estado físico y funcional y a que su tecnología es obsoleta.
CISIB - 016	IBAGUE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123	• El Sensor de saturación presenta una cinta micro poro adherida a su estructura para que tenga un correcto funcionamiento. • La batería no recibe carga. • Se debe reemplazar la batería y el sensor de saturación.

CISIB - 017	IBAGUE	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M14906840002	• Aunque el cable de paciente está en buen estado funcional, su estado físico no es bueno ya que está roto en la base del conector. Esto puede ocasionar interferencias en el futuro. Se recomienda su reemplazo.
CISIB - 018	IBAGUE	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	• Al realizar inspección de la batería y de los mangos evidenciando un alto grado de deterioro, sulfatación y atasco de la pila en el mango del oftalmoscopio impidiendo su correcto funcionamiento. • Se recomienda cambio a corto plazo debido a que su tecnología es obsoleta y la fábrica descontinuo los repuestos.
CISIB - 019	IBAGUE	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	05259-M	N/A	• Se evidencia que la cabeza del oftalmoscopio se encuentra rota. • Se observa un leve daño en la punta del otoscopio ocasionado por un golpe, sin embargo, esté no afecta su funcionamiento. • Se hace instalación de cabeza de oftalmoscopio ref. 11720, lote: # 901081.
CISIB - 020	IBAGUE	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISIB - 021	IBAGUE	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063716	• Se realiza instalación de batería interna de respaldo. • Descarga de información, reset a 0% de memoria. • La unidad se encuentra realizando adecuadamente su auto test.
CISIB - 022	IBAGUE	FONENDOSCOPIO	PRESTIGE COMERCIALIZADORA	RAPPAPORT	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE LETICIA

CISLE - 001	LETICIA	DESFIBRILADOR DEA	PRIMEDIC	M250	73946000500	• Los dos electrodos se encuentran vencidos, es necesario reemplazarlos. • La batería tiene una autonomía de 78%. • El equipo evidencia desgaste normal por uso.
CISLE - 002	LETICIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14308530095	• Los valores registrados por el equipo no corresponden a los simulados, esto debido a una falla en la tarjeta electrónica • principal. • Físicamente se encuentra bastante deteriorado.

						• El equipo no tiene accesorios. • El equipo se da de baja.
CISLE - 003	LETICIA	BASCULA DIGITAL	DIMEDA	TCS-200-RT	N/A	• La estructura y la botonería se encuentran bastante deterioradas y evidencian corrosión debido al uso y a las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
CISLE - 004	LETICIA	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	ECG300GT	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISLE - 005	LETICIA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-M11801960042	• Se recomienda limpiar la cabeza del transductor cada vez que se utilice, ya que el gel se solidifica y con el tiempo se puede dañar el accesorio.
CISLE - 006	LETICIA	SUCCIONADOR DE PIE	AMBU	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISLE - 007	LETICIA	SUCCIONADOR	THOMAS	1145	N/A	• Físicamente se encuentra bastante deteriorado. • El motor presenta desgaste normal por uso. • Se recomienda su cambio en un futuro cercano.
CISLE - 008	LETICIA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	PA1	127990030855	• El equipo no tiene batería. • El equipo no tiene parches pediátricos.
CISLE - 009	LETICIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2002105	• Los valores simulados con el equipo patrón no coinciden con los registrados en el equipo. • Se realiza revisión de la tarjeta principal evidenciando que se encuentra dañada. • Este equipo es un modelo obsoleto descontinuado por fábrica por esta razón no es posible conseguir el repuesto. • El equipo se da de baja.
CISLE - 010	LETICIA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISLE - 011	LETICIA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M20408360065	• Se recomienda limpiar la cabeza del transductor cada vez que se utilice, ya que el gel se solidifica y con el tiempo se puede dañar el accesorio.
CISLE - 012	LETICIA	GLUCOMETRO DIGITAL	TRU-LIFE	N/A	TL12NJ032638	• Equipo en óptimas condiciones.
CISLE - 013	LETICIA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISLE - 014	LETICIA	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063718	• La batería no mide voltaje. • Se realizan pruebas funcionales con una batería de prueba evidenciando que la unidad no registra correctamente los datos simulados por el equipo patrón. • La memoria interna no almacena datos. • El parche adulto está vencido. • No tiene parche pediátrico. • Por su estado físico y funcional el equipo se da de baja.
CISLE - 015	LETICIA	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063781	• La batería tiene una autonomía del 10%. • Se realizan pruebas funcionales con una batería de prueba evidenciando que la unidad realiza cargas y descargas correctamente. • Físicamente el equipo se encuentra deteriorado. • El parche adulto está vencido. • No tiene parche pediátrico

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE ARAUCA

CISAA - 001	ARAUCA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58302262	• El equipo requiere cambio de la batería interna y externa. • La carcasa se encuentra rota. • La memoria no almacena información. • Se evidencia alarma por daño en su tarjeta interna. • Este equipo ya cumplió su vida útil y ya es obsoleto. • El equipo se da de baja.
CISAA - 002	ARAUCA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58995063719	• El equipo no tiene parche adulto, ni pediátrico.
CISAA - 003	ARAUCA	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HEART SAVE AED-M	73946000494	• La autonomía de la batería es del 48% se recomienda adquirir una de respaldo • El equipo no tiene parches
CISAA - 004	ARAUCA	DESFIBRILADOR	ZOLL	AED PLUS	X20B251110	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 005	ARAUCA	DESFIBRILADOR	ZOLL	AED PLUS	X20B2511361	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 007	ARAUCA	MONITOR MULTIPARAMETRO	MINDRAY	MEC1000	AQ62B5433	• El Equipo presenta fallas en los módulos de ECG Y NIBP ya que, al realizar las prueba los resultados de las mediciones son errados. • Las baterías marcan voltaje de 1V y 2V (Baterías 12V) es necesario reemplazarlas. • El equipo funciona únicamente con conector a pared. • El equipo es de una tecnología obsoleta por lo tanto no es posible conseguir sus repuestos. • El equipo se da de baja.
CISAA - 008	ARAUCA	MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M50	333123-M14601970028	• Los brazaletes pediátrico y neonatal están rotos. • El cable de poder no tiene recubrimiento. • Se requiere cambio de manguera de NIBP, ya que no se encuentra con los acoples completos. • Aunque el equipo es

						funcional, debido al deterioro, se recomienda su reemplazo en un futuro cercano
CISAA - 009	ARAUCA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2002T011	• Los valores simulados con el equipo patrón no coinciden con los registrados en el equipo. • Se realiza revisión de la tarjeta principal evidenciando que se encuentra dañada. • Este equipo es un modelo obsoleto descontinuado por fabrica por esta razón no es posible conseguir el repuesto. • El equipo se da de baja.
CISAA - 010	ARAUCA	BALANZA	HEALT O METER	450 KL	4500017335	• El equipo presenta falla en su plataforma y sistema de pesaje. • Se realiza ajuste al mecanismo, pero la unidad sigue con la misma falla. • El equipo se da de baja.
CISAA - 011	ARAUCA	GRAMERA	TOTTUS	TT-320	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 012	ARAUCA	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	90000001088	• El equipo presenta un alto grado de desgaste por uso. Se recomienda su reemplazo a corto plazo.
CISAA - 013	ARAUCA	NEBULIZADOR	MEDQUIP AIRIAL	MQ5800	143593	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 014	ARAUCA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M20408360064	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 015	ARAUCA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 016	ARAUCA	TERMOMETRO INFRARROJO	YI BAI MEDICAL	YM-6688	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 017	ARAUCA	TERMOMETRO INFRARROJO	YI BAI MEDICAL	YM-6688	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 020	ARAUCA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• La batería del equipo no es original y presenta falla ya que, su tiempo de autonomía es bajo. • Requiere cambio de batería.
CISAA - 021	ARAUCA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	5259	N/A	• La batería no es original y no sostiene carga, es necesario reemplazarla. • Se evidencian manchas en los lentes de la óptica impidiendo realizar un examen adecuado, es necesario cambiar el cabezal.

CISAA - 022	ARAUCA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	92871	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 023	ARAUCA	GLUCOMETRO	GLUCCOQUICK	G30A	42411116110034725	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 024	ARAUCA	GLUCOMETRO	CARESENS	GM505WAC	A10122H0275	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 025	ARAUCA	GLUCOMETRO	TRUELIFE	OK 1N	TL12NJ032637	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 026	ARAUCA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	901092	210303103029	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 027	ARAUCA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	901092	210408140328	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 028	ARAUCA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	901092	210408140328	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 029	ARAUCA	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 030	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	ADSSCOPE	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 031	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 032	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 033	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 034	ARAUCA	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	5079-145	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 036	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 037	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 038	ARAUCA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 039	ARAUCA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE 601 C	360251-M20908690010	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 041	ARAUCA	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 042	ARAUCA	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 051	ARAUCA	NEGATOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	• El equipo no se encuentra instalado en el servicio, está en el almacén.
CISAA - 052	ARAUCA	SUCCIONADOR	SPARMAX	N/A	36849	• El equipo presenta un alto grado de desgaste físico por el clima.
CISAA - 053	ARAUCA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASKIR30	90820	• El filtro y la sonda de succión tienen fecha de vencimiento a corto plazo por lo tanto se requiere su reemplazo.

CISAA - 054	ARAUCA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASKIR30	101089	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 055	ARAUCA	LINTERNA PUPILAR	CI PRESTIGE	HS401F	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISAA - 056	ARAUCA	TERMOMETRO DIGITAL	VIA PANAMA	45	N/A	• El sensor registra valores erróneos. • La punta del Termómetro se encuentra rota. • El equipo se da de baja.
CISAA - 057	ARAUCA	TERMOMETRO DIGITAL	LORD	45	N/A	• El sensor registra valores erróneos. • El equipo se da de baja.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

CISVI - 001	VILLAVICENCIO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS MEDI POMP	1130	159	• La unidad se encuentra en deficiente estado funcional ya que la capacidad de succión máxima del compresor no es óptima dado el alto deterioro del motor. • El equipo es funcional pero su funcionabilidad no está al 100% pues la succión máxima no es óptima. • El equipo puede cumplir parcialmente con su función pero su tecnología es muy antigua y el fabricante ya no distribuye partes. • Considerar cambio en el futuro cercano
CISVI - 002	VILLAVICENCIO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SPARMAX	N/A	27467/80115718	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 003	VILLAVICENCIO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	CAMI	NEW ASKIR 30	90819	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 004	VILLAVICENCIO	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	SCHILER	PA1	127990030942	• Es necesario cambiar tapa, cambiar electrodos, tarjeta principal y se recomienda considerar contar con una batería adicional a manera de soporte ya que la autonomía de la actual está en un 50%. • El autotest del equipo corre sin errores. • Las pruebas funcionales se realizan con una batería de pruebas para no desgastar la del cliente.
CISVI - 005	VILLAVICENCIO	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M20908690001	• Equipo en óptimas condiciones.

CISVI - 006	VILLAVICENCIO	NEBULIZADOR	THOMAS	110C	10793	• En la unidad se detecta un alto nivel de deterioro en su estructura y en su compresor. • Al momento de realizar pruebas prolongadas de presión, la unidad se recalienta luego de 15 minutos activando su fusible térmico y apagando el equipo. • Dicho inconveniente es debido al alto deterioro del compresor lo cual impide una terapia de nebulización completa. • Dado el deficiente estado del equipo no se recomienda su uso. • Se recomienda reemplazo.
CISVI - 007	VILLAVICENCIO	NEBULIZADOR	THOMAS	1121	80800027820	• Aunque la unidad funciona, no lo hace al 100%. • Se recomienda considerar reemplazo del equipo en un futuro cercano.
CISVI - 008	VILLAVICENCIO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	N/A	N/A	• La batería no recibe carga. • Los datos simulados no coinciden con los registrados en el equipo, debido a una falla en la tarjeta de presión arroja E-04.
CISVI - 009	VILLAVICENCIO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC - 1200	CC-3A127317	• Brazalete presenta desgaste por uso. • La batería no recibe carga, se realizan pruebas con una batería de prueba y el equipo funciona correctamente, es necesario reemplazarla. • La carcasa se encuentra bastante deteriorada debido a su uso.
CISVI - 010	VILLAVICENCIO	MONITOR SIGNOS MULTIPARAMETRO	EDAN	M50	333123-M14808530038	• La carcasa presenta desgaste normal por uso. • El cable del sensor de SPO2 adulto está roto, se cambia por uno nuevo que tenían en el almacén.
CISVI - 011	VILLAVICENCIO	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FDI	FDIPX0206952-05	• El equipo no enciende, la carcasa está rota, tiene sulfatados los contactos y el transductor presenta fallas en la tarjeta. • Es necesario reemplazar el equipo.
CISVI - 012	VILLAVICENCIO	TENSIOMETRO	ALPK 2	N/A	937973-799841	• El equipo evidencia bastante desgaste por uso.
CISVI - 013	VILLAVICENCIO	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	TYCOS	50727185251	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 014	VILLAVICENCIO	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	402WA01828	• El estado físico del equipo no es del todo bueno ya que presenta deterioro y corrosión en su estructura. • Es necesario el reemplazo del tallimetro ya que se encuentra roto.
CISVI - 015	VILLAVICENCIO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 016	VILLAVICENCIO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

CISVI - 017	VILLAVICENCIO	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	60814	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 018	VILLAVICENCIO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	240	N/A	• Se evidencia alto desgaste por uso. • Se realizan pruebas funcionales donde se evidencia daño en óptica del oftalmoscopio por lo cual se recomienda cambio en un futuro cercano.
CISVI - 019	VILLAVICENCIO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELH ALLYN	11710	05259-M	• Al hacer revisión de batería se evidencia tiene fecha de vencimiento en Julio del 2017; por tanto, se requiere cambio de la misma.
CISVI - 020	VILLAVICENCIO	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-125	N/A	• Olivas con desgaste y rotas. • Se realiza cambio de membranas sin novedades.
CISVI - 021	VILLAVICENCIO	FONENDOSCOPIO	3M LITTMAN	CLASIC II SE	I12A46943	• El equipo se encuentra con desgaste por uso normal. • El aro antifrio de la campana de alta frecuencia se encuentra roto, es necesario su reemplazo.
CISVI - 022	VILLAVICENCIO	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DE LA AMBULANCIA	METRAX PRIMEDIC	97610	7394600506	• Se recomienda el reemplazo de la tarjeta de memoria y adquirir una batería externa adicional a manera de soporte ya que la actual tiene una autonomía del 50%. • La unidad puede ser funcional con la falla actual de la memoria, pero no podrá guardar los eventos ocurridos durante la desfibrilación. • Se realiza cambio de batería interna. • Las pruebas funcionales fueron realizadas con batería de pruebas para no descargar la del cliente.
CISVI - 023	VILLAVICENCIO	REGULADOR DE OXIGENO	VICTOR MEDICAL	MS-25Y-CGA870	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 024	VILLAVICENCIO	FLUJOMETRO	MEDICAL FLOWMETER	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 026	VILLAVICENCIO	MANOMETRO	IMETAN	N/A	119428	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 027	VILLAVICENCIO	FLUJOMETRO	N/A	N/A	N/A	• El sistema de control de flujo no funciona correctamente y tiene fugas. • Es necesario reemplazar la unidad.
CISVI - 028	VILLAVICENCIO	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CGA870	141401	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 029	VILLAVICENCIO	GLUCOMETRO	BIOTECH	TRU-LIFE	TL12NJ010979	• Equipo en óptimas condiciones.
CISVI - 030	VILLAVICENCIO	TERMOHIGROMETRO	FRANCE	N/A	N/A	• La unidad se da de baja ya que no se logra visualizar la información.
CISVI - 031	VILLAVICENCIO	BÁSCULA DIGITAL	TOTUS TUUS	TT-320	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

CISSAN - 001	SAN ANDRÉS	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58990038727	• La unidad requiere cambio de la memoria SD. • La autonomía de la batería es inferior al 20%. • Su tecnología es obsoleta y no permite actualizaciones. • El equipo se da de baja.
CISSAN - 002	SAN ANDRÉS	TENSIOMETRO ANALOGO	BOKANG	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 003	SAN ANDRÉS	TENSIOMETRO ANALOGO	WANSUN	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 004	SAN ANDRÉS	TENSIOMETRO ANALOGO	WELCH ALLYN	TYCOS PEDIATRICO	204023817	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 005	SAN ANDRÉS	TENSIOMETRO ANALOGO Y FONENDOSCOPIO	ALPK2	N/A	N/A	• Sus accesorios (pera y brazalete) se encuentran bastante deterioradas se recomienda su cambio.
CISSAN - 006	SAN ANDRÉS	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• El equipo se encuentra en óptimas condiciones funcionales presentando desgaste físico normal por uso.
CISSAN - 007	SAN ANDRÉS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14807900040	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 008	SAN ANDRÉS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M15306190049	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 009	SAN ANDRÉS	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	SCHILLER	PA1	127990030836	• La batería tiene una autonomía del 45% se recomienda adquirir una de respaldo. • Se realiza reemplazo de la batería interna. • Los electrodos se encuentran vencidos, es necesario su reemplazo.
CISSAN - 010	SAN ANDRÉS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	N/A	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 011	SAN ANDRÉS	FONENDOSCOPIO EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	N/A	N/A	N/A	• La campana presenta desgaste normal por uso.
CISSAN - 013	SAN ANDRÉS	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100	316036-M14C06660064	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 014	SAN ANDRÉS	DESFIBRILADOR DEA	PRIMEDIC	97610	73946000499	• La batería cuenta con una del 53% y un voltaje de 14.76V, sin embargo se recomienda tener una batería de respaldo. • La carcasa se encuentra bastante deteriorada debido al uso. • El equipo se encuentra en óptimas condiciones funcionales.
CISSAN - 015	SAN ANDRÉS	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE601C	310017-M14807070008	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 016	SAN ANDRÉS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

CISSAN - 017	SAN ANDRÉS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 018	SAN ANDRÉS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2002T026 / 25936	• La batería no sostiene carga, es necesario su reemplazo.
CISSAN - 019	SAN ANDRÉS	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	ECLIPSE 800	10200000363	• El equipo se encuentra en óptimas condiciones funcionales, sin embargo, ya es un equipo obsoleto y se recomienda su cambio en un futuro cercano. • No cuenta con electrodos ni chupas. • Se recomienda tener una batería de respaldo.
CISSAN - 020	SAN ANDRÉS	SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI-PUMP	N/A	• Físicamente se encuentra bastante deteriorado. • El motor presenta desgaste normal por uso, este equipo es obsoleto y ya no se consiguen repuestos, se recomienda su reemplazo a corto plazo.
CISSAN - 021	SAN ANDRÉS	SUCCIONADOR	N/A	N/A	N/A	• Físicamente se encuentra bastante deteriorado. • El motor presenta desgaste normal por uso, este equipo es obsoleto y ya no se consiguen repuestos, se recomienda su reemplazo a corto plazo. • El manómetro se encuentra bastante deteriorado y su vidrio está roto, requiere cambio.
CISSAN - 022	SAN ANDRÉS	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	N/A	• Físicamente se encuentra deteriorado. • El motor presenta desgaste normal por uso.
CISSAN - 023	SAN ANDRÉS	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	41500009743	• Físicamente se encuentra deteriorado. • El motor presenta desgaste normal por uso.
CISSAN - 025	SAN ANDRÉS	SUCCIONADOR	N/A	H003-C	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 026	SAN ANDRÉS	TERMOHIGROMETRO	KTJ	N/A	SASG7227	• La base del sensor de la sonda se encuentra roto, esto no impide el buen funcionamiento del equipo sin embargo se recomienda reemplazar la sonda completa. • El equipo presenta desgaste normal por uso.
CISSAN - 027	SAN ANDRÉS	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304150-M14C06480065 / F43241	• Se recomienda limpiar la cabeza del transductor cada vez que se utilice, ya que el gel se solidifica y con el tiempo se puede dañar el accesorio. • El cable del transductor evidencia una fisura lo que ocasiona interferencias en las tomas de la fetocardia, se recomienda su cambio.
CISSAN - 029	SAN ANDRÉS	NEBULIZADOR	THOMAS	1625	101100000357	• Físicamente se encuentra bastante deteriorado debido a su uso.
CISSAN - 030	SAN ANDRÉS	NEBULIZADOR	SUNRISE	5650D	D3243559	• La calidad de la compresión del aire es deficiente y su desempeño durante el test de nebulización no es el adecuado. • El equipo no funciona correctamente y su tecnología es obsoleta por lo tanto no se

						consiguen los repuestos. • El equipo se da de baja.
CISSAN - 031	SAN ANDRÉS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• Aunque la unidad se encuentra en buenas condiciones funcionales, se recomienda su reemplazo debido a que ya es de una tecnología obsoleta.
CISSAN - 032	SAN ANDRÉS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 033	SAN ANDRÉS	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	90000	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 034	SAN ANDRÉS	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	KENXIN	N/A	N/A	• La unidad no pasa las pruebas de funcionamiento. • El equipo se da de baja.
CISSAN - 035	SAN ANDRÉS	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	90000	N/A	• El bombillo está dañado y requiere su cambio.
CISSAN - 036	SAN ANDRÉS	BASCULA DIGITAL DE PISO	GMD	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 037	SAN ANDRÉS	GRAMERA	TOTUS TUUS	TT-320	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 038	SAN ANDRÉS	FLUJOMETRO	ACARE	N/A	1301120	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 039	SAN ANDRÉS	REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 040	SAN ANDRÉS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.
CISSAN - 041	SAN ANDRÉS	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063784	• La batería tiene una autonomía del 76%. • Se realiza reseteo de la memoria. • El equipo tiene uno de los tornillos rodados lo que impide abrir la carcasa y cambiar la batería interna, sin embargo, el equipo hace descargas y evidencia un buen funcionamiento. • Se recomienda cambiar la carcasa.
CISSAN - 042	SAN ANDRÉS	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063810	• Se realiza reseteo de la memoria y posteriores pruebas de funcionamiento evidenciando que la unidad se encuentra en óptimas condiciones funcionales.
CISSAN - 043	SAN ANDRÉS	KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	GMD	N/A	N/A	• La pera del brazalete se encuentra bastante deteriorada, es necesario su reemplazo.
CISSAN - 044	SAN ANDRÉS	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• La campana presenta desgaste normal por uso. • El diafragma evidencia bastante deterioro y se recomienda su reemplazo.
CISSAN - 045	SAN ANDRÉS	FONENDOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	• La campana presenta desgaste normal por uso.
CISSAN - 046	SAN ANDRÉS	FONENDOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	• Equipo en óptimas condiciones.

EQUIPOS MEDICOS MANTENIDOS EN EL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA

CISPR - 001	PROVIDENCIA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASKIR 30	101087	• Equipo en óptimas condiciones.
CISPR - 002	PROVIDENCIA	DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	PA1	127999019716	• La batería tiene una autonomía del 15% es necesario reemplazarla.
CISPR - 003	PROVIDENCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2002T029	• Los valores simulados con el equipo patrón no coinciden con los registrados en el equipo. • Se realiza revisión de la tarjeta principal evidenciando que se encuentra dañada. • Este equipo es un modelo obsoleto descontinuado por fábrica por esta razón no es posible conseguir el repuesto. • El equipo se da de baja.
CISPR - 004	PROVIDENCIA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21601250045	• Uno de los latiguillos del cable de poder se encuentra fisurado por esta razón no es posible tomar un electro. • Es necesario reemplazar el cable. • La batería carga y descarga correctamente.
CISPR - 005	PROVIDENCIA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• La campana presenta desgaste normal por uso y no tiene el diafragma.
CISPR - 006	PROVIDENCIA	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	N/A	• La campana presenta desgaste normal por uso.
CISPR - 008	PROVIDENCIA	SILLA DE RUEDAS	ELCO SOLUTION	N/A	N/A	• Toda la estructura metálica se encuentra oxidada, la tapicería en mal estado, las ruedas y los neumáticos evidencian desgaste.

A continuación, se presenta la relación de ciudades y parches que se adquirieron para habilitar los desfibriladores.

En los 15 aeropuertos quedaron pendientes por suministrar insumos y repuestos para que los equipos biomédicos, los cuales deben ser incluidos en el proceso de contratación de Mantenimiento de equipos biomédicos en la vigencia 2025, esto con el fin de que su funcionamiento pueda ser en óptimas condiciones. Hace parte de esa acta el cuadro que contine todas las necesidades por aeropuerto.

También hacen parte de esta acta las hojas de vida de los 15 aeropuertos actualizadas, de acuerdo con la normatividad de la resolución 3100 de 2019, así como los certificados de calibración de los equipos biomédicos que aplican también se recibieron, mediante correo electrónico se compartió el link a cada servicio médico aeroportuario junto con toda la documentación exigida por los entes de control.

LISTADO DE INSUMOS Y REUESTOS ADQUIRIDOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS EN DIFERENTES AEROPUERTOS

REPUESTO AEROPUERTO YOPAL.						
ITEM	**REPUESTO**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	PARCHE DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA AED	DEA	PRIMEDIC	M250	73946000507	1
2	PARCHE DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA AED .	DEA	PRIMEDIC	M250	N.A.	1
3	SENSOR SPO2 ADULTO PARA MONITOR	MONITOR	EDAN	M50	333123-M14808530080	1
4	PARCHE DESECHABLE ADULTO PARA DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FREAD EASY	58995063720	1
5	PARCHE DESECHABLE PEDIATRICO PARA DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FREAD EASY	58995063720	1
6	BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL DE 3.5V REF 72300 PARA MANGOS DE EQUIPO DE ORGANOS	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	REF. 05259.	NR PLACA: 113388	1
7	PARCHE DESECHABLE ADULTO PARA DEA DRED PA1	DEA	SCHILLER	PA1	127990030944	1
8	PARCHE DESECHABLE PEDIATRICO PARA DEA FRED PA1	DEA	SCHILLER	PA1	127990030944	1
9	BRAZALETE ADULTO DE UNA VIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR	EDAN	M50	333123-M14808530080	1
10	BRAZALETE PEDIATRICO DE UNA VIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR	EDAN	M50	333123-M14808530080	1
11	REGULADOR DE OXIGENO, ENTRADA 540G	REGULADOR DE OXIGENO	A-CARE	NR	NR	1

REPUESTO AEROPUERTO PASTO.						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BATERIA PARA PULSOXIMETRO REF H100B	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M12101040053	1
2	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SE-601C	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M20908690007	1
3	KIT DE MICRONEBULIZACIÓN	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	90000001087	1

4	KIT DE MICRONEBULIZACIÓN	NEBULIZADOR	THOMAS	1125	21000010286	1
5	SENSOR DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123 - M14805530008	1
6	SENSOR DE SPO2 PARA OXIMETRO H100B	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M12101040053	1

REPUESTOS AEROPUERTO IPIALES.						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MEC1200	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC1200	CC-29123701	1
2	BATERIA PARA DESFIBRIRADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58992052459	1
3	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063713	1
4	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58992052459	1
5	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063807	1
6	ELECTRODO PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063713	1

REPUESTOS ENTREGADOS POPAYAN						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MEC 1000	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC - 1000	AQ62B5425	1
2	BRAZALETE ADULTO PARA TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANAEROIDE	N/A	NR	NR	1
3	BRAZALETE ADULTO PARA TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANAEROIDE	N/A	NR	NR	1
4	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANAEROIDE	N/A	NR	NR	1
5	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANAEROIDE	N/A	NR	NR	1
6	CABEZA DE OFTALMOSCOPIO PARA EQUIPO DE ORGANOS	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	972000	N/A	1

REPUESTOS ENTREGADOS NEIVA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT**
1	ELECTRODO DESFIBRILADOR EXTERNO ADULTO PA1	DEA	SCHILLER	PA-1	127990030861 PL.255398	1
2	ELECTRODO DESFIBRILADOR EXTERNO PEDIATRICO PA1	DEA	SCHILLER	PA-1	127990030861 PL.255398	1
3	ELECTRODO DESFIBRILADOR EXTERNO ADULTO FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED AESY	58995063809	1

4	ELECTRODO DESFIBRILADOR EXTERNO PEDIATRICO FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED AESY	58995063809	1
5	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO/PEDIATRICO M250	DEA	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	739460000517	1
6	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO/PEDIATRICO M250	DEA	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	739466000501	1
7	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO/PEDIATRICO	DEA	PRIMEDIC	HEART SAVE AED	NR	1
8	CABLE DE CARGA MONITOR DE SIGNOS VITALES Y TORNLLOS PARA EMPOTRAR EN LA BASE STAR 8000	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR 8000	E7170115087	1
9	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADOR DEA	DEA	N/A	PA-1	127990030861 PL.255398	1
10	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADOR DEA	DEA	N/A	FRED AESY	58995063809	1
11	BATERIA PARA OXIMETRO RECARGABLE X2	PULSOXIMETRO	GP	H100B	350101-M21803100251	5

REPUESTOS ENTREGADOS FLORENCIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADORES DEA	DEA	N/A	FRED EASY	58995063714	1
2	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADORES DEA	DEA	N/A	FRED EASY	58992052430	1
3	PARCHE ADULTO DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063714	1
4	PARCHE PEDIATRICO DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063714	1
5	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MEC1200	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-29123702	1
6	PARCHE ADULTO/PEDIATRICO PARA DEA M250	DEA	PRIMEDIC	97710	73946000497	1
7	PARCHE ADULTO PA1	DEA	SCHILLER	FRED PA-1	12799030865	1
8	PARCHE PEDIATRICO PA1	DEA	SCHILLER	FRED PA-1	12799030865	1
9	SENSOR DE SPO2 MONITOR DE SIGNOS VITALES M50	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M14601970070	1

REPUESTOS ENTREGADOS IBAGUE						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT**
1	CABEZOTE DE OFTALMOSCOPIA	EQUIPO DE ORGANOS	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCH ALLYN	05259-M	N/A	1
2	ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR ADULTO/PEDIATRICO	DEA	PRIMEDIC HEART SAVE AED-M	M250	7394600498	1
3	ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR/ ADULTO	DEA	SCHILLER FRED PA1	PA1	127990030841	1
4	ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR/ PEDIATRICO	DEA	SCHILLER FRED PA1	PA1	127990030841	1
5	BATERIA PARA DESFIBRILADOR	DEA	SCHILLER FRED EASY	FRED EASY	58995063717	2

6	BATERIA PARA DESFIBRILADOR	DEA	SCHILLER FRED EASY	FRED EASY		
7	ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR PEDIATRICO	DEA	SCHILLER FRED EASY	FRED EASY	58995063717	1
8	BATERIA INTERNA DEA	DEA	SCHILLER FRED EASY	FRED EASY	58995063716	1
9	BATERIA INTERNA DEA	DEA	SCHILLER FRED EASY	FRED EASY	58995063717	1
10	BATERIA INTERNA DEA	DEA	PRIMEDIC HEART SAVE AED-M	M250	7394600498	1
11	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MEC 1000	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC1000	AQGB5419	1

REPUESTOS ENTREGADOS VILLAVICENCIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT
1	PARCHE DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR	DEA	PRIMEDIC	97610	7394600506	1
2	PARCHE DESECHABLE ADULTO PARA DEA FRED PA1 SCHILLER	DEA	SCHILLER	PA1	127990030942	1
3	PARCHE DESECHABLE PEDIATRICO PARA DEA FRED PA1 SCHILLER	DEA	SCHILLER	PA1	127990030942	1
4	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOSVITALES REF MEC 1200	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC - 1200	CC-3A127317	1
6	BATERIA INTERNA PARA DEA	DEA	METRAX PRIMEDIC	97610	7394600506	1
7	BATERIA INTERNA PARA DEA	DEA	SCHILLER	PA1	127990030942	1
8	JUEGO DE OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-125	N/A	1
9	BATERIA 72300 PARA EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENT	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELH ALLYN	11710	REF. 05259-M	1
10	TERMOHIGRÓMETRO ANÁLOGO - CAJA METÁLICA MARCA BRIXCO REF. 1565.	TERMOHIGROMETRO ANALOGO.	BRIXCO	1565	NR	1

REPUESTOS ENTREGADOS SAN ANDRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	MARCA	CANTIDAD
1	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063784	1
2	ELECTRODO PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063784	1
3	ELECTRODO PEDIATRICO PARA DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063810	1
4	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SE-601	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE601C	310017-M14807070008	1
10	BOMBILLO PARA LINTERNA DE DIAGNOSTICO	LINTERNA DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	90000	N/A	1
11	BATERIA RECARGABLE TIPO D X2	NR	GP	NR	NR	2
12	BATERIA RECARGABLE AA X2	NR	GP	NR	NR	6

13	BATERIA RECARGABLE TIPO C X2	NR	GP	NR	NR	6
14	BATERIA RECARGABLE AAA X2	NR	GP	NR	NR	6
15	BATEIA INTERNA PARA DESFIBRILADORES DEA	DEA	N/A	FRED EASY	58995063810	1
16	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES G2A	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2002T026 / 25936	1

REPUESTOS ENTREGADOS PROVIDENCIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADOR DEA	DEA	SCHILLER	PA1	127999019716	1
2	CABLE DE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO SE601	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21601250045	1

REPUESTOS ENTREGADOS ARMENIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT**
1	BATERIA INTERNA PARA DESFIBRILADOR DEA	DEA	N/A	97610	73946000513	1
2	BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO 04900	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELH ALLYN	PORTATIL	N/A	1
3	BATERIA PARA GRAMERA	GRAMERA	FENIX	LEXUS	Y5102992	1
4	MANGUERA PARA SUCCIONADOR	SUCCIONADOR	THOMAS	1130	#FMT	1

REPUESTOS ENTREGADOS LETICIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	FRASCO DE SUCCION	SUCCIONADOR	THOMAS	1145	N/A	1
2	PARCHE ADULTO/PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR	DEA	PRIMEDIC	M250	73946000500	1
3	BATERÍA PARA DESFIBRILADOR FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063781	1
4	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063781	1
5	PARCHE PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063781	1

NOVEDADES REPUESTOS ARAUCA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	ELECTRODO ADULTO/PEDIATRICO PARA DEA	DEA	PRIMEDIC	HEART SAVE AED-M	73946000494	1
2	ELECTRODO ADULTO DESFIBRILADOR DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063719	1
3	ELECTRODO PEDIATRICO DESFIBRILADOR DEA FRED EASY	DEA	SCHILLER	FRED EASY	58995063719	1

NOVEDADES REPUESTOS TUMACO.						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	ELECTRODO TIPO CLAMPS SET X 4 UND PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA: EDAN, MODELO: SE-601C	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601	360569-M17600780003	1

NOVEDADES REPUESTOS PUERTO ASIS.						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAD**
1	BRAZALETE DE 2 VIAS TIPO ADULTO.	TENSIOMETRO.	RIESTER	ADULTO	1611024881	1
2.	BRAZALETE DE 1 VIA TIPO PEDIATRICO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	M50	M14808530067	1

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$114.167.583

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$114.167.583

FORMA DE PAGO:

Mensualidades vencidas

Se realizarán pagos mensuales contra la prestación efectiva del servicio, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. Para cada pago se deberá presentar certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, informe detallado de mantenimiento, hojas de vida actualizadas de los equipos, protocolos de mantenimiento preventivo y/o correctivo y cambio de repuestos cuando estos apliquen.

Para el último pago de la prestación de los servicios se deberá presentar la constancia expedida por el supervisor del contrato sobre el cumplimiento a satisfacción de este, certificado de garantía de los repuestos suministrados y el acta de recibo final.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO HUBO

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

NO HUBO

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$114.167.583

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114.167.583			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _____			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____			
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 114.167.583			
VALOR NO EJECUTADO		$ _____		
VALOR PAGADO		$ 0		
VALOR DESCUENTOS			$ _____	
VALOR PENDIENTE PAGO				$114.167.583
TOTALES	$114.167.583	$114.167.583		$114.167.187

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTÍAS

AMPAROS O PÓLIZAS	RIESGO QUE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Cubre a la entidad contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista garantizado, únicamente relacionadas con el	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables	En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del	A partir de la fecha de	Hasta la fecha de terminación del contrato y doce (12)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

CINDY JOHANA HERRERA LOZANO
Representante Legal
CISCMDICAL S.A.S

EDWARD FABIAN DUQUE OVIEDO
Supervisor General 24001001-H3-2024
Aeronáutica Civil