Instrumentación
Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 47785

FECHA: 2025-05-20

No. CASO: 4293

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	HSRT - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - E.S.E	Equipo:	AHV03247 - 1296 - Ventilador de Paciente
Contacto:	Santiago Echeverry	Marca:	Carefusion
Teléfono:	322 616 3357	Modelo:	Avea Standar
Ciudad:	Tunja	Línea de Producto:	02 - Ventilador
Contrato:		S/N:	AHV03247
Fecha del contrato:	2025-05-20	Ubicación:	UCIP
Fecha finalización:	2025-05-20	Placa:	AF-0445
Fecha de renovación:	2025-05-20	Condiciones básicas:	

TIPO DE SERVICIO	TIPO DE PROBLEMA
Preventivo	Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo, incidencia reportada por el cliente: presión máxima S O S

REPUESTOS:

N / A

TRABAJOS REALIZADOS:

Durante la revisión se realizaron 11 pruebas de fugas y pruebas de desempeño del ventilador en un periodo de 6 horas, en ninguna de ellas se presento dicha alarma por lo tanto se procede a realizar el mantenimiento preventivo correspondiente. Visita de mantenimiento preventivo consistente en: cambio de la batería de respaldo y celda de oxígeno, verificación de parámetros, Volúmenes, flujos, Pip; peep, Vm, frecuencia respiratoria, calibración del circuito, % de fugas, verificación del buen funcionamiento de: pantalla sensible al tacto, membranas, encoder, nebulizador, compresor, carga de la batería, pruebas a la misma, leds, pruebas de desempeño del ventilador, todas las pruebas pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:


El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en perfecto estado con iHTV62244

DURACIÓN DEL TRABAJO

H.Llegada : --10:39

H.Salida : --15:21


Ingeniero
Fernando Romero
Firma Ingeniero



Nombre Funcionario que recibe

Milena Quevedo

Firma Recibido



Fecha de la firma: 2025-05-23 12:32:38
El codigo de integridad de la firma eletrónica es:
e66d3c031bde50502868eed1929c130a0621f9280d2c88be8ca8a72c862595fa

Nombre Funcionario que recibe

Firma Recibido

Crear Protocolo

[Consultar Certificado del Documento]