Instrumentación
Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 47906
FECHA: 2025-05-23
No. CASO: 4338

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	HSRT - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - E.S.E	Equipo:	AKV02657 - 1295 - Ventilador de Paciente
Contacto:	Santiago Echeverry	Marca:	Carefusion
Teléfono:	3226163357	Modelo:	Avea Standar
Ciudad:	Tunja	Línea de Producto:	02 - Ventilador
Contrato:		S/N:	AKV02657
Fecha del contrato:	2025-05-23	Ubicación:	UCIN
Fecha finalización:	2025-05-23	Placa:	AF-2239
Fecha de renovación:	2025-05-23	Condiciones básicas:	

TIPO DE SERVICIO	Preventivo	TIPO DE PROBLEMA	Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo según contrato

REPUESTOS:

N / A

TRABAJOS REALIZADOS:

Revisión general por estado y funcionamiento, verificación de parámetros: volúmenes, flujos, Pip , Peep en las escalas de 6 cmH2O, 20 cmH2O y 40 cmH2O, Vm, frecuencia respiratoria en 6 rpm, 20 rpm y 60 rpm, concentraciones de oxígeno en las escalas de 21%,30% 60%,90%,y 100%, verificación de buen funcionamiento de: pantalla sensible al tacto, nebulizador, selector, carga de la batería, alarmas, membranas, leds, se realizan pruebas de desempeño del ventilador, todas estas pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en perfecto estado con 34028 horas de trabajo. Protocolo No 47907

DURACIÓN DEL TRABAJO

H.Llegada : --15:10

H.Salida : --17:55

Ingeniero
Fernando Romero
Firma Ingeniero

Nombre Funcionario que recibe
Milena Quevedo
Firma Recibido

Nombre Funcionario que recibe
Milena Quevedo
Firma Recibido



Ingeniera Milena Quevedo

Fecha de la firma: 2025-05-27 09:04:42
El codigo de integridad de la firma eletrónica es:
ba4df80779c9e15588917e682f7af913c790cc50441dcce171c61adff87558f4

[Consultar Certificado del Documento]