TIPO DE EQUIPO (PESO, TALLA, TEMPERATURA, REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN)	INFORMACIÓN DEL EQUIPO						CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADO DE CALIBRACION (USO)			INSPECCIÓN DE OPERACIÓN ICBF/UDS				OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE DEL EQUIPO	No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA	PROCEDIMIENTO (Guia Técnica para la Metrologia… versión vigente)	CONDICION FISICA DEL EQUIPO	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	
PESO	880307010151615	BASCULA	SECA	803	ENFERMERÍA	NUTRICIONISTA				SH23-55159	22/04/2023	CUMPLE	4/03/2025	Se encuentra en adecuado estado de limpieza Sobre una superficie nivelada. Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que dificulte la correcta medición.Lector legible. Respuesta adecuada al estímulo de medición de peso.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
TALLA	JG 93-104	TALLÍMETRO	SECA	213	ENFERMERÍA	NUTRICIONISTA				SH23-59419	22/04/2023	CUMPLE	4/03/2025	Revisión de escala de medición legible y con división de escala de 1mm. Instrumento sin daño físico,ruptura o que dificulte la correcta medición. Verificar secuencia de medición. Se encuentre bien ensamblada. Tiene firmeza. Material adecuado sin daño.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
PESO	8,35431E+12	PESA BEBÉS	SECA	354	ENFERMERÍA	NUTRICIONISTA				SH23-55157	22/04/2023	CUMPLE	4/03/2025	Se encuentra en adecuado estado de limpieza Sobre una superficie nivelada. Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que dificulte la correcta medición.Lector legible. Respuesta adecuada al estímulo de medición de peso.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
LONGITUD	2019002604	INFANTÓMETRO	SECA	417	ENFERMERÍA	NUTRICIONISTA				SH23-59418	22/04/2023	CUMPLE	4/03/2025	Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que dificulte la correcta medición. Verificar secuencia de medición. Revisión de los topes. Desplazamiento de topes. El Infanometro se pueda plegar sin dificultad	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
PESO	SD	GRAMERA DIGITAL	Housewar e	CR2032	SERVICIO ALIMENTOS	MANIPULADORES DE ALIMENTOS - NUTRICIONISTA				SH23-55158	22/04/2023	CUMPLE	4/03/2025	El equipo no enciende.	El equipo no esta funcionando	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	El daño fue reportado y la entidad esta en proceso de adquisición.
TEMPERATURA	SD	Termómetro de punzón para alimentos	BRIXCO	4112	SERVICIO ALIMENTOS	MANIPULADORES DE ALIMENTOS - NUTRICIONISTA				SH23-55254	24/04/2024	CUMPLE	4/03/2025	Se realiza revisión del termómetro econtrándolo en adecuadas condiciones físicas. No se evidencian averias, adecuada función en panel de lectura, sin intermitencia, botones funcionando al tacto. El material se encuentra en buen estado. Pilas en buen estado.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
TEMPERATURA	SD	Termómetro de punzón para alimentos - FRIO	TP300	TP300	SERVICIO ALIMENTOS	MANIPULADORES DE ALIMENTOS - NUTRICIONISTA	SH24-63119	23/07/2024	CUMPLE				4/03/2025	Se realiza revisión del termómetro econtrándolo en adecuadas condiciones físicas. No se evidencian averias, adecuada función en panel de lectura, sin intermitencia, botones funcionando al tacto. El material se encuentra en buen estado. Pilas en buen estado.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
REFRIGERACION/ CONGELACIÓN	SD	REFRIGERADOR CONGELADOR	CHALLENGER	290 LRS NF CR 290	SERVICIO ALIMENTOS	MANIPULADORES DE ALIMENTOS							4/03/2025	Se realiza revisión del equipo, en buenas condiciones externas e internas, adecuado funcionamiento sin interrupciones. Adecuado cierre de la puerta. Sin sonidos anormales. Respuesta adecuada a mediciones. No fugas de líquidos.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	
REFRIGERACION/ CONGELACIÓN	SD	REFRIGERADOR CONGELADOR	NIBEC	SD	SERVICIO ALIMENTOS	MANIPULADORES DE ALIMENTOS							4/03/2025	Se realiza revisión del equipo, en buenas condiciones externas e internas, adecuado funcionamiento sin interrupciones. Adecuado cierre de la puerta. Sin sonidos anormales. Respuesta adecuada a mediciones. No fugas de líquidos.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	El equipo pasó por revisión y arreglo técnico, actualmente en buenas condiciones.

RESULTADO: Cumple o no cumple

RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN: _____

NOMBRE y FIRMA ND. ALEJANDRA VARGAS

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.