	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos _X___ Balanza Pesa Personas ___ **Balanza Pesa Bebés ____**

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	HOUSEWARE			FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Manipuladoras - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH20-39355	29/10/2020	CUMPLE	SH20-39355	29/10/2020	CUMPLE	SD
			SH22-47540	12/06/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55158	10/05/2023	CUMPLE	may-27

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5000 G	Juego de pesas clase	MI CILINDRICO	28/05/2024	AGO DE 2024
Carga mínima (Min)	20 G	Número de Certificado	DA 1896	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
Division de escala (e / d)	1 G			Nutricionista Alejandra Vargas	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy Central Calibradas el 27-07-2019			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 50G

Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 50 G

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 G 50 G 200G 100 G

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	50	0
3	200	0
4	50	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.