BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS**	**F2.G8.PP**	**30/05/2023**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NO APLICA	BRIXCO	SD	SD	CDI SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	**FECHA**	**RESULTADO**	**No.**	**FECHA**	**RESULTADO**	**FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN**
SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	may-23
			SH23-55254	22/04/2023	CUMPLE	abr-24
			SH24-60914	24/04/2024	CUMPLE	abr-25

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN
8/03/2024	0	1	1	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	may-24
8/05/2024	0	1	1	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	ago-24
6/08/2024	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	nov-24
1/11/2024	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	feb-25
10/02/2025	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	may-25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.