CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TERMÓMETRO DE FRIO	
Termómetro digital	
Nombre del equipo	Termómetro Digital
Tipo de equipo	Termómetro Digital TP 300
Marca	TP 300
Modelo	TP 300
Serial o lote	SN 24-95 – ID interna "FRIO"
Fecha de ingreso	Julio 2024
Fecha de calibración	23-07-2024 / SH24-63119
Ubicación	CDI – Servicio de alimentación
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista y/o manipuladoras de alimentos
Instrucciones de uso	Medición: - Tener el termómetro limpio y desinfectado. - Encender. - Introducir el punzón en el alimento (parte central) y esperar que la lectura se estabilice en el tablero. Realizar la lectura.
Datos técnicos y almacenamiento	Termómetro para Alimentos y Pruebas Liquidas Pantalla digital LCD para una fácil Lectura. Peso: 75g Tamaño: 23x2x2 cm Voltaje de funcionamiento: 1.5 V (no incluir la batería) Resolución de la temperatura: 0.10/Fahrenheit Precisión: 0.0 grados centígrados a 80 centígrados (± 1 o 2 centígrados Fahrenheit), otro rango (± 5 centígrados-10 centígrados o 10-20 Fahrenheit) Frecuencia de medición: 1 seg, 10 seg, dormir, Selección automática ON/OFF, centígrados/Fahrenheit y mantenga los botones. Las principales funciones disponibles: Rango de medición:-50 centígrados ~ + 300 grados centígrados y -58 ° a +572 ° F Centígrados y Fahrenheit pantalla seleccionable Sensación de batería baja y la pantalla Memoria de la medida pasada Disponer en un lugar estable, sin exceso de frio o calor.
Sensibilidad	1 grado centígrado
Capacidad	-50+300ºC

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

TRAZABILIDAD VERIFICACIÓN INTERMEDIA

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08/10/2024	Cumple	PUNTO DE HIELO
2	10/02/2025	Cumple	PUNTO DE HIELO

TRAZABILIDAD INSPECCIONES

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	26-07-24	EN BUEN ESTADO	
2	07-08-24	EN BUEN ESTADO	
3	10-09-24	EN BUEN ESTADO	
4	08-10-24	EN BUEN ESTADO	
5	01-11-24	EN BUEN ESTADO	
6	03-12-24	EN BUEN ESTADO	
7	10-02-25	EN BUEN ESTADO	