| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | | | | | F2.G8.PP | 30/05/2023 |
| | | | | | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | | | | | Clasificación de la Información: Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | TP300 | TP300 | SN 24-95 | CDI SOLIDARIDAD POR COLOMBIA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| SH24-63119 | 23/07/2024 | CUMPLE | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2024 | 0 | 0 | 0 | CUMPLE | ND. Alejandra Vargas | Verificación intermedia termómetro en punto de hielo. | ene-25 |
| 10/02/2025 | 0 | 0 | 0 | CUMPLE | ND. Alejandra Vargas | Verificación intermedia termómetro en punto de hielo. | may-25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RESULTADO: Cumple o no cumple**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.