INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
02
FECHA DEL INFORME
31-05-2025

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-1525-2025
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
No definido

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LILIA YOJANA GUACARI CASTRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	52731916
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses
VALOR	$ 45.771.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	2025-04-08
FECHA DE TERMINACIÓN	07/03/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	$ 4.161.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2025-05-01 - 2025-05-31
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE A EMERGENCIAS EN PARQUES Y ESCENARIOS BAJO ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES, EVIDENCIAS Y UBICACIÓN
Obligación 1: Obligación No. 1: Brindar atención de primeros auxilios dentro de los parques, escenarios y senderos administrados por el IDRD activando las rutas de emergencia según sea necesario y garantizando la estabilidad de los signos vitales del usuario, hasta la entrega del usuario afectado a la ambulancia o a su responsable en caso de emergencia.	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2025, no se realizo activación del servicio de emergencias al 123 o al CRUE, ni uso del equipo desfibrilador externo automático (DEA), en los parques asignado Meissen, Patio Bonito, Candelaria la nueva, cayetano cañizales y Centro de Felicidad Tunal (CEFE Tunal)

	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2025 se realizaron 2o atentaciones de primeros auxilios a usuarios del parque y CEFE Tunal. 3 de mayo de 2025 se realiza atención en primeros auxilios en CEFE Tunal, **Mónica Rodríguez**, edad 30 años que ingresa a practica libre y es oxigenorequiriente,a 1 litro, por indicación médica requiere hacer rehabilitación en piscina(no cuenta con documento de rehabilitación escrito) se realiza vigilancia constante durante la practica sin ninguna alteración, usuaria termina la actividad y sale consiente, alerta, orientada, del CEFE con su soporte de oxígeno a 1 litro saturando 98% y frecuencia cardiaca de 82 latidos por minuto en compañía de familiar 3 de mayo de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **Camilo Rodríguez** en CEFE Tunal, quien presento caída de su propia altura hacia el lado derecho, se realiza valoración y no hay alteración de limitación al movimiento ni laceración, menor queda consiente alerta orientado en compañía de familiar, salen del escenario por sus propios medios. 3 de mayo de 2025 se realiza atención de primeros a **Andrés Felipe Rivera** en CEFE Tunal quien presento caída de su propia altura y se lacera rodilla izquierda, se realiza curación con gasa y solución salina y se deja descubierto, menor queda consiente alerta orientado en compañía de acudiente, se retirarán del escenario por sus propios medios. 3 de mayo se realiza atención en primeros auxilios **Dilan Sáenz**, quien se encuentra en entrenamiento presenta dolor en miembros superiores izquierdo nivel del hombro, se realiza llamado al acudiente Andrés Sáez, en valoración no se observa malformación ni limitación al movimiento, menor queda consiente alerta orientado en compañía de acudiente, se retirarán del escenario por sus propios medios. 3 de mayo de 2025: se realiza atención en primeros auxilios **Alejandro Velasquez** Camargo en CEFE Tunal, quien presento caída de su propia altura en el baño , se realiza valoración en compañía de acudiente , no hay alteración de limitación al movimiento ni laceración, menor queda consiente alerta orientado en compañía de familiar, salen del escenario por sus propios medios. 4 de mayo de 2025 se realiza atención en primeros auxilios a **Angela Cristina Hernández** en parque Tunal, Se atiende a usuaria en pista de skate, presenta caída de su propia altura sin perder conocimiento, se realiza valoración y se observa hematomas y laceración en cuero cabelludo, se coloca collar cervical se realiza curación en laceracion con solución salina 0.9/, se hace acompañamiento en silla de ruedas hasta salida del parque para ser llevada al servicio de urgencias para valoración respectiva sale consciente, alerta, orientada por sus primos medios en compañía de amiga Algela Malpica. 6 de mayo de 2025 se realiza atención en primeros auxilios en parque Tunal a **José Castillo Cárdenas**

Obligación 3: Obligación No. 3. Realizar mensualmente tres campañas de prevención y promoción de la salud, enfocándose en prácticas saludables y el buen uso de los servicios de los parques y escenarios asignados, presentando al profesional encargado la temática a divulgar con previa anticipación	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2025 se realiza tres capacitaciones: Mayo 8 de 2025. Capacitación, signos vitales a 14 usuarios del CEFE Tunal del grupo de 0 a 100, al ingreso de la actividad física. Mayo 18 de 2025, Capacitación, Información general de ingreso y recogida de menores de edad , en CEFE tunal a 21 padre y/o acudientes de los menores del programa de 0 a 100. Mayo 27 de mayo de 2025, Capacitación, practica Libre a 19 usuarios del CEFE Tunal.
Obligación 4: Obligación No. 4. Reportar el inventario de equipos e insumos de primeros auxilios en el formato correspondiente, dentro de los primeros cinco días de cada mes, detallando insumos faltantes, vencidos o en mal estado, para su disposición y reposición adecuada.	Durante el periodo comprendido del 1al 30 de mayo de 2025. Se realizan recorridos e inventarios generales de insumos de enfermería en CEFE tunal y Parque Meissen. 3 de mayo se realiza recorrido e inventario general en CEFE Tunal y solicitud de insumos en su respectivo formato de inspección de botiquines tipo C, se envía correo de solicitud a enfermera jefe Adriana Celis, el día 7 de mayo de 2025. 13 de mayo se realiza recorrido e inventario general en el parque Meissen y solicitud de insumo en su respectivo formato de inspección de botiquines tipo C, se envía correo de solicitud a enfermera jefe Adriana Celis, el día 31 de mayo de 2025

Obligación 5: Obligación No. 5. Hacer uso adecuado y mantener en buen estado los dispositivos médicos asignados bajo inventario; reportando cualquier anomalía y gestionando mensualmente las hojas de vida d ellos mismos	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2025 Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos del CEFE Tunal y parque Meiseen. 6 de mayo de 2025 Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos de CEFE Tunal, DEA marca SCHILLER FRED, con placa de inventario institucional 40472 en buen estado, pila cargada con fecha de vencimiento 2028-5, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 abril de 2025,N° 43190 un juego de parches adulto fecha de vencimiento 2025-11-02, un juego de parches pediatrico fecha de vencimiento 2026-02-19. Los cuales se encuentras abiertos y en buen estado, Equipo se observa en buen estado, se hace prueba de sonido sin novedad. Tensiómetro Marca Tenso, color verde calibrado, con fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. Fonendoscopio Marca Tenso, color verde con olivas y membrana en buen estado con fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. Pulsioxímetro marca CholceMMod, color azul funcional, con baterías cargadas, en estuche verde, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. Glucómetro marca VivaChekEco, color blanco funcional, en estuche color negro en buen estado con baterías cargadas, con lápiz, lancetas y tiras reactivas, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. Termómetro digital marca SUPREME, color blanco con azul, en estuche plástico trasparente, baterías cargadas, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. 13 de mayo de 2025, Se realiza verificación y estado en parque Meissen de equipo DEA marca SCHILLER FRED, con placa de inventario institucional 39332 en buen estado, pila cargada, fecha de mantenimiento preventivo el día 2025- 04,N° 42902, un juego de parches adulto y un juego de parches pediátrico cerrados en buen, se hace prueba de sonido sin novedad.
Obligación 6: Obligación No. 6. Mantener el área de trabajo en condiciones óptimas, realizando la limpieza y mantenimiento semanal de equipos, insumos y dispositivos médicos; realizar la verificación de rótulos, envases y fechas de los insumos para garantizar su uso adecuado, registrando esta actividad en el formato correspondiente	El día 2 de mayo se realiza limpieza y desinfección de manera terminal del área de primeros auxilios del CEFE tunal. Se realiza desinfección del área y de los equipos cada vez que se usan en un usuario de esta manera se evita contaminación y realizar cruce de enfermedades.

Obligación 7: Obligación No. 7. Participar en los procedimientos de prevención y atención de emergencias conforme a las normas técnicas legales y al Plan de Emergencias y Contingencias del parque o escenario	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2025, se realiza inspección de extintores y camilla del CEFE Tunal el 7 de mayo y parque Meissen el13 de mayo de 2025. 7 de mayo de 2025 se realiza verificación y estado de 29 extintores en CEFE Tunal en formato de inspección de extintores, de los cuales 22 extintores son multipropósito de 10 libras,16 extintores se encuentran en gabinete sin ninguna novedad, 2 extintores de 15 extintores libras CO2 sin novedad, 5 extintores de 10 libras SOLKAFLAM sin novedad. 7 de mayo de 2025 se realiza verificación y estado de 3 tablas espinal FELL y 2 espinales blancos en CEFE Tunal las cuales 3 se encuentran con sus respectivos inmovilizadores cefálicos, cervicales y arnés. Sin novedad. 13 de mayo de 2025 se realiza verificación y estado de 6 extintores del parque Meissen en formato de inspección de extintores, donde se observa que 2 extintores vencidos 1 de 15 libras CO2 en cuarto de mantenimiento, 1 de 20 libras, multipropósito en cuarto de bombas, ninguno cuenta con soporte, señalización ni demarcación. 13 de mayo de 2025 se realiza verificación y estado de 1 tabla espinal FELL con arnés e inmovilizador cefálico, 1 tabla pediátrica sin arnés ni inmovilizadoras, 1 tabla FELL sin arnés e inmovilizador cefálico en parque Meissen, sin soporte ni señalización.
Obligación 8: Obligación No. 8. Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas, estableciendo estrategias de comunicación con el equipo de trabajo para garantizar la transmisión oportuna y clara de información al supervisor.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de mayo de 2025, asistí el 29 de mayo se asiste a reunión mensual de enfermería en el IDRD con el supervisor de contrato Edwin Pinzón, enfermera jefe Adriana Celis y grupo de enfermería.
Obligación 9: Obligación No. 9. Apoyar la proyección y presentación oportuna de respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con os proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos.	Durante el periodo comprendido del 1 la 30 de mayo de 2025, no se requirieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos, en los escenario CEFE Tunal, Parque Meissen, Patio Bonito, Candelaria la nueva y cayetano cañizales

Obligación 10: Obligación No. 10. Elaborar y cargar mensualmente en la plataforma SECOP II el informe de ejecución de la gestión realizada, debidamente firmado por el supervisor, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, dentro de los plazos establecidos.	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2025 ,Se realizará cargue de informe aprobado del mes de abril por el supervisor de contratos en el secop II al contrato # CPS 1525-2025
Obligación 11: Obligacion No 11. Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por el supervisor que estén relacionadas con el objeto del contrato, incluyendo el diligenciamiento de la bitácora de actividades	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en CEFE Tunal, parque Meissen, patio bonito, Candelaria y Cayetano Cañizalez, donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas de los escenarios ya mencionados.


3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	FAMISANAR	$ 159.600,00
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 204.200,00
PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	$ 31.100,00
	TOTAL	$ 394.900,00

Ver Planilla de Pago

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista

Nombre Completo: LILIA YOJANA GUACARI CASTRO

No. Identificación: 52731916

Cargo: CONTRATISTA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones contractuales y las tareas asignadas en los tiempos pactados, demostrando su compromiso, calidad y colaboración con el equipo de trabajo.



Firma Supervisor

Nombre Completo: EDWIN ALBERTO PINZON PORRAS

No. Identificación: 79688038

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02