FICHA TÉCNICA
REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD

ITEM	EQUIPO	CARACTERISITICAS TÉCNICAS LOTE No. 7	GARANTIA MINIMA (AÑOS)	CANTIDAD	SITIOS DE ENTREGA
1	FONENDOSCOPIO ADULTO	Fonendoscopio adulto dos servicios, tipo profesional, con campana para detectar ruidos de baja frecuencia y membrana para detectar ruidos de alta frecuencia, membrana en policarbonato campana en material de acero inoxidable, con aro aislante que evita que el paciente sienta frío y rechace la exploración. Con olivas auriculares suaves, cada equipo debe ser entregado con olivas de repuesto.	01	27	Almacén JEFSA (CATAM-Bogotá D.C.)
2	FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO	Fonendoscopio pediátrico dos servicios, tipo profesional, con campana para detectar ruidos de baja frecuencia y membrana para detectar ruidos de alta frecuencia, con membrana en policarbonato campana en material de acero inoxidable, con aro aislante que evita que el paciente sienta frío y rechace la exploración. Con olivas auriculares suaves, cada equipo debe ser entregado con olivas de repuesto.	01	13	Almacén JEFSA (CATAM-Bogotá D.C.)
3	MARTILLO DE REFLEJOS	De tres servicios o tipo Buck, fabricado en aleación de zinc y cabeza en PVC de doble extremo. Mango ergonómico y removible con punta tipo alfiler y escobetilla.	01	64	Almacén JEFSA (CATAM-Bogotá D.C.)
4	KIT LARINGOSCOPIO FIBRA ÓPTICA	Laringoscopio, de fibra óptica con luz led blanca. Mango en acero inoxidable, diseño estriado o acanalado para fácil agarre, con fuente de alimentación de batería tipo C, porta bombillo retráctil y de fácil retiro. Que cumpla norma técnica UNE / EN / ISO 7376 Hojas con fibra óptica recubierta en acero inoxidable y esterilizable a 134°C con kit de hojas de diferentes tamaños Rectas No. 00 No.0, No.1, No. 2, No. 3, No. 4 Curvas: No.1, No. 2, No. 3, No. 4 El equipo debe incluir estuche rígido, donde se almacenen todas las piezas solicitadas. Con guía rápida de manejo en formato digital, con manuales de operación y de servicio técnico en idioma original y en traducción simple al español.	01	16	Almacén JEFSA (CATAM-Bogotá D.C.)

1. **OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL CONTRATISTA:**

A- Los equipos ofertados serán de marca y calidad reconocida en el mercado, cumpliendo con todas las normas técnicas y de seguridad, garantizando excelente funcionamiento durante el período de vida útil y no generando riesgo para el operario del equipo ni para el paciente.

B- Los equipos y elementos ofertados para la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana son nuevos (no debe superar los 02 años después de su fabricación), no re manufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento y sin uso previo.

C- Entregar los documentos de importación y de legalización de los equipos, dado el caso de salir favorecidos en la adjudicación.

D- Suministrar los manuales técnicos y de usuario, en idioma original y una copia en traducción simple al español, dado el caso de salir favorecidos en la adjudicación.

E- El contratista deberá efectuar el transporte y entrega de los equipos en el lugar de entrega descrito en el presente anexo técnico, para los equipos que aplique deberá efectuar la instalación y puesta en funcionamiento de la misma de acuerdo al lugar de entrega y/o el lugar de instalación que disponga la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana

F- En caso de ser requerido por el supervisor realizar todas las visitas técnicas correctivas para el equipo (incluye mano de obra e instalación de repuestos) que sean necesarias para los equipos ofrecidos durante el periodo de la garantía, sin ningún costo para Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y corrección de fallas

G- Garantizar la consecución de repuestos en el mercado por el tiempo de vida útil de los mismos.

H- Brindar la garantía mínima requerida en la ficha técnica en los sitios de destinación (descritos en el Anexo Técnico). Además estar en capacidad, si posterior a la entrega el bien comprado sufriere daños ya sea por defectos de fabricación, deficiente funcionamiento o mala calidad de las piezas, elementos o accesorios que lo conforman y fuere necesario el cambio total del bien, objeto de la presente contratación, esta deberá hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haberse presentado tal anomalía y dejar inmediatamente en préstamo e instalado un equipo con las mismas características técnicas, durante el tiempo que dure la reposición del nuevo equipo.

I- En caso de requerirse en función de la complejidad de las características técnicas del equipo y de acuerdo a solicitud del supervisor, el contratista brindará durante el periodo de garantía, capacitación al personal que la FAC seleccione, para mantenimiento preventivo y correctivo, que se debe efectuar al equipo.

J- En caso de requerirse en función de la complejidad de las características técnicas del equipo y de acuerdo a solicitud del supervisor, el contratista brindará durante el periodo de garantía, capacitación en cuanto a su manipulación, operación y cuidado al personal que opere los equipos a adquirir.

2. **CERTIFICADO DE LA CLAUSULA DE CATALOGACIÓN:** El proponente deberá proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 2018) para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las obligaciones de la Cláusula de Catalogación. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato

ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO

CT. DULZURA RODRIGUEZ CAVIEDES
GERENTE DEL PROYECTO