EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS IMPLAMEQ

REQUISITO	REQUISITOS TECNICOS	LOTE N°04 CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Catálogos	NO CUMPLE	MANEJAN TALLA UNICA Y EN EL ANEXO SE SOLICITAN DIFERENTES DIAMETROS
2	Registro Sanitario INVIMA	CUMPLE	
3	Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA):	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
4	Autorización de distribución del fabricante	CUMPLE	
5	Certificación fecha de vencimiento	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
6	Certificación desinfección y lavado del instrumental	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
7	Certificación manejo de contenedores	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
8	Certificación de calidad CA y/o CE	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
9	portafolio	NO CUMPLE	APORTA PORTAFOLIO CON DIAMETROS DIFERENTES, PERO EN EL CATALOGO SOLO SE MUESTRAN UN SOLO DIAMETRO
10	Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3)	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO
11	Certificación de Apoyo tecnológico	CUMPLE	APORTA CERTIFICADO

SMSM **JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ**
EVALUADOR