BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ADENDA No. 1

PROCESO CD-293-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES Y USUARIOS DEL SUBPROCESO DE IMAGENOLOGÍA NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO EN TOMA DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS CON RADIACIONES IONIZANTES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia, responsabilidad y demás descritos en el Estatuto de Contratación Acuerdo 064 de 2024 de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**., se hace necesario modificar el cronograma y el anexo técnico del proceso CD-293-2025, previamente establecido y publicado a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones allegadas por los interesados del proceso, por tanto, se modifica así;

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso así:

ETAPA	FECHA	LUGAR
Recepción de ofertas en SECOP II	04 de julio de 2025 Hasta las 3:00 pm.	SECOP II
Apertura de ofertas en el SECOP II	04 de julio de 2025 Hasta las 3:01 pm.	SECOP II
Evaluación de requisitos habilitantes	Del 04 al 08 de julio de 2025.	N.A.
Publicación de resultados de la evaluación de requisitos habilitantes a través del SECOP II.	09 de julio de 2025	SECOP II
Observaciones a la evaluación de requisitos habilitantes y/o Recepción de Subsanaciones a través del SECOP II.	10 de julio de 2025 Hasta las 3:00 pm	SECOP II
Publicación de respuestas a las observaciones e informe definitivos de evaluaciones de requisitos habilitantes y económica y ponderables a través del SECOP II.	11 de julio de 2025	SECOP II
Comunicación de Adjudicación y/o declaratoria de desierta	Entre el 14 y 16 de julio de 2025	SECOP II

SEGUNDO: Ajustar el numeral ***3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR,*** el cual quedará así:

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDADES REQUERIDAS	CARCTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD
1	Chalecos Plomados estándar adulto	(Con soporte en espalda y cadera) Ver imagen.Protección: 0,5 mmPb Eq, Atenuación:≥ 98% aprox., Peso aprox.: 3,5 a 6 kg (Varía según talla). Talla: adulto Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección pacientes y/u operarios contra rayos X que no superen los 150 Kv, chaleco-estándar-adulto		42	N/A	1	UN

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDADES REQUERIDAS	CARCTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD
2	Chalecos Plomados estándar pediátrico	(Con soporte en espalda y cadera) Ver imagen.Protección: 0,5 mmPb Eq, Atenuación: ≥ 98% aprox., Peso aprox.: 3,5 a 5 kg (Varía según talla). Talla:pediátrico, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección pacientes contra rayos X que no superen los 150 Kv, chaleco-estándar-pediátrico		14	N/A	1	UN
3	Chalecos Plomados completos linea de cirugia	Protección: 0,5 mmPb Eq. Atenuación: ≥ 98% aprox. Peso aprox.: 1,5 a 6 kg (Varía según talla). Talla: xs, s, m, l, xl. Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox. Aplicación: TOE en intervencionismo, que no superen los 150 Kv de energía del haz disperso.		24	N/A	1	UN
4	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: entre 96.4% - 98,1% aprox., Peso aprox.: entre 0,35 - 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.		62	Adultos	1	UN
5	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: entre 96.4% - 98,1% aprox., Peso aprox.: entre 0,35 - 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.		14	Pediátricos	1	UN
6	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: entre 96.4% - 98,1% aprox., Peso aprox.: entre 0,35 - 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.		62	Adultos	1	UN
7	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: entre 96.4% - 98,1% aprox., Peso aprox.: entre 0,35 - 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: protección operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.		14	Pediátricos	1	UN

Los demás requisitos se mantienen.

Dada en Bogotá D.C., el primer (1) día de julio de 2025.

La presente se perfecciona con la publicación y aprobación electrónica

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.