



ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE **MINIMA CUANTIA - MC-111-2025-HOMIL**

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN PARA LOS PACIENTES DE NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL MILITAR – MC-111-2025-HOMIL

LABORATORIOS BAXTER S.A

NIT: 890.300.292-0

ÍTEM	ELEMENTO REQUERIDO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Equipo para administración de Glóbulos Rojos en Bomba de Infusión	<ol style="list-style-type: none">1. Empaque individual estéril, esterilizado con óxido de etileno2. Llave reguladora que al cerrar completamente no permita el paso de líquido.3. Material flexible.4. Libre de látex con menos del 0.1% p/p de DEHP.5. Equipo sin puerto en Y para evitar conexiones simultaneas con el componente sanguíneo.6. Sistema de clampeo que al retirar de la bomba impida el anti flujo libre de cualquier solución.7. Con mecanismo peristáltico que garantice no causar hemolisis de los glóbulos rojos.8. Permita el paso de 4 unidades con el mismo set o un tiempo inferior al uso de 4 horas.9. Con doble cámara de gotas una para filtro de mínimo 0.2 micras y la segunda cámara con una hélice que permite que el glóbulo rojo No se hemolice al caer por la cámara de gotas.10. Debe ser compatible con las bombas de infusión instaladas en los servicios de pediatría y neonatología del Hospital Militar	CUMPLE

CRITERIOS DE HABILITACION TÉCNICA PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
CERTIFICADO DE COMERCIALIZACIÓN	El oferente deberá aportar certificado dado por INVIMA para la comercialización de los equipos para administración de Glóbulos Rojos	CUMPLE

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

CA-CORE-PR-01-FT-01 V4



ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE **MINIMA CUANTIA - MC-111-2025-HOMIL**

REGISTRO SANITARIO	El oferente deberá aportar registro sanitario vigente dado por el INVIMA, si no requiere deberá aportar certificado donde se especifique esta excepción	CUMPLE
---------------------------	---	---------------

CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LABORATORIOS BAXTER S.A NIT: 890.300.292-0	CUMPLE

Diana C. Jaimes C.

Bacterióloga **Diana Carolina Jaimes Cáceres**
Servidor Misional en Sanidad Militar
Comité Técnico Evaluador