

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN</b>			

FECHA	2025-01-08	ITEM	1
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Soporte en acero inoxidable para cajas de petri de 90 *15 mm apilables de capacidad de 36 a 40 cajas			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Unidad			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
Ninguna.			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Soporte de laboratorio para placas de Petri con capacidad de 36 a 40 cajas de 90 *15 mm apilables en acero inoxidable autoclavable.			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivios, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION</b>		

FECHA	2025-01-08	ITEM	2
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Soporte en acero inoxidable para bolsa tipo Stomacher de capacidad 400 mL			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Unidad			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
Ninguna			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Soporte en acero inoxidable para bolsa tipo Stomacher de capacidad 400 mL en acero inoxidable autoclavable y apilable.			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5		
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION</b>		

FECHA	2025-01-08	ITEM	3
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Aplicadores sin algodón			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Caja X1000 unidades o su cantidad equivalente en diferentes presentaciones			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Aplicador de madera sin algodón			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5		
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION</b>		

FECHA	2025-01-08	ITEM	4
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Rollo de gasa aséptica hospitalaria de 1X 82 metros			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Unidad			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
NTC 2140. Registro INVIMA.			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas. Color Blanco y libre de olores. Elaborada con hilaza de algodón 100%. Urdimbre con 8 a 22 hilos x 2.54 cm. Sin almidones ni dextrinas y con una mínima carga bacteriana conforme a las especificaciones microbiológicas requeridas por INVIMA. □			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1</b>	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN</b>			

FECHA	2025-01-08	ITEM	5
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Rollo de pita			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Rollo X 100 m			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Pita ó Piola, color natural, resistente, 2 cabos, calibre 15, Rollo por 100 metros.			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>SopORTE técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
<b>Proceso</b>	<b>Nombres y apellidos</b>	<b>Área</b>	<b>Firma</b>
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5		
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION</b>		

FECHA	2025-01-08	ITEM	6
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Tapas autojustables en acero inoxidable o polipropileno para tubos de 18 mm			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Caja x 100 o su cantidad equivalente en diferentes presentaciones			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Las tapas autoajustables que proporcionen un cierre firme y positivo de tubo de cultivo al tiempo que permite un intercambio de gas controlado. Material y acabado autoclavable, adecuadas para todos los tamaños de tubos de ensayo estándar y se ajustan a tubos de vidrio con un diámetro exterior ,18 mm. Insumo utilizado para el área de Microbiología de alimentos como parte de los procesos analíticos			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5		
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACION</b>		

FECHA	2025-01-08	ITEM	7
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Tapas autojustables en acero inoxidable o polipropileno para tubos de 16 mm			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Caja x 100 o su cantidad equivalente en diferentes presentaciones			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Las tapas autoajustables que proporcionen un cierre firme y positivo de tubo de cultivo al tiempo que permite un intercambio de gas controlado. Material y acabado autoclavable, adecuadas para todos los tamaños de tubos de ensayo estándar y se ajustan a tubos de vidrio con un diámetro exterior ,16 mm. Insumo utilizado para el área de Microbiología de alimentos como parte de los procesos analíticos			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Area	Firma
Elaboró	Natalia Charry Uribe	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN</b>			

FECHA	2025-01-08	ITEM	8
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Encendedor			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Unidad			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Encendedor tipo antorcha, recargable, con bloqueo de encendido, que incluya combustible y flama ajustable.			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Area	Firma
Elaboró	Natalia Charry	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.



	<b>SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código Documento: 040GCF166</b> <b>Fecha de Emisión: 2024-04-29</b> <b>Página: 1/1</b>	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
<b>FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN</b>			

FECHA	2025-01-08	ITEM	9
<b>1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO</b>			
Guantes de carnaza para temperaturas altas Talla M			
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>			
Unidad (Par)			
<b>3. NORMATIVIDAD APLICABLE</b>			
No aplica.			
<b>4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>Especificaciones y Características técnicas mínimas:</b> Guantes con revestimiento de lana 11 onzas con fondo de algodón de 35 cm de largo. Para protección de manos hasta 593 °C. Talla M			
<b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica.			
<b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> No aplica.			
<b>Soporte técnico:</b> No Aplica.			
<b>Garantía técnica:</b> El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
<b>Certificaciones técnicas:</b> Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
<b>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:</b> Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
<b>5. APROBACIONES</b>			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Natalia Charry	Profesional Universitario - VAC - Microbiología de alimentos	
Aprobó	Herbert Iván Vera Espitia	Profesional Especializado - Referente VAC	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.