

	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			
FECHA	2025-01-08	ITEM	1
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Kit de derrames biológicos Mediano			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Unidad			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Registro INVIMA Ley 9 de 1979 por la cual se establece el Código Sanitario Nacional.			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones: El kit de derrames debe contener los siguientes elementos: Recipiente plástico para almacenamiento ; Guantes de nitrilo un par por talla; tapabocas N95; Detergente y desinfectante inactivador de sustancias de riesgo biológico (100- 250 ml); solificador de líquidos que no sea a base de polímeros (Entre 40g - 100g) ; toallas de alta absorbencia medianas ; 2 Bolsas rojas contramarcadas con riesgo biológico; Recogedor y escobilla de polipropileno ; cinta de acordonamiento y aislamiento ; protocolo de inactivación de derrames.			
Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica			
Garantía: Fecha de vencimiento mínimo 2 años a la entrega aplicable a los productos : Detergente y desinfectante y solificador de líquidos, tapabocas N95.			
Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales.			
Elaboró	Sandra Liliana Gómez	Profesional Especializado	
Aprobó	Sandra Liliana Gómez	Profesional Especializado	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica