



	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1
Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivios, Angie Arias Fecha de revisión: 2024-04-26	Aprobó: Mary Luz Gómez Fecha de aprobación: 2024-04-29 Versión: 5
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN		

FECHA	2025-01-08	ITEM	14
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Bolsas rojas autoclavables a 134°C			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Paquete por 100 unidades, o su equivalencia en otras presentaciones			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
REGISTRO INVIMA			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<p>Especificaciones: Bolsas de polipropileno para altas temperaturas para la descontaminación y la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes, color rojo. Con indicador de esterilidad que cambia de color durante el autoclavable preferiblemente. Con impresión de símbolo Biohazard.- Riesgo biológico No tóxico</p> <p>Características técnicas mínimas . Polipropileno autoclavable hasta 134°C o 140°C , grosor de 30 a 40 µm, tamaño 70 – 80 cm x 70 – 80 cm. Volumen 40 - 50 litros. Con resistencia a agentes químicos y disolventes Con normas de precaución que deben tenerse en cuenta a la hora de manejar las bolsas (en español, inglés, francés y alemán). Para la eliminación segura de residuos biológicos Diseñadas específicamente para la eliminación de residuos contaminados en autoclaves o incineradoras Impresas con un aviso de peligro biológico</p> <p>Fecha de vencimiento: No aplica Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica.</p> <p>Garantía técnica: Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas y las normas técnicas relacionadas.</p> <p>Certificaciones técnicas: ISO 9001 Norma ISO 24998: 2008.</p> <p>Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.</p>			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Sandra Liliana Gómez	Profesional Especializado - Referente VE	
Aprobó	Sandra Liliana Gómez	Profesional Especializado - Referente VE	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.