



Laboratorio de Metrología

CEL: (057) 3016250345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número:

V 1310

Number

Página /Pages

1 de 2

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached

2

INSTRUMENTO:

Instrument

CAZUELA CASAGRANDE

FABRICANTE:

Manufacturer

RYR

MODELO:

Model

N/P

NÚMERO DE SERIE:

Serial Number

N/P

RANGO DE MEDICIÓN:

Measurement Range

mm 0 mm 10

SOLICITANTE:

Customer

consultoria y supervision de estructuras cse sas

DIRECCIÓN, CIUDAD:

Address

CR 2 B 42 10 BARRIO SANTA INES TUNJA, BOYACA (CO)

SITIO DE CALIBRACIÓN:

Site calibration

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of calibration

2023-11-17

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE EXPEDICIÓN:

Date of issue

2024-11-17

(aaaa-mm-dd)

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: dos (2)

Number of pages of this certificate and Documents Attached

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing Laboratory assumes no responsibility for damaged ensuing of mis use of the calibrated instruments.

El presente certificado no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de Rossemberg Ingeniería SAS

This report may not be partially or totally reproduced without the written approval of Rossemberg Ingeniería SAS

El usuario es responsable de la nueva calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having the apparatus calibrated at appropriate intervals

FIRMAS AUTORIZADAS :

authorized signatures

Tec. EDINSON CAMPUZANO
Asistente Técnico de Metrología
Revisado por - Checked By

Sr. ROSSEMBERG INDABURO.
Jefe de Departamento de Metrología
Aprobado por - Approved By

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Fecha: viernes, 17 de noviembre de 2023

Número:

V 1310

Página /Pages

1 de 2

Number

Número de páginas incluyendo anexos

2

Number of pages and documents attached

Ensayo de resiliencia (%)	Medida	Norma
	85	77 a 90

	A	B	C	E	J	K	L	M	U
Especificacion (mm)	54	2	27	56	60	50	150	125	47
Tolerancia	± 0,5	± 0,1	± 0,1	± 2	± 1	± 2	± 2	± 2	± 1
Medida	54,00	2,05	24,02	56,06	60,02	50,01	150,01	125,02	47,03

De acuerdo a las mediciones realizadas se otorga el certificado No. **0,000**

Trazabilidad

Patrones de calibración utilizados durante la calibración

Equipo	Fabricante	Rango de medición	Certificado	Entidad que emitió el certificado
Escala Patrón	G.BOPP	0.....1,6 mm	14922	
Pie de Rey Digital	Mitutoyo	0.....150 mm	CCLD9221	

