CONVOCATORIA PUBLICA No. 06 del 2025

ADENDA No. 02

El Gerente y Representante legal de la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador de Ubaté, está interesada en recibir propuestas de personas naturales régimen común y/o jurídicas para contratar "**COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 00001220 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E EL HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE Y SEDES DEPENDIENTES**."

Que el propósito de la presente adenda es modificar el Anexo No. 1 del pliego de condiciones qué refieren la convocatoria citada en el encabezado de la presente, dada la verificación realizada por parte del equipo biomédico de la Institución, por error involuntario algunas características de la cinta métrica y el tallimetro estaban invertidas.

Con base en lo manifestado anteriormente, El Gerente de la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté procede a emitir la siguiente,

ADENDA No. 02

PRIMERO: Modificar el Anexo No. 1 de la Convocatoria Publica 06 del 2025 el cual quedara así:

DESCRIPCIÓN	CANT
BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO Balanza de plataforma digital reforzada, capacidad: 500 lb / 220 kg, resolución: 0.2 lb / 0.1 kg, pantalla , alimentación: 2 baterías de litio, funciones: interruptor lb / kg / st, apagado automático.	28
TENSIÓMETRO ADULTO. tensiómetro aneroide, manómetro de alta precisión, rango de indicación de presión 0 ~ 300 mmhg, exactitud certificada a ± 3 mmhg, brazalete universal libre de látex	28
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS. Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios. modelo dúplex tamaño adulto, diafragma en aluminio, juego de olivas blandas, longitud mínima 65 cm, anillo de protección contra el frío	28
EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL. kit de órganos y sentidos, Espéculo auricular múltiple o desechable, un otoscopio iluminación fibra óptica luz blanca led, oftalmoscopio iluminación directa con luz led, rueda de ajuste de dioptrías, interruptor de encendido / apagado, con dioptrías 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±10, ±15, ±20	28
PULSIOXÍMETRO. Oxímetro adulto, tipo pinza, pantalla led de alta resolución, apagado automático - peso aprox de 54g incluyendo baterías	28
TERMÓMETRO. Temperatura 16° c a 38° c ±5° c, resolución 0,2° c, almacenaje mínimo de 22 lecturas, apagado automático, fuente de alimentación: baterías alcalinas	28
CINTA MÉTRICA. Material Flexible, inextensible e impermeable, con divisiones cada 1 mm, que mida 0.5 cm o 0.7cm de ancho	28
TALLÍMETRO. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1 mm y desarmable	28
INFANTOMETRO. Con dos topes plegables: uno en el extremo y un tope deslizante en el cual genera la medida, rango de medida: mínimo de 0 - 110 cm, división de escala:1mm, liviano para su traslado con un peso aproximado 800g ± 100 g, material en aluminio o en polímero de abs	28

SEGUNDO: Las demás especificaciones fijadas en la Convocatoria Publica No. 06 del 2025 no surten modificación alguna.

Se expide la presente adenda en el Municipio de Ubaté a los quince (15) días del mes de julio del año 2025.

LUIS ALFREDO NIÑO BENÍTEZ
Gerente y Representante Legal
E.S.E. Hospital El Salvador Ubaté

Proyectado por: Erika Yohanna Pinilla Cañón – Asesora Jurídica Contratación.
Vo. Revisó: Sandra Janeth Rodríguez Martínez – Subgerente Administrativa