Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**EVALUACION ECONOMICA**		Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			Fecha de aprobación:	14/08/2018	
			Código:	15-00-FO-0009	

PROCESO CD-293-2025

2. OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES Y USUARIOS DEL SUBPROCESO DE IMAGENOLOGÍA: CHALECOS PLOMADOS PARA ADULTOS, CHALECOS PLOMADOS PEDIÁTRICOS, PROTECTORES TIROIDEOS Y GONADALES, YA QUE SON ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA EN TOMA DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS CON RADIACIONES IONIZANTES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE

3.ITEM	4. ARTICULO	5. REFERENCIA	6. CANTIDAD	6.1 UNIDAD	7. VALOR DE RFERENCIA	CR EQUIPOS SA				
						8.PRECIO UNITARIO	9.IVA	10. PRECIO UNITARIO + IVA	11.VALOR TOTAL	PUNTAJE EV. ECONOMICA
1	Chalecos Plomados estándar adulto	(Con soporte en espalda y cadera) Ver imagen.Protección: 0,5 mmPb Eq, Atenuación: 98.1% aprox., Peso aprox.: Entre 3.5 y 5 kg (Varía según talla). Talla: adulto Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: pacientes contra rayos X que no superen los 150 Kv, chaleco-estándar-adulto	42	UN	$ 1.227.493	$ 1.022.911,11	$ 194.353,11	$ 1.217.264,22	$ 51.125.097,19	
2	Chalecos Plomados estándar pediátrico	(Con soporte en espalda y cadera) Ver imagen.Protección: 0,5 mmPb Eq, Atenuación: 98.1% aprox., Peso aprox.: 3.5 y 2.6 kg (Varía según talla). Talla:pediátrico, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: pacientes contra rayos X que no superen los 150 Kv, chaleco-estándar-pediátrico	14	UN	$ 824.824	$ 687.352,93	$ 130.597,06	$ 817.949,98	$ 11.451.299,73	
3	Chalecos Plomados completos línea de cirugía	Protección: 0,5 mmPb Eq. Atenuación: 98.1% aprox. Peso aprox.: 1.5 kg (Varía según talla). Talla: xs, s, m, l, xl. Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox. Aplicación: TOE en intervencionismo, que no superen los 150 Kv de energía del haz disperso.	24	UN	$ 1.227.493	$ 1.022.911,11	$ 194.353,11	$ 1.217.264,22	$ 29.214.341,25	
4	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: 98.1% y 96.4% aprox., Peso aprox.: 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.	62	UN	$ 337.723	$ 281.435,99	$ 53.472,84	$ 334.908,83	$ 20.764.347,47	**500**
5	Protectores Tiroideos estándar	Protección estándar 0,5 mm pb Equivalencia. 5 de 24" y 5 de 26,5 " de longitud. Ver imagen. Protección: 0.5/0.25 mmPb Eq. Atenuación: 98.1% y 96.4% aprox., Peso aprox.: 0.4 kg (Varía según talla). Talla: m y l, Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox., Aplicación: operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.	14	UN	$ 337.723	$ 281.435,99	$ 53.472,84	$ 334.908,83	$ 4.688.723,62	
6	Protectores de Gónadas	Protección: 0,5 mmPb Eq. Atenuación: 98.1% aprox. Peso aprox.: 0.74 Kg. Talla: adulto y pediátrico. Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox. Aplicación: operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.	62	UN	$ 333.200	$ 277.666,67	$ 52.756,67	$ 330.423,33	$ 20.486.246,67	
7	Protectores de Gónadas	Protección: 0,5 mmPb Eq. Atenuación: 98.1% aprox. Peso aprox.: 0.74 Kg. Talla: adulto y pediátrico. Composición: 75% Pb y 25% pvc aprox. Aplicación: operarios contra rayos X que no superen los 150 kV.	14	UN	$ 252.032	$ 210.027,07	$ 39.905,14	$ 249.932,21	$ 3.499.050,93	
		TOTAL							**$ 141.229.107**	**500**

12. FECHA: 11 JULIO DE 2025

13. OBSERVACIONES:

1.Para realizar la evaluación, sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan resultado HABILITADAS, como consecuencia de la verificación de la capacidad técnica, de experiencia, jurídica, financiera y cumpla con la verificación de Sarlaft, acorde con lo establecido en el estudio previo.

2. De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015 y la guia para el manejo de ofertas artificialmente baja en el proceso de contratación G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente, no se solicitó aclaración a ningún proponente del proceso CD-293-2025, debido a que ningún Ítem de la propuesta se consideraro inicialmente como artificialmente bajos.

3.Se verifica de manera detallada tanto el valor unitario ofrecido para el ítem, así como el total de la oferta realizada.

4.Se verifica que, los valores unitarios ofertados, no superen el precio techo unitario del Estudio de Mercado EM-174-2025.

5.Se le asignan 500 puntos a la propuesta de menor valor, aquella que resulte más favorable para la Subred Sur Occidente E.S.E y que cumplen con los requisitos habilitantes y económicos. Los proponentes con el resultado favorable se encuentran detallados al inicio del documento.

6.De acuerdo con lo establecido en los ESTUDIOS PREVIOS CD-293-2025, la propuesta debe ser presentada para la totalidad de los ítems objeto del proceso, la verificación, selección y posterior adjudicación del contrato, se realizará de manera TOTAL.

7.Teniendo en cuenta el numeral 1 anteriormente descrito, el proponente SOLUCIONES ELECTROMERO SAS no cumple con los criterios para ser evaluado.

8. En ningún caso los valores ofrecidos podrán superar los establecidos como precios de referencia o techo, como resultado del ESTUDIO DE MERCADO a que se hace referencia en el numeral 7. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, de los ESTUDIOS PREVIOS CD-293-2025, Ve (13.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA).

Nathalia Calderon

14. NATHALIA CALDERON SANCHEZ
Profesional Universitario II

Elaboró: Nathalia Calderon
Cargo: Profesional Universitario II

Revisó: Jesus Vizcaino
Cargo: Profesional Especializado II