ANEXO II
CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN
Anexo a los procesos de contratación de bienes

El Contratista debe proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad Ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista	**Información del fabricante del artículo de abastecimiento**
Dirección: Cra. 44A N° 24A-22, Bogotá-Colombia	**Dirección:** 714-716, FORHU B/D, 58, WANGSIMNI-RO, SEONGDONG-GU - Corea del Sur
Nombre de la empresa contratista: INTELNET MEDICAL S.A.S	**Nombre de la empresa/ fabricante:** Eco Ray Co LTD
Teléfono: 3103056900	Teléfono: 7 82 70 8630 3420
Correo electrónico: solicitud.servicio@intelnetmedica.com	Correo electrónico: info@ecoviewmedical.com
Código de identificación: 800.204.547-5	Código de identificación
País de origen: Colombia	País de origen: Corea del sur

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante: Diagnostic X-Ray Systems
2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante HF-525 Plus
3. Ficha técnica del bien Se adjunta
4. Catálogo de partes No aplica
5. Numero OTAN (National Stock Number) No aplica en cado de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bines a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar 7 años
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar No aplica
9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar Elemento considerado como RAEE
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar Caja

GUÍA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.
2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. // Número de identificación asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien. // Documento que forma de sumario que contienen la descripción de la características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. en este de describe técnicamente el artículo.
4. Catálogo de partes. // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias pares, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Número OTAN (National Stock Number).En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencia de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.
6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.// En caso que el articulo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposición final al termino del Ciclo de vida del bien a suministrar.// Relacionar las instrucción claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.// La descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	089-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
Información del contratista	INTELNET MEDICAL S.A.S
Dirección	Cra. 44A N° 24A-22, Bogotá-Colombia
Nombre de la empresa	Intelnet Médica S.A.S.
Teléfono	3103056900
Correo electronico	solicitud.servicio@intelnetmedica.com
Número de Identificaciaón tributaria	800.204.547-5
País de origen	Colombia

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						**Datos a suministrar del artículo de abastecimiento**				
Descripción del articulo	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
Sistema de diagnóstico de rayos X	Unidad	$ 312.000.000,00	Eco Ray Co LTD	714-716, FORHU B/D, 58, WANGSIMNI-RO, SEONGDONG-GU - Corea del Sur	82 70 8630 3420	info@ecoviewmedical.com		Corea del Sur	Diagnostic X-Ray Systems	HF-525 Plus	No registra	Sistema de diagnóstico de rayos X	7 años - Elemento considerado RAEE . Equipo en caja de madera.

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

INTELNET MEDICA	**Ficha técnica de productos**	**CÓDIGO:** F-LL-01 **VERSIÓN:** 02 Pág. 1 de 2


Modelo	**HF525 PLUS STRAIGHT ARM**
Equipo	Sistema diagnóstico de Rayos X
Marca	ECORAY

DATOS DEL PROVEEDOR		**DATOS DEL FABRICANTE**	
Proveedor	Intelnet Médica S.A.S.	Fábrica	EcoRay Co., Ltd.
Dirección	Cra. 44A N° 24A-22, Bogotá-Colombia	País de Orígen	Corea del Sur
Teléfono	(+57) 1 2449682	**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**	
Servicio Técnico	(+57) 3103056900	Código ECRI	16-604
	01 8000 111 570	Clasificación por riesgo	IIB
	solicitud.servicio@intelnetmedica.com	Movilidad del equipo	Móvil
Tecnovigilancia	postventa.team@intelnetmedica.com	Vida útil	7 años
NIT	800.204.547-5	Clasificación biomédica	Diagnóstico
Página Web	www.intelnetmedica.com	Registro sanitario	INVIMA 2020EBC-0021178

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

Dimensiones de producto	**ANCHO**	**ALTO**	**PROFUNDO**	**Fuente de alimentación**	Electricidad	
	230 mm	240 cm	170 cm	**Tecnología predominante**	Electrónica	
Observaciones de dimensiones	Las dimensiones referidas en posición extendida			**PARÁMETRO**	**OPERACIÓN**	**ALMACENAJE**
Peso del equipo	250 Kg			Temperatura	10°C - 35 °C	-10°C - 60 °C
Voltaje de alimentación	380 VAC +/- 10%			Humedad	30 % - 65%	10 % - 90 %
Frecuencia de alimentación	50 / 60 Hz			Presión	700 - 1060 hPa	700 - 1060 hPa

INFORMACIÓN DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

IMAGEN DE EQUIPO	**OBSERVACIONES DE EMPAQUE**
	El equipo viene en una (1) caja de madera.

TRANSPORTE DE EQUIPO

CON EMPAQUE	**SIN EMPAQUE**
Transporte del equipo se debe realizar dentro del guacal con uso de montacargas.	La estabilidad del equipo durante el movimiento se asegura solo si la superficie del piso tiene una inclinación inferior a 5°. En caso de que la unidad deba moverse dentro de los departamentos del hospital, el brazo en C se colocará en la posición de estacionamiento. El usuario siempre aplicará la máxima atención al mover la unidad para evitar daños a personas u objetos o al unidad en sí.

ACCIONES SOBRE EL EQUIPO EN CASO DE ACCIDENTE

POR GOLPE	POR HUMEDAD	POR DESCARGA ELÉCTRICA
En caso de recibir un golpe el equipo con empaque, verifique la integridad del mismo y reporte a soporte técnico. En caso su golpe haya sido causado sin empaque, se debe proceder a revisar su operatividad por parte de un ingeniero de servicio para asegurar la funcionalidad del mismo. Inmediatamente traslade el equipo a "Descartados" hasta su revisión. Nunca intente encender el equipo luego del golpe.	Si la humedad fue sobre el empaque o cuagal verifique que esta no haya sobrepasado los plásticos de protección y haya tocado el equipo, en caso negativo cambie el empaque del equipo. Si la humedad ocurrió sin empaque seque la superficie y traslade el equipo a "descartado", reporte inmediatamente a servicio técnico para su revisión. No intente encender el equipo, puede generar fallo eléctrico severo en el equipo.	En caso de fallo por descarga eléctrica, desconecte inmediatamente el equipo de la línea eléctrica y reporte a servicio técnico para evaluar el daño. Retire el equipo y trasladelo a productos descartados.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Periodicidad del mantenimiento	Ejecución de mantenimiento cada 6 meses		
Según fabricante, requiere calibración?	SI	NO	**Periodicidad de calibración**

Observaciones de fabricante: El mantenimiento diario está a cargo del usuario o según lo especificado por el propietario del equipo, el que incluye control visual del equipo. No intente limpiar el interior del dispositivo. Limpie fuera del dispositivo para quitar el polvo con un paño suave y seco.

Fecha de última revisión: 22 de mayo de 2018

Elaboró: Natalia Cardozo Quintero — Gestión regulatoria, Calidad y servicio al cliente	**Revisó:** Wilson Lozano Rincón — Líder servicio postventa, regulatoria y calidad	**Aprobó:** Jaime Torres Ávila — Gerente General