Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO CVC No. 822 DE 2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORRORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES PARA EL GRUPO 4- EMISIONES ATMOSFERICAS"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTECUATRO MILLONES CUATRO PESOS MCTE ($124,000,004.00)

CONTRATISTA: REDES AMBIENTALES LTDA

SUPERVISOR: VALERIA FRANCO FRANKLIN

Se realiza alcance a acta de entrega y recibo final del contrato CVC No. 822 de 2024, de fecha del 02 de julio de 2025, dadas las siguientes consideraciones:

- Que el día 02 de julio de 2025 se reanudó el contrato CVC No. 822 de 2024 con el contratista REDES AMBIENTALES LTDA, al cumplirse el término de suspensión acordado mediante acta de continuación de suspensión de fecha del 03 de abril de 2025.
- Que el día 02 de julio de 2025 se reunieron VALERIA FRANCO FRANKLIN, en su calidad de supervisora del CONTRATO No. 822 de 2024 y CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIERREZ en representación del contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del CONTRATO, dado que el contratista cumplió con la entrega de los siguientes ítems objeto del contrato en el plazo establecido.

Ítem	Especificación recibida	Cantidad/Unidad
Juego de Orificios Críticos	Marca: Environmental Supply CO. Referencia: CO-QC8-SS-SET -CO-1852S. Certificado de calibración: 03-06-2025	1/Unidad
Adaptador de bloque deslizante	Marca: Environmental Supply CO. Referencia: M5-CB-03.00	2/Unidad
Filtro de fibra de vidrio	Marca: Whatman. Referencia: 1820-6537	2/Caja
Switch controlador de temperaturas	Switch controlador de temperaturas consola de muestreo C-5000	1/Unidad
Fluido para Analizador oxigeno (O2)	Marca: Bacharach	1/Paquete x 3

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO CVC No. 822 DE 2024

Fluido para Analizador dióxido de carbono (CO2)	Marca: Bacharach	1/Paquete x 3
Cuerda calibre 16	No Aplica	100/Metros
Sensor CO2	Marca: E-Instruments Referencia: E851015	1/Unidad
Sensor de O2	Marca: E-Instruments. Referencia: AAA32-240	1/Unidad
Termopar de pila tipo K	Marca: Environmental Instruments. Referencia: PRS-S08	1/Unidad
Línea en acero inoxidable para sonda de muestro	Marca: Environmental Instruments. Referencia: PRL-S08	1/Unidad
Rotámetro - VA 22430	Marca: Dwyer Referencia: VA 22430	1/Unidad
Indicador de temperatura	Marca: Jenco Referencia: 765	1/Unidad
Pinzas para manipular los filtros		3/Unidad
Consola de Control para muestreo isocinético método 5 EPA.	Marca: Environmental Supply Co. Referencia: C5000 Certificado de calibración: 03-06-2025	1/Unidad

- Que el contratista presentó la modificación de la vigencia de las garantías con póliza No. C-100089993 anexo 6, cumpliendo con los tiempos de vigencia establecidos en el estudio previo del proceso contractual.
- Que el día 07 de julio de 2025, se realizó revisión de los ítems entregados por parte del personal técnico encargado del monitoreo de emisiones atmosféricas, identificando que para el ítem "Consola de Control para muestreo isocinético método 5 EPA", dos de las partes que lo componen no cumplen la especificación técnica definida en términos de la unidad de medida.

Parte	Especificación solicitada	Especificación recibida
Gasómetro	S-275. Dry Gas Meter 275 cu. ft./hr. capacity 0.10 cu.ft. per revolution 0.001 cu. ft. resolution(ft./rev.)	Unidad de medida en milímetros cúbicos.
Manómetro	Escala de 0 a 10 Pulgada de agua	Unidad de medida en milímetros de agua.

- Que el día 07 de julio de 2025, se informó al contratista de la inconsistencia encontrada, solicitando realizar el cambio de las partes.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ALCANCE A ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO CVC No. 822 DE 2024

- Que el día 07 de julio de 2025, se realizó reunión presencial con el representante legal de la empresa contratista REDES AMBIENTALES LTDA en las instalaciones del Laboratorio Ambiental y se acordó el cambio de las partes en un plazo no superior a un mes. Así mismo, el contratista deberá realizar nuevamente la capacitación en la operación del equipo y entrega de certificado de calibración.

Considerando lo anterior, hasta tanto no se entreguen las partes con las especificaciones técnicas solicitadas no se releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienén en ella, a los 07 días del mes de julio del 2025.

CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIERREZ
Representante Legal
REDES AMBIENTALES LTDA

Valeria Franco.

VALERIA FRANCO FRANKLIN

Supervisora Contrato No. 822 de 2024

Redes Ambientales Ltda.

La decisión de un mejor ambiente

Recibido por:
Valeria Franco.
el día 17-07-2025.
VFF.

Santiago de Cali, julio 18 del 2025

INGENIERA
VALERIA FRANCO FRANKLIN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Entrega consola contrato 822 del 2024

Cordial Saludo, en atención al oficio del asunto, comedidamente me permito entregar a usted los siguientes elementos:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA OFRECIDA	REFERENCIA O MODELO No.
15	Unidad	1	Environmental Supply CO.	C-5000 Incluye: Gasómetro: S-275 . Dry Gas Meter 275 cu. ft./hr. capacity 0.10 cu.ft. per revolution 0.001 cu. ft. Resolution (ft./rev.) Con su certificado de calibración vigente. Bomba orsat con sus adaptadores en acero inoxidable y rotámetro Manómetro: Con inclinación dupla con conectores de acceso rápido de acero inoxidable, conectados a válvulas solenoide proveyéndole cero en cualquier momento(Escala de 0 a 10 Pulgada de agua). Controladores de temperatura para la sonda y caja caliente Contador de Tiempo: Digital LCD con la reserva de la batería (exhibiciones h, m, s) Conexión Umbilical de Energía: Conector Amphenol 4 pernos a fusible Conexión de la Salida de la Potencia Auxiliar: Clavija de poder Auxiliar de 110V Conexión Pitot de Entrada: Acero Inoxidable del 3/8" conexión rápido Conexión a la Muestra: Válvula de acero inoxidable ½" conexión rápido Conexiones de Temperatura: Rele de estado sólido para la sonda, el filtro, y el selector de 6 canales Conexiones de Termopar: Enchufes tipo "K" para montaje estándar Gabinetes: Soldado en aluminio Acceso Inmediato: Puertas de acceso para ambos la consola y la bomba referencia C-5000 Environmental Supply, Source Sampler Marca y referencia como guía de la

Calle 23N No. 3 N 72 Cali – Colombia
Tel: 602 308 70 26 Cel: 310 489 2440 e-mail: gerencia@orgambiental.com
www.orgambiental.com

				especificación técnica, se admiten equivalencias.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ
Gerente – Representante legal
REDES AMBIENTALES LTDA.