

Señor,
CARLOS ANDRES SALINAS GIRALDO
Representante legal.
ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SA

Asunto: Respuesta Observaciones Técnicas.

Técnico Bascula digital tipo adulto - En la especificación "Pantalla: 1 7/8"" solicitamos amablemente sea modificada a "Pantalla: 2-1/2"" esta medida no afecta la funcionalidad de la báscula y permite una mayor participación de oferentes.

R/ La observación es aceptada, ya que no afecta la funcionalidad del equipo en mención. Se modifica por Pantalla: mínimo 1 7/8"

Fonendoscopio - En la especificación "Tubo: de 70-80cm" solicitamos amablemente sea modificada a "Longitud total: 70-80cm" esto no afecta la funcionalidad ni la auscultación del fonendoscopio y permite una mayor participación de oferentes.

R/ La observación es aceptada, ya que no afecta la funcionalidad del equipo en mención. Se modifica por tubo / longitud total de 70-80cm.

Bascula digital tipo adulto – grado medico	• tecnología digital • Capacidad: mínimo 200 kg • Precisión: máximo 0.1 kg • Pantalla: mínimo 1 7/8" • Dimensiones: 432 mm x 330 mm x 33 mm • material: acero inoxidable / estructura metálica / superficie antideslizante. • características adicionales: bandeja ergonómica, pantalla digital clara, funcionamiento con baterías • documentación: documento donde se especifique la no obligatoriedad de registro sanitario, registro de importación, manual, ficha técnica, certificado de calibración.
Fonendoscopio de dos servicios	• tecnología: acústica • características: tubo / longitud total de 70-80 cm, olivas suaves, doble campana (adulto – pediátrico) • documentación: registro sanitario, registro de importación, manual, ficha técnica.

Se llevará a cabo Adenda al proceso, con el fin de incluir esta modificación.

General - De manera respetuosa solicitamos aclaración en la cantidad de cada ítem, ya que no se evidencian en el pliego de condiciones al proceso.

R/ Según el lineamiento de la Secretaría de Salud Departamental del Quindío en la "Propuesta costeo EBS Armenia", se requieren 2 unidades de cada equipo para la conformación de un equipo básico y a Red Salud Armenia ESE le asignaron 10 equipos básicos de salud, por lo cual se requieren 20 unidades por equipo.

Cordialmente



SOFIA MONTOYA MUNERA
Ingeniera Biomédica Contratista
Red Salud Armenia E.S.E