ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

BOGOTA D.C 13 de noviembre de 2021

Cuenta de cobro Nº 2021072

FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA

NIT: 901 142 353-2

ADEUDA A

JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

CC 80 764 129 De Bogotá

TEL: 301 436 7547 DIR: CLL 46 No 13-81

CUENTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL Nº 24524062353

CALIBRACION EQUIPOS BIOMEDICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TERMOMETRO NEVERA O ALIMENTOS	$ 55.000	$ 440.000
4	BASCULA	$ 80.000	$ 320.000
6	TENSIOMETRO ANALOGO	$ 60.000	$ 360.000
6	PULSIOXI METRO	$ 60.000	$ 360.000
1	TERMOHIGROMETRO	$ 75.000	$ 75.000
		SUBTOTAL	$ 1'555.000=
		TOTAL	$ 1'555.000=

CORDIALMENTE

JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: BASCULA **Marca:** MORESCO
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** DIGITAL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: - **País:** CHINA
Fecha: Año: 2021 Mes: 11 Día: 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____110V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** _____**RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** X
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA **Prevención:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	MORESCO
UBICACIÓN		MODELO	NO REGISTRA
ACCESORIOS		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

EKIMEDICOS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
NIT 79
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: BASCULA **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: 180KG **Tipo:** DIGITAL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: - **País:** CHINA
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** _____180KG____ **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA **Prevención:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
UBICACIÓN		MODELO	180KG
ACCESORIOS		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

TEL: 2320E85

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** DOCTOR
Modelo: D1208 **Tipo:** MECANICO **SN:** 44728-8
Fabricante: ADC
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____NA___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-300mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** X **Electrónicos:** NA	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** NA **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	DOCTOR
UBICACIÓN		MODELO	D1208
ACCESORIOS		SERIE	44728-8
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** DOCTOR
Modelo: D1208 **Tipo:** MECANICO **SN:** 133756
Fabricante: ADC
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____NA___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-300mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** X **Electrónicos:** NA	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** NA **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	DOCTOR
UBICACIÓN		MODELO	D1208
ACCESORIOS		SERIE	133756
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** DOCTOR
Modelo: D1208 **Tipo:** MECANICO **SN:** 133756
Fabricante: ADC
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____NA___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-300mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** X **Electrónicos:** NA	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** NA **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantia ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	DOCTOR
UBICACIÓN		MODELO	D1208
ACCESORIOS		SERIE	133756
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

TEL. 2320285

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: BP-1319 **Tipo:** DIGITAL **SN:** 2101219921844
Fabricante:
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____6V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-270mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** X **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: X **Electrónicos:** X **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** X	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo [/] correctivo [ ]

Garantía [ ] otros [ ]

Nº 20211962

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO DIGITAL
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
UBICACIÓN		MODELO	BP-1319
ACCESORIOS		SERIE	2101219921844
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO: Bueno [X] Regular [ ] Irregular [ ]	
		Dado de baja:	

VERIFICACION DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores	X		
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

TEL: 2026885

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: BP-1319 **Tipo:** DIGITAL **SN:** 2101219921833
Fabricante:
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____6V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-270mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** X **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: X **Electrónicos:** X **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** X	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo [/] correctivo [ ]

Garantía [ ] otros [ ]

N° 20211963

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO DIGITAL
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
UBICACIÓN		MODELO	BP-1319
ACCESORIOS		SERIE	2101219921833
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno [X] Regular [ ] Irregular [ ]	
		Dado de baja:	

VERIFICACION DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores	X		
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TENSIOMETRO **Marca:** GMD
Modelo: CE0197 **Tipo:** MECANICO **SN:** 19102343
Fabricante: GMD **Pais:** CHINA
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____NA___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ___NA_____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** NA **RPM:** ____NA____
Presión: 0-300mmHg **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: NA **Mantenimiento:** NA **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** X **Mecánicos:** X **Electrónicos:** NA	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** NA **Mecánicos:** X **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** X **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Rehabilitación:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** X	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	GMD
UBICACIÓN		MODELO	CE0123
ACCESORIOS		SERIE	19102343
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211964

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION		MODELO	NO REGISTRA
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

NIT. 80[illegible]0 NIT. [illegible]320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211965

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION		MODELO	NO REGISTRA
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Tel: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** AIQURA
Modelo: AD805 **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 Mes: 11 Día: 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: NA Hidráulicos. NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: X Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211975

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	AIQURA
DIRECCION		MODELO	AD805
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

NIT 1076412 9-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** AIQURA
Modelo: AD805 **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 Mes: 11 Día: 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: NA Hidráulicos. NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: X Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211976

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	AIQURA
DIRECCION		MODELO	AD805
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Firma y sello técnico

TEL: 2320685

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** AIQURA
Modelo: AD805 **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** X **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211977

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	AIQURA
DIRECCION		MODELO	AD805
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

ekimédicos
NIT. 80764129-0
TEL. 6220685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: PULSIOXIMETRO **Marca:** AIQURA
Modelo: AD805 **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 Mes: 11 Día: 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____3V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** NA

FUENTES DE ALIMENTACION				
Agua: NA	Gas: NA	Aire: NA	Vapor: NA	Electricidad: NA
Energía solar: NA	Derivados del petróleo: NA	Otros: NA	Baterías: X	

Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: NA Hidráulicos. NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: X Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211978

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	PULSOXIMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	AIQURA
DIRECCION		MODELO	AD805
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

EKIMEDICOS
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO NEVERA **Marca:** KTJ
Modelo: TA-268 **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: -
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____1.5V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** -50 °C 70°C

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** NA **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** X	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211966

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TERMOMETRO NEVERA
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	KTJ
DIRECCION		MODELO	TA-268
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOHIGROMETRO **Marca:** HTC
Modelo: HTC-1 **Tipo:** ELECTRONICO **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: País: CHINA
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 11 **Día:** 09
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: 1.5V **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: ____NA____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** 10%- 98% HR **RPM:** ____NA____
Presión: _NA____ **Temperatura:** 0°C 50°C

FUENTES DE ALIMENTACION				
Agua: NA	**Gas:** NA	**Aire:** NA	**Vapor:** NA	**Electricidad:** NA
Energía solar: NA	**Derivados del petróleo:** NA	**Otros:** NA	**Baterías:** X	

Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** X **Medio:** NA **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** NA **Rehabilitación:** NA **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** X	**Brazaletes:** BA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: X	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20211967

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TERMOHIGROMETRO
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	HTC
DIRECCION		MODELO	HTC-1
UBICACIÓN		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	09	11	2021
Próximo mantenimiento	09	11	2022

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Escaneado con CamScanner