BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO LISTADO GENERAL, CONFIRMACION METROLÓGICA E INSPECCIÓN DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EN CENTROS ZONALES Y PROGRAMAS ICBF (PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN)	F1.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

TIPO DE EQUIPO (PESO, TALLA, TEMPERATURA, REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN)	INFORMACION DEL EQUIPO						CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADO DE CALIBRACION (USO)			INSPECCIÓN DE OPERACIÓN ICBF/UDS				OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE DEL EQUIPO	No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA	PROCEDIMIENTO (Guia Técnica para la Metrologia… versión vigente)	CONDICION FISICA DEL EQUIPO	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	
Tallímetro o estadiómetro	NO APLICA	Tallimetro	KRAMER	312	OFICINA SALUD Y NUTRICIÓN	COORDINADORA				20221992	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Revisión de escala de medición legible y con división de escala de 1mm. Instrumento sin daño físico, ruptura o que difícilte la correcta medición. Verificación de secuencia de medición correcta. Se encuentre bien ensamblada. Tiene firmeza y estabilidad.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Mantener en superficie estable, lejos del alcancce de los niños.
Báscula pesa personas	NO APLICA	Báscula de piso	JAZ	A10	OFICINA SALUD Y NUTRICIÓN	COORDINADORA				20221906	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que difícilte la correcta medición. Sin averías, con cargador, funcionamiento adecuado, estable y firme. Material de fabricación que compone el instrumeto no presenta deformación. Display en adecuado estado. El equipo responde adecuadamente al estímulo de la medición.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Mantener en superficie estable, lejos del alcancce de los niño. No colocar objetos sobre el equipo.
Balanza pesa alimentos	NO APLICA	Balanza de alimentos digital	HOPEX	EK 5055	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS				20221907	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que difícilte la correcta medición. Sin averías, con pilas, funcionamiento adecuado, estable y firme. Material de fabricación que compone el instrumeto no presenta deformación. Display en adecuado estado. El equipo responde adecuadamente al estímulo de la medición.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Después del uso limpiar y desinfectar, no usar sutancias abrasivas.
Balanza pesa alimentos	NO APLICA	Balanza de alimentos digital	BBG	S1	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS				20221991	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Revisión de escala de medición legible y con división de escala. Instrumento sin daño físico,ruptura o que difícilte la correcta medición. Sin averías, con cargador, funcionamiento adecuado, estable y firme. Material de fabricación que compone el instrumeto no presenta deformación. Display en adecuado estado. El equipo responde adecuadamente al estímulo de la medición.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Después del uso limpiar y desinfectar, no usar sutancias abrasivas.
Termómetro de alimentos	NO APLICA	Termómetro de punzón para alimentos (frios)	SD	SD	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS				20221990	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Se realiza revisión del termómetro econtrándolo en adecuadas condiciones físicas. No se evidencian averias, adecuada función en panel de lectura, sin intermitencia, botones funcionando al tacto. El material se encuentra en buen estado. Respuesta a medición de temperatura.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Después del uso limpiar y desinfectar, no usar sutancias abrasivas.
Termómetro de alimentos	NO APLICA	Termómetro de punzón para alimentos (calientes)	TWT-1	TWT-1	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS				20221989	27/08/2022	CUMPLE	7/05/2024	Se realiza revisión del termómetro econtrándolo en adecuadas condiciones físicas. No se evidencian averias, adecuada función en panel de lectura, sin intermitencia, botones funcionando al tacto. El material se encuentra en buen estado. Pilas en buen estado. Respuesta a medición de temperatura.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Después del uso limpiar y desinfectar, no usar sutancias abrasivas.
Nevera	NO APLICA	Refrigerador congelador libre de escarcha	Electrolux	ERSA53V HVG	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS							7/05/2024	Se realiza revisión de la nevera encontrándola en adecuadas condiciones físicas y de funcionamiento. Puertas en buen estado, adecuado cierre. Temperatura estable, sin interrupción o evidencia de daños. No hay sonidos irregulares en el motor, ni fugas de agua.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Mantener en adecuadas condiciones de higiene, no usas sustancias abrasivas, verificar adecuado funcionamiento.
Nevera	NO APLICA	Congelador	ECOFRIAL	ICC-100	SERVICIO ALIMENTACIÓN	MANIPULADORES DE ALIMENTOS							7/05/2024	Se realiza revisión de la nevera encontrándola en adecuadas condiciones físicas y de funcionamiento. Puertas en buen estado, adecuado cierre. Temperatura estable, sin interrupción o evidencia de daños. No hay sonidos irregulares en el motor, ni fugas de agua.	En buenas condiciones	NUTRICIONISTA - DIANA ALEJANDRA VARGAS	Mantener en adecuadas condiciones de higiene, no usas sustancias abrasivas, verificar adecuado funcionamiento.

RESULTADO: Cumple o no cumple

RESPONSABLE DE LA CONSOLIDACION: ND ALEJANDRA VARGAS CC 1030544954
NOMBRE, IDENTIFICACION Y CARGO

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X__ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	JAZ	A10	15011280	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221906	27/08/2022	CUMPLE	ago-26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150 KG	Juego de pesas clase		28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)	0,2 KG	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 KG			ALEJANDRA VARGAS	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)		MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	10	0,05
3	10	0,05
4	10	0,05
5	10	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD


CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	20	0,05
3	10	0
4	20	0,05
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos __X__ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	HOPEX	EK 5055	SD	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	MANIPULADOR -NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221907	27/08/2022	CUMPLE	ago-26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 KG	Juego de pesas clase		28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)	10 G	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	10 G			ALEJANDRA VARGAS	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)		MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD


CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	20	0
3	50	0
4	100	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos _x___ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	BBG	1	SD	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	MANIPULADOR -NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221991	27/08/2022	CUMPLE	AGO DE 2025

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	30 KG	Juego de pesas clase		28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 G			ALEJANDRA VARGAS	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)		MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD


CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50	0,05
2	50	0
3	50	0
4	50	0,05
5	50	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	50	0
3	100	0,05
4	50	0,05
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS**	**F2.G8.PP**	**30/05/2023**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NO APLICA	SUNPASS	SD	SD	HI LOS COLORES DEL MANDALAY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	**FECHA**	**RESULTADO**	**No.**	**FECHA**	**RESULTADO**	**FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN**
20221990	7/08/2022	CUMPLE				

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
8/03/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	jun-24
7/05/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	ago-24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NO APLICA	TWT-1	TWT-1	SD	HI LOS COLORES DEL MANDALAY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
20221989	27/08/2022	CUMPLE				

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
8/03/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	jun-24
7/05/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	ago-24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.