BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X__ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	JAZ	A10	15011280	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221906	27/08/2022	CUMPLE	ago-26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150 KG	Juego de pesas clase		28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)	0,2 KG	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 KG			ALEJANDRA VARGAS	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)		MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	10	0,05
3	10	0,05
4	10	0,05
5	10	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0,05
2	20	0,05
3	10	0
4	20	0,05
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.