HOGAR INFANTIL
LOS COLORES DE MANDALAY

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS **GRAMERA**	
Balanza digital Peso BBG	
Nombre del equipo	Balanza digital
Tipo de equipo	Balanza digital ELECTRONIC SCALE
Modelo	BBG / Ref: S1
Serial o lote	SD
Ubicación	HI – Servicio de alimentación
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista y/o manipuladoras
Fecha de ingreso	SD
Instrucciones de uso y almacenamiento	Pesaje correcto: - Conectar la báscula apretando la tecla "TARE/ON". En la indicación debe aparecer ahora "0". El tono de señalización indica que la báscula está preparada para pesar. Tenga en cuenta la indicación de la unidad (gramos, onzas). - Colocar el alimento sobre el plato y esperar que en panel de lectura se estabilice. Su peso será descontado automáticamente del peso total determinado: Colocar primero el objeto a tarar sobre la báscula. Después apretar la tecla TARE. La indicación de la báscula se repone de nuevo a "0" y se puede comenzar una pesada normal. Almacenar en una superficie estable y fija, no colocar otros objetos encima.
Datos técnicos	Uso Moderado Plato en acero 25 x 21cm Ideal para sistemas POS Batería 100 horas Puerto RS-232 conexión a PC Incluye cable RS-232 Acumulación de pesadas Capacidades disponibles: MAX: 30kg d= 2g 15kg d= 1g 7,5kg d=0,5g carcasa en ABS de alta resistencia teclas tipo pulsador display LCD Tamaño y peso del equipo: 26x29x10cm / 2,5 Kg Tamaño y peso con empaque: 30x33x12cm / 2,7 kg
Sensibilidad	0,5 Kg
Capacidad	30 Kg
Anexos	Catálogo y Certificado de calibración.
Verificaciones intermedias:	Masas patrón CZ Kennedy – 06-03-2024. Se anexa formato.

HOGAR INFANTIL
LOS COLORES DE MANDALAY

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15 Años a su Servicio

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: GRAMERA Marca: BBG
Modelo: S1 Tipo: ELECTRONICO SN: NO REGISTRA
Fabricante: BASCULAS Y BALANZAS GUADALUPE País: COLOMBIA
Fecha: Año: 2022 Mes: 08 Día: 27
Ubicación del equipo: HOGAR INFANTIL MANDALAY NIT: 860 031 909-2 DIR: CL 5B N° 73B- 26

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	12V	Voltaje min. de operación	NR
Corriente máx. de operación	NA	Corriente min de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	30Kg
División	1g-5g	Presión	NA
Rango temperatura	NA	Temperatura de operación	NR
Rango humedad	NA	Humedad de operación	NR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA Gas: NA Aire: NA Vapor: NA Electricidad: X
Energía solar: NA Derivados del petróleo: NA Otros: NA Baterías: X
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: X Hidráulicos. NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: X Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: NA Rehabilitación: NA Prevención: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: X	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: NA	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

NA: NO APLICA, NR: NO REGISTRA

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL
LOS COLORES DE MANDALAY

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15 Años a su Servicio

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	HOGAR INFANTIL MANDALAY	**EQUIPO**	GRAMERA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	BBG
UBICACIÓN	CL 5B N° 73B- 26	**MODELO**	S1
ACCESORIOS		**SERIE**	NO REGISTRA
FALLAS		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores			
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	27	08	2022
Próximo mantenimiento	27	08	2023

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL
LOS COLORES DE MANDALAY

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15 Años a su Servicio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221991

Fecha de calibración 2022-08-27

SOLICITANTE: HOGAR INFANTIL MANDALAY

DIRECCIÓN: CL 5B N° 73B- 26

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: GRAMERA

MARCA: BBG

MODELO: S1

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00 2009.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 19.8

Humedad Relativa %: 58.6

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASAS 5g-1kg	JUEGO DE PESAS	B0388	M220015	2022-01-11	2022-01-12
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M220014	2022-01-12
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M220013	2022-01-12



Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL
LOS COLORES DE MANDALAY

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15 Años a su Servicio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221991

Fecha de calibración 2022-08-27

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la Incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
500	0.500	0.000	1,97	0,16
1000	1.000	0.000	1,97	0,16
5000	4.998	0.002	1,97	0,16
10000	9.997	0.003	1,97	0,16

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
1	1000	1.000	0.000	1,97	0,16
2	1000	1.000	0.000		
3	1000	1.000	0.000		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
1	1000	1.000	0.000	1,97	0,16
2	1000	1.000	0.000		
3	1000	1.000	0.000		
4	1000	1.000	0.000		
5	1000	1.000	0.000		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia