


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos _x_		Balanza Pesa Personas ____		Balanza Pesa Bebés ____	
----------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------	--


No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	BBG	1	SD	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	MANIPULADOR -NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221991	27/08/2022	CUMPLE	AGO DE 2025

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	30 KG	Juego de pesas clase		28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 G	ALEJANDRA VARGAS			
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS			
EXCENTRICIDAD			<div style="text-align: center;">  </div>
CARGA EN PRUEBA			
Punto	Indicación	Diferencia	
1	50	0	
2	50	0	
3	50	0	
4	50	0	
5	50	0,05	
Error máximo obtenido en la prueba		0,05	
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05	
RESULTADO	CUMPLE		
EXACTITUD			
CARGA EN PRUEBA			
Punto	Indicación	Diferencia	
1	20	0	
2	50	0	
3	100	0,05	
4	50	0,05	
5	200	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0,05	
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05	
RESULTADO	CUMPLE		
RESULTADO: Cumple o no cumple			

REPETIBILIDAD		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50	0,05
2	50	0
3	50	0
4	50	0,05
5	50	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

GUIA EXCENTRICIDAD	
<div style="text-align: center;">  </div>	
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido	

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
----------------	---------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.