

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	


Balanza Pesa Alimentos ☒		Balanza Pesa Personas ☐		Balanza Pesa Bebés ☐	
--	--	--	--	---	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	HOPEX	EK 5055	SD	HI MANDALAY -CALLE 58 73B 26 OF. NUTRICION	MANIPULADOR -NUTRICIONISTA - COORDINADORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20221907	27/08/2022	CUMPLE	ago-26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 KG	Juego de pesas clase		27/08/2024	27/11/2024
Carga mínima (Min)	10 G	Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	10 G			ALEJANDRA VARGAS	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON MASAS PATRÓN DEL CZ KENNEDY CENTRAL			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 20G		
Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20	0
3	20	0
4	20	0
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 20 50 100 200 500		
Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	50	0
3	100	0
4	200	0
5	500	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
RESULTADO: Cumple o no cumple		

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 50 G		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
GUIA EXCENTRICIDAD		
		
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido		

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
----------------	---------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.