

HOGAR INFANTIL

LOS COLORES DE MANDALAY

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TERMÓMETRO DE CALIENTE	
Termómetro digital	
Nombre del equipo	Termómetro Digital
Tipo de equipo	Termómetro Digital W1
Marca	TWT-1
Modelo	TWT-1
Serial o lote	No cuenta
Fecha de ingreso	SD
Fecha de calibración	27-08-2022 / 20221989
Ubicación	CDI – Servicio de alimentación
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista y/o manipuladoras de alimentos
Instrucciones de uso	<p>Medición:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tener el termómetro limpio y desinfectado. - Encender. - Introducir el punzón en el alimento (parte central) y esperar que la lectura se estabilice en el tablero. <p>Realizar la lectura.</p>
Datos técnicos y almacenamiento	<p>Termómetro para Alimentos y Pruebas Líquidas</p> <p>Pantalla digital LCD para una fácil Lectura.</p> <p>Peso: 75g</p> <p>Tamaño: 23x2x2 cm</p> <p>Voltaje de funcionamiento: 1.5 V (no incluir la batería)</p> <p>Resolución de la temperatura: 0.10/Fahrenheit</p> <p>Precisión: 0.0 grados centígrados a 80 centígrados (± 1 o 2 centígrados Fahrenheit), otro rango (± 5 centígrados-10 centígrados o 10-20 Fahrenheit)</p> <p>Frecuencia de medición: 1 seg, 10 seg, dormir, Selección automática ON/OFF, centígrados/Fahrenheit y mantenga los botones.</p> <p>Las principales funciones disponibles:</p> <p>Rango de medición: -50 centígrados ~ + 300 grados centígrados y -58 ° a +572 ° F</p> <p>Centígrados y Fahrenheit pantalla seleccionable</p> <p>Sensación de batería baja y la pantalla</p> <p>Memoria de la medida pasada</p> <p>Disponer en un lugar estable, sin exceso de frío o calor.</p>
Sensibilidad	1 grado centígrado
Capacidad	-50+300°C
Verificaciones intermedias:	08-03-2024. Se anexa formato.

HOGAR INFANTIL LOS COLORES DE MANDALAY



HOJA DE VIDA

DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO Marca: NO REGISTRA
Modelo: WT-1 Tipo: PUNZON SN: NO REGISTRA
Fabricante: País: CHINA
Fecha: Año: 2022 Mes: 08 Día: 27
Ubicación del equipo: HOGAR INFANTIL MANDALAY NIT: 860 031 909-2 DIR: CL 5B N° 73B- 26

Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	1.5V	Voltaje mín. de operación	NR
Corriente máx. de operación	NA	Corriente mín de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	-50°C 300°C
División	0.1°C	Presión	NA
Rango temperatura	-50°C 300°C	Temperatura de operación	NR
Rango humedad	NA	Humedad de operación	NR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA Gas: NA Aire: NA Vapor: NA Electricidad: NA
Energía solar: NA Derivados del petróleo: NA Otros: NA Baterías: X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Sistemas de consulta, Información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: NA Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: X Medio: NA Avanzado: NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: NA Rehabilitación: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: X	Brazaletes: BA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL

LOS COLORES DE MANDALAY



REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐
Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	HOGAR INFANTIL MANDALAY	EQUIPO	TERMOMETRO PUNZON
NIT & CC	860 031 909-2	MARCA	NO REGISTRA
UBICACIÓN	CL 5B N° 73B- 26	MODELO	WT-1
ACCESORIOS		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	27	08	2022
Próximo mantenimiento	27	08	2023

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL LOS COLORES DE MANDALAY



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221989

Fecha de calibración 2022-08-27

SOLICITANTE: HOGAR INFANTIL MANDALAY
DIRECCIÓN: CL 5B N° 73B- 26
CIUDAD: BOGOTÁ
EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: WT-1
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.9

Humedad Relativa %: 57.2

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 – 10°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC18100, MET-LT-CC34997	2022/01/21
					2022/01/21

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura

(k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL LOS COLORES DE MANDALAY



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221989

Fecha de calibración 2022-08-27

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.4	2.6	0.2	1.97	0.92
3.5	3.8	0.3	1.97	0.92
5.3	5.7	0.4	1.97	0.92
7.3	7.7	0.4	1.97	0.92

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Jose Luis Bocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia